



SPECTRAL PRODUCTS

CALIBRATION COMPLIANCE

Customer **BYU**

Serial# **10570**

L1 = Target Wavelength
L2 = Actual
L2-L1 = Error
FWHM = Full Width Half Maximum
INT% = Relative Intensity

	365.01	364.87	-0.14	0.08	17632.00
1	404.66	404.59	-0.07	0.09	18614.00
2	407.78	407.70	-0.08	0.08	1075.00
3	435.84	435.79	-0.05	0.09	11631.00
4	546.07	546.08	0.01	0.08	10849.00
5	576.96	576.91	-0.05	0.09	1045.00
6	579.07	579.02	-0.05	0.08	1049.00
7	626.36	626.33	-0.03	0.11	1477.00
8	730.02	729.94	-0.08	0.08	1950.00
9	871.68	871.55	-0.13	0.07	1636.00
10					

Steps From Zero **-1** Cal Target **546.07** Actual **546.0** Cal Error **-0.01** FWHM **0.08**

Grating # **2** G/mm **1200** G/Blaze **500** EAVG **0.07** FWHM Average **0.09**

Technician_____

Date_____

CONTINUE

Comments