DEFIBRILLATORE Scheda controlli GIORNALIERI

Da verificare: 1. Presenza del DAE - 2. Presenza del cartello di segnalazione - 3. Assenza segnali di malfunzionamento (spia rossa, segnale sonoro..) - 4 Spia verde lampeggiante

Esempi di compilazione - Esito positivo: 1,2,3,4, OK - NC: 3. Spia rossa accesa, oppure 4. Lampeggia

Mese di:

Giorno	Esito Positivo	NON CONFORMITA' (NC)	Giorno	Esito Positivo	NON CONFORMITA' (NC)
1			16		
2			17		
3			18		
4			19		
5			20		
6			21		
7			22		
8			23		
9			24		
10			25		
11			26		
12			27		
13			28		
14			29		
15			30		

			31		