



# PCR产物纯化回收试剂盒(磁珠法)

## 产品信息:

试剂盒组成	保存	CZ102-01 100次	CZ102-02 100次×2
结合液 BB	室温	50ml	100ml
漂洗液 WB	室温	25ml 第一次使用前加入 100ml	25ml×2 无水乙醇
洗脱缓冲液 EB	室温	15ml	15ml
Magbead 磁珠	室温	5ml	5ml×2

**保存条件:** 本试剂盒在室温储存 12 个月不影响使用效果。

## 产品介绍:

本试剂盒可将PCR产物中的 DNA 片段特异性地吸附到硅基化磁珠的表面,在磁场的作用下,携带 DNA 的磁珠向磁铁方法进行定向移动和聚集,与剩余的其它杂质完全分开。通过简单的两次洗涤,可以将杂质完全洗净。最后用水或低盐缓冲液将结合在磁珠上的DNA 洗脱下来,纯化的DNA 可用于测序、酶切、标记和克隆等多种下游实验。该试剂盒可与核酸提取仪等工作站配套使用,可以简单、快速地进行大规模核酸提取,达到降低工作量和提高工作效率的目的。

## 产品特点:

- 1.磁珠之间吸附量差异极小,可重复性好。
- 2.使用了优质溶胶液,不含传统溶胶液的碘化钠和高氯酸盐,不影响后续下游实验。
- 3.结合液为黄颜色,便于观察和监测 pH 值变化从而达到最佳结合效果,大大提高回收效率。

## 注意事项:

- 1.所有的溶液应该是澄清的,如果环境温度低时溶液可能形成沉淀,此时不应该直接使用,可在37℃水浴加热几分钟,即可恢复澄清。使用前应该恢复到室温。
- 2.Magbead磁珠严禁冷冻。使用前一定要涡旋震荡,充分重悬。除Magbead磁珠外其它组分储存于低温(4℃或者-20℃)会造成溶液沉淀,影响使用效果,因此运输和储存均在室温下(15℃-25℃)进行。
- 3.避免试剂长时间暴露于空气中产生挥发、氧化、pH值变化,各溶液使用后应及时盖紧盖子。
- 4.电泳时最好使用新的电泳缓冲液,以免影响电泳效果和回收效果。
- 5.溶胶液中含有刺激性化合物,操作时要戴乳胶手套,避免沾染皮肤,眼睛和衣服。若沾染皮肤、眼睛时,要立即用大量清水或者生理盐水冲洗。
- 6.回收纯化的DNA片段一般在100bp到40kb之间,过长、过短片段的回收效率降低。
- 7.回收DNA的量和起始DNA的量、洗脱体积、DNA片断大小有关。一般1-20μg, 100bp-5kb的DNA片段,回率可高达85%—95%。
- 8.加入结合液后,如果结合液依旧保持黄色,说明pH正常;如果变成橘红色或者淡紫色,说明pH偏高,可在胶充分溶解后加5-10μl 3M醋酸钠(pH5.2)将pH值调到5-7(黄色)。
- 9.洗脱液EB不含有螯合剂EDTA,不影响下游酶切、连接等反应。也可以使用水洗脱,但应该确保pH大于7.5, pH过低影响洗脱效率。用水洗脱,DNA片段应该保存在-20℃。DNA片段如果需要长期保存,可以用TE缓冲液洗脱(10mM Tris-HCl, 1mMEDTA, pH 8.0),但是EDTA可能影响下游酶切反应,使用时可以适当稀释。

**自备仪器及试剂:** 小型离心机、水浴或金属浴加热块、磁力架(博迈德)、震荡器、无水乙醇

## 操作步骤:

**提示:** 第一次使用前请先在漂洗液 WB 中加入指定量无水乙醇,加入后请及时打钩标记已加入乙醇,以免多次加入!

1. 每 100μl PCR 扩增后体系或者酶切后体系加入 500μl 结合液 BB,充分混匀。(如果初始体系小于 100μl,请事先用双蒸水调整至 100μl)。

2. 每个离心管中加入 50 $\mu$ l 的磁珠（磁珠也可以预先加到离心管中），放在合适型号的震荡器上，震荡结合 10 sec(或者将离心管颠倒混匀 10 sec)。
- 注意：**设定的震荡速度一定要将磁珠完全震荡起来，让磁珠充分捕获 DNA。
3. 将离心管放于磁力架上静置 2 min，待磁珠完全吸附于离心管的侧壁上后，带着磁力架倒转离心管快速倒掉上清（保持离心管固定在磁力架上），也可以使用移液器吸取。
4. 从磁力架上取下离心管置于普通离心管架上，向每个离心管中加入 500 $\mu$ l 的漂洗液WB（加入前检测漂洗液WB中是否已加入无水乙醇），涡旋震荡 10 sec，使磁珠充分悬浮于WB洗涤液中(或者将离心管颠倒混匀 10 sec)。
5. 振荡结束后，用手甩，将粘在盖上的磁珠和液滴甩下。
6. 将离心管放于磁力架上静置 2 min，待磁珠完全吸附于离心管侧壁上后，带着磁力架倒转离心管快速倒掉上清（保持离心管固定在磁力架上），也可以使用移液器吸取。
7. 重 复 4-6。
8. 保持离心管固定于磁力架上，待磁珠完全吸附于离心管侧壁上后，用移液器小心吸掉管底和管盖上的残余液体（一旦吸到磁珠，可以打掉液体再让磁铁吸附一下磁珠）。敞开管口室温放置 10-15 min 以挥发乙醇。也可用电风扇对着离心管口吹风以加速乙醇挥发，以肉眼观察不到离心管底部有液滴残留时为止。乙醇挥发过程中需避免磁珠的过度干燥。
9. 从磁力架上小心取下离心管置于普通离心管架上，向每个离心管中加入 30-50 $\mu$ l 的 EB 洗脱液或去离子水，涡旋震荡保证磁珠完全悬浮于洗脱液EB中，室温静置放置 1 min。
10. 将离心管放置在磁力架上静置 2 min，待磁珠完全吸附于离心管侧壁上后，用吸头将 20-40 $\mu$ l液体到一个新的1.5ml 的离心管中。

BM191220