

HSC | GLOBAL

MDSAP LEAD AUDITOR • EXCELLENCE & STRATEGIC LEADERSHIP

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 5

Planejamento e execução da auditoria

Texto de estudo para acompanhar e revisar o ciclo, o tempo, a vigilância, o escopo e a condução da auditoria

MÓDULO	5 de 6, ao vivo
CARGA	6h, em duas partes
DOCUMENTOS BASE	MDSAP AU P0002.011, P0008.008 e P0027.007
INSTRUTORA	Mariana Barreira

MDSAP
MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM

EXEMPLAR GLOBAL
RTP CERTIFIED TRAINING

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das duas partes do Módulo 5, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica as mesmas regras com outras palavras e aponta onde cada uma está escrita no P0002, no P0008 e no P0027.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, o exercício do caderno e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	O ciclo e os tipos de auditoria	4
2	Como o tempo é calculado	7
3	Ajustes, reduções e múltiplos locais	10
4	O que entra em cada vigilância	13
5	Escopo, exclusões e terceirização	16
6	Conduzir, amostrar e encerrar	19
7	Glossário	22
8	Para revisar	23

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 5 tem duas partes ao vivo e seis blocos. A Parte 1 trata do ciclo e do cálculo do tempo; a Parte 2, da vigilância, do escopo e da condução. Cada bloco tem um capítulo nesta apostila.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
1	Ciclo de certificação e tipos de auditoria	Parte 1, slides 4 a 8	Capítulo 1	Autoavaliação da Preparação
2	Determinação do tempo de auditoria	Parte 1, slides 9 a 15	Capítulo 2	E1 e E2
3	Ajustes, reduções e múltiplos locais	Parte 1, slides 16 a 22	Capítulo 3	E3
4	Vigilância: o que entra em cada ciclo	Parte 2, slides 3 a 9	Capítulo 4	E8
5	Escopo, exclusões e processos terceirizados	Parte 2, slides 10 a 18	Capítulo 5	E4, E5 e E6
6	Execução, amostragem e encerramento	Parte 2, slides 19 a 28	Capítulo 6	E7 e E9

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Leia antes da aula

Siga a Preparação do aluno e tenha o P0002.011, o P0008 com o Apêndice 1 e o P0027 abertos.

2 • PARTICIPE

Acompanhe o bloco

Na aula ao vivo, anote dúvidas indicando o slide. Guarde o cálculo da Parte 1: ele volta na Parte 2.

3 • PRATIQUE

Feche com o caderno

Leia o capítulo e resolva os exercícios do caderno antes de conferir. No fim, responda o Capítulo 8.

ANTES DO MÓDULO 6

O Módulo 6 é a simulação da auditoria do início ao fim. Chegue com os capítulos lidos, os exercícios feitos e o plano de vigilância montado em grupo na Parte 2.

CAPÍTULO 1

O ciclo e os tipos de auditoria

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 8** Preparação do aluno • Autoavaliação

Observe como a aula trata cada auditoria do ciclo como um cálculo novo, e não como repetição da anterior.

Antes de calcular qualquer tempo, você precisa saber que auditoria tem nas mãos. A resposta muda o objetivo da visita, o que precisa ser coberto e quanto tempo ela recebe.

O MDSAP organiza a certificação em ciclos de três anos. O primeiro ano começa com a auditoria inicial, feita em dois estágios. Nos dois anos seguintes vem uma vigilância por ano, que é parcial. No terceiro ano, a recertificação fecha o ciclo e abre o próximo. Fora dessa sequência ainda existem as auditorias especiais, que não seguem o calendário do ciclo.

AUDITORIA	QUANDO	O QUE VOCÊ PRECISA LEMBRAR
Inicial	Ano 1, em dois estágios	O tempo é estimado antes e confirmado no Estágio 1
Vigilância	Anos 2 e 3	Cobre mudanças e as tarefas previstas para aquela visita
Recertificação	Fim do ciclo	Pode levar em conta o histórico e pedidos das autoridades
Especial	Fora do calendário	Tem objetivo e prazos próprios

Estágio 1 e Estágio 2

O Estágio 1 olha a documentação e verifica se a organização está pronta para o Estágio 2. É nele que a organização auditora confirma o que foi declarado no contrato: quais processos existem de fato, quais locais participam e se o tempo estimado é realista. O Estágio 2 é onde se avalia a implementação e a eficácia do sistema.

O P0008 deixa a divisão entre trabalho remoto e trabalho no local a critério da organização auditora, que pode até reunir os dois estágios numa só visita. O que não pode é pular o que o Estágio 1 resolve. Um Estágio 1 superficial costuma cobrar a conta no Estágio 2: o tempo aperta e a amostra diminui.

> **TEMPO FORA DO LOCAL**
>
> Preparação e redação do relatório seguem as regras internas da organização auditora. Na auditoria inicial, porém, o P0008 manda somar 25% ao tempo calculado, para cobrir o trabalho do Estágio 1 feito fora do local. O formulário MDSAP AU F0008.2 faz essa soma sozinho.

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

O ciclo e os tipos de auditoria

Antes de abrir o formulário

Um bom auditor líder reúne algumas respostas antes de fazer contas. Você as encontra no contrato, no resultado do Estágio 1 e nos relatórios anteriores do cliente:

- Qual é o tipo de auditoria dentro do ciclo.
- Quais processos do sistema da qualidade a organização realmente executa.
- Quantos locais estão no escopo e como eles se ligam.
- Que achados do ciclo anterior continuam abertos.
- Se houve mudança relevante de produto, de processo ou de regulamento desde a última visita.

Sem essas respostas, o número que sai do formulário não tem base. Com elas, você consegue explicar o tempo a qualquer pessoa que pergunte.

Fonte: MDSAP AU P0008.008, ciclo de auditoria e tempo fora do local; MDSAP AU P0002.011, Overview e MDSAP Audit Cycle.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O ciclo e os tipos de auditoria

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Como o tempo é calculado

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 9 a 15** **Caderno • Exercícios E1 e E2**

Observe que a unidade do cálculo é a tarefa aplicável, e acompanhe como a aula percorre os quatro passos.

No MDSAP, o tempo de auditoria não é estimado por intuição nem negociado com o cliente. Ele sai de um procedimento escrito, o MDSAP AU P0008, e precisa ser defensável diante do fabricante e da autoridade.

Você já conhece os sete processos do Módulo 2. Aqui eles voltam com outra função: cada processo tem um número fixo de tarefas, e são essas tarefas que alimentam o cálculo. O tamanho do prédio ou o faturamento da empresa não entram nessa conta.

PROCESSO DO P0008	TAREFAS
Management	11
Device Marketing Authorization and Facility Registration	3
Measurement, Analysis and Improvement	16
Medical Device Adverse Events and Advisory Notices Reporting	2
Design and Development	17
Production and Service Controls	29
Purchasing	12
Total	**90**

Os quatro passos

- **Selecionar**. Entram só as tarefas que se aplicam ao tipo de auditoria e ao que a organização faz. O próprio P0008 dá um exemplo: quem não tem produto estéril nem presta instalação ou assistência técnica não tem as tarefas 9, 26 e 27 de Produção e Controle de Serviço no cálculo.
- **Duplicar**. Se a organização tem várias linhas de projeto ou de processo, algumas tarefas contam mais de uma vez.
- **Calcular**. O algoritmo é aplicado no formulário MDSAP AU F0008.2.
- **Ajustar**. Ajustes e reduções entram depois, só quando cabem, e sempre com justificativa escrita. É o tema do Capítulo 3.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

Como o tempo é calculado

TERCEIRIZADO NÃO É INVISÍVEL

Um processo que a organização não executa no local pode sair da lista de tarefas, mas o controle do fornecedor que o executa continua sendo auditado. Fornecedores críticos podem acrescentar tempo, a critério da organização auditora.

Por que existe uma regra tão rígida

O procedimento busca que auditorias parecidas recebam tempos parecidos, seja qual for a organização auditora. Ele é aplicado junto com as cláusulas pertinentes da ISO/IEC 17021-1:2015, a norma de acreditação de organismos de certificação. E a organização auditora guarda o registro do cálculo e das justificativas. Se esse registro falta, quem responde é ela, não o fabricante.

PODE VARIAR

A ordem das tarefas

O auditor segue trilhas e evidências, e a ordem se adapta ao que encontra no local.

NÃO PODE VARIAR

A duração

Todas as tarefas aplicáveis precisam caber no tempo calculado. Mudar a ordem não justifica estender a auditoria.

Fonte: MDSAP AU P0008.008, finalidade, tabela de tarefas por processo, algoritmo e formulário F0008.2; MDSAP AU P0002.011, Audit Sequence; ISO/IEC 17021-1:2015.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Como o tempo é calculado

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Ajustes, reduções e múltiplos locais

NA AULA **Parte 1 • Bloco 3 • slides 16 a 22** **Caderno • Exercício E3**

Observe a diferença entre um ajuste que muda as tarefas aplicáveis e uma redução percentual sobre o tempo.

Depois do algoritmo vem a parte em que mais se erra: os ajustes. O P0008 lista seis, e cada um tem condição própria. Aplicar uma redução sem cumprir a condição é o erro mais caro do planejamento.

AJUSTE	REGRA DO P0008
Projeto e desenvolvimento	Sem atividade de projeto: só as tarefas 1 e 16. Projeto anterior às exigências regulatórias de projeto, sem nenhum projeto novo: tarefas 1, 4 e 13 a 16. Linhas de software podem duplicar tarefas.
Produção e controle de serviço	Processo já examinado a fundo neste ciclo, sem mudança relevante nem sinal de problema: corte de até 30% no tempo.
Não conformidades anteriores	O acompanhamento da correção e da ação corretiva entra como tarefa à parte, em Medição, Análise e Melhoria, e ganha tempo específico.
Fornecedores críticos	Tempo adicional conforme o número deles, a critério da organização auditora.
Múltiplos locais	Cálculo por local, somado, com tempo para as interfaces. Locais de projeto e de fabricação não são amostrados.
Porte da organização	Redução pelo número de empregados, só com três critérios atendidos juntos.

A redução por porte

Para ter a redução da tabela, a organização precisa atender, ao mesmo tempo, a três critérios: fabricar apenas dispositivos de baixo risco; ter projetos e processos simples; e ter um histórico de auditorias que mostre o sistema em bom estado, por exemplo sem notas acima de grau 3. Repare que este último critério depende da graduação que você estudou no Módulo 4.

CAPÍTULO 3 (CONTINUAÇÃO)

Ajustes, reduções e múltiplos locais

EMPREGADOS	REDUÇÃO	EMPREGADOS	REDUÇÃO
1 a 5	42%	26 a 45	18%
6 a 10	39%	46 a 65	14%
11 a 15	35%	66 a 85	10%
16 a 25	28%	86 a 100	5%

Se um critério falha, não existe direito à redução da tabela. A organização auditora pode aplicar uma redução menor, mas precisa justificá-la por escrito. Com mais de 100 empregados, a tabela não se aplica.

Quem fica de fora, qualquer que seja o porte

O P0008 traz uma lista de dispositivos e processos que nunca dão direito à redução. Em resumo:

- Dispositivos de suporte ou manutenção da vida, implantáveis e os que tocam o sistema cardiovascular ou nervoso central.
- Radiação ionizante e o software que a controla ou monitora; dispositivos com fármaco ou produto biológico.
- Dispositivos com tecido humano ou animal, ou derivados.
- IVD para câncer, agentes infecciosos, doenças transmissíveis por transfusão, distúrbios congênitos fetais e tipagem sanguínea ou tecidual.
- IVD para uso junto ao paciente ou autoteste, exceto gravidez e fertilidade.
- Esterilização sem norma internacional estabelecida, processamento asséptico e esterilização feita pela própria organização.

PARA LEVAR

O tempo só se defende quando está escrito: as tarefas consideradas, cada ajuste aplicado com seu percentual e motivo, e tudo o mais que influenciou o número.

Fonte: MDSAP AU P0008.008, ajustes, itens 1 a 6, lista de não elegíveis e registros.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Ajustes, reduções e múltiplos locais

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

O que entra em cada vigilância

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 3 a 9** **Caderno • Exercício E8**

Observe como o Apêndice 1 do P0008 transforma o tempo calculado em um plano de vigilância.

A vigilância não é uma auditoria inicial em miniatura. Ela tem outro desenho: acompanha o que mudou e confirma que o sistema continua funcionando entre uma certificação e outra.

Somadas, as vigilâncias do ciclo precisam garantir que todos os requisitos aplicáveis sejam auditados em três anos. Cada visita avalia se o sistema da qualidade, com os requisitos regulatórios incorporados, segue eficaz. Também olha tecnologias de produto ou de processo novas ou alteradas, documentação técnica nova ou emendada, e o que aconteceu no mercado desde a última visita: reclamações, relatos de problema, dados de pós-mercado e recalls.

O mínimo de toda vigilância

O P0002.011 lista quatro itens que nenhuma vigilância pode deixar de fora:

- As mudanças na organização, no sistema ou nos produtos desde a auditoria anterior.
- As tarefas indicadas no Apêndice 1 do P0008, conforme se apliquem.
- A confirmação de que a documentação técnica de cada dispositivo tem como ser mantida em dia.
- O uso de marcas e as referências à certificação.

O último item costuma ser esquecido no plano. Não esqueça. Lembre também que a vigilância não exige Estágio 1, a menos que haja mudança significativa, como uma mudança de legislação.

Lendo o Apêndice 1

O Apêndice 1 tem uma tabela por processo, cobrindo as 90 tarefas. Cada tarefa vem marcada numa de três colunas:

COLUNA	O QUE DIZ AO PLANEJADOR
Audit Every Surveillance	Entra nas duas vigilâncias
Audit 1 of 2 Surveillances	Entra em uma das duas, a escolher
Not Typically Necessary to Audit During Surveillance	Em geral fica para a recertificação

O plano nasce dessas marcações, não de uma escolha livre de tarefas.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

O que entra em cada vigilância

Alternância entre projeto e produção

Os dois processos mais pesados se revezam. Se uma vigilância audita Projeto e Desenvolvimento, a outra audita Produção e Controle de Serviço, ou o inverso. A exceção é o dado: um indício de não conformidade pode levar o foco para outro lugar.

DISPOSITIVO ESTÉRIL

Inicial e recertificação

O controle da esterilidade costuma ser avaliado de forma abrangente nessas auditorias.

DISPOSITIVO ESTÉRIL

Vigilância

Sem mudança significativa, pode se concentrar nos parâmetros validados, em como são controlados e monitorados e na liberação do produto final.

A revisão remota de um relatório de validação ajuda, mas é insumo da auditoria no local e fica anexa ao relatório. Ela, sozinha, não demonstra que o processo está sob controle.

E a recertificação?

Ela pode ser mais curta que a inicial porque a amostra fica mais seletiva, nunca porque uma tarefa aplicável foi omitida. O foco vai para projetos, produtos e processos novos ou modificados, não conformidades já identificadas, áreas pouco cobertas nas vigilâncias e os relatórios MDSAP do ciclo, com o acompanhamento das correções e ações corretivas.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Surveillance Audits, MDSAP Audit Cycle e Re-audit; MDSAP AU P0008.008, Apêndice 1; ISO/IEC 17021-1:2015, 9.6.2.2.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

O que entra em cada vigilância

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Escopo, exclusões e terceirização

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 10 a 18** **Caderno • Exercícios E4, E5 e E6**

Observe que a aula apresenta primeiro o princípio e só depois as exceções do Anexo 5.

Um escopo mal definido contamina o resto: tempo, amostra, achados e relatório. Por isso o ponto de partida é uma regra simples: nada sai do escopo porque é mais cômodo.

A organização auditora não pode retirar processos, produtos ou serviços do escopo, a menos que a regulação da autoridade permita (IMDRF GHTF N3, 8.2.2). Na prática, o escopo de certificação abrange todos os mercados onde há distribuição e todos os produtos vendidos em cada um deles. A organização pode deixar de fora requisitos de um mercado onde não pretende colocar produto, desde que justifique.

O Anexo 5

O Anexo 5 do P0002.011 reúne as situações em que cada jurisdição não exige sistema da qualidade certificado:

JURISDIÇÃO	CONSIDERAÇÃO DO ANEXO 5
Austrália	Classe I não estéril e sem função de medição, IVD classe 1 e dispositivos só para exportação
Brasil	Classes I e II ficam fora da Certificação de BPF; mesmo assim, a RDC 15/2014 pede sistema efetivo do fabricante do produto acabado
Canadá	Classe I não exige sistema certificado
Japão	Classe I não exige sistema certificado
Estados Unidos	Alguns dispositivos classe 1 são GMP-exempt, com exceções que continuam valendo

A classificação é de cada jurisdição. O mesmo produto pode ter classes diferentes em países diferentes.

AS DUAS CONDIÇÕES

Um dispositivo só sai se cumprir o critério de exclusão em todas as jurisdições aplicáveis. Uma jurisdição só sai se nenhum dispositivo for distribuído nela, ou se todos os que são distribuídos nela puderem ser excluídos.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Escopo, exclusões e terceirização

Costumam ficar fora do escopo o estudo clínico pré-mercado, o programa de acesso especial, o uso humanitário e o dispositivo investigacional. Ainda assim, fabricar e distribuir sob acesso especial pode atrair parte dos requisitos do MDSAP.

GMP-exempt não quer dizer livre do FDA

Para esses dispositivos, a auditoria no local pode deixar de lado o 21 CFR 820. Continuam valendo os arquivos de reclamação e a manutenção de registros, além do 21 CFR 803, do 21 CFR 806 e do 21 CFR 807.

Terceirizar não transfere a responsabilidade

Quando a organização entrega a terceiros um processo de projeto ou de fabricação que é de sua responsabilidade, ele continua sendo dela (ISO 13485:2016, 4.1.5). O auditor verifica a extensão da terceirização na Tarefa 5 de Gestão, confere os controles sobre fornecedores, a lista de fornecedores e se o desempenho dos terceirizados chega à análise crítica pela direção.

Para o MDSAP, fornecedor é quem está fora do sistema da qualidade da organização e contribui para que o produto atenda aos requisitos. Uma divisão da mesma empresa, com sistema próprio, pode ser fornecedora. Um teste prático: ela está no escopo da auditoria interna da organização? A organização auditora pode decidir auditar fornecedores, inclusive corporativos. O P0002.011 pede que se considerem, entre outros, quem fornece dispositivo acabado ou acessório, quem afeta saídas de projeto essenciais ao funcionamento e quem presta serviço que exige validação de processo. A lista não é fechada: o que conta é o impacto na conformidade do produto.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Anexo 5 e Outsourcing; IMDRF GHTF N3, 8.2.2; GHTF/SG3/N17:2008; ISO 13485:2016, 4.1.5; Anvisa, legislação.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Escopo, exclusões e terceirização

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Conduzir, amostrar e encerrar

NA AULA **Parte 2 • Bloco 6 • slides 19 a 28** **Caderno • Exercícios E7 e E9**

Observe como cada decisão da execução deixa um registro que vai parar no relatório.

Na execução, o plano encontra a realidade. O P0002.011 dá uma sequência de auditoria e permite desvios, desde que você saiba explicar cada um deles por escrito.

A sequência e as exceções

A sequência foi projetada para ser seguida, com as ligações entre processos respeitadas e a amostra escolhida por risco. A ordem das tarefas de um mesmo processo é livre. Mudar a ordem entre processos é possível, mas exige justificativa suficiente e registro no relatório. O documento cita exemplos de exceções razoáveis:

- Auditar Medição, Análise e Melhoria junto com Gestão, quando a equipe tem vários auditores.
- Começar Produção ou Projeto antes de concluir os processos anteriores, se a informação central já estiver disponível.
- Passar de Medição, Análise e Melhoria direto para Produção e Controle de Serviço e só então seguir para Projeto e Desenvolvimento.
- Deixar que um especialista, por exemplo em esterilização, comece a revisão da sua área.

Em qualquer caso, a equipe conversa durante a auditoria e revê a decisão à medida que a informação aparece.

Linkages e amostragem

Uma linkage existe quando a saída de um processo alimenta outro, ou quando um processo de apoio interessa aos demais (ISO 13485:2016, 4.1.2). Ela serve para escolher a amostra no processo seguinte. Um exemplo genérico: os dados de reclamações vistos em Medição apontam qual projeto vale revisar em Projeto e Desenvolvimento.

O programa aceita amostragem estatística ou por julgamento, e prefere a segunda quando ela usa a trilha de uma tarefa para orientar a escolha em outra. Três cuidados: a amostra precisa ter registros de todas as jurisdições aplicáveis; ao longo do ciclo, todas as famílias e processos significativos precisam aparecer; e a amostra, com o motivo da escolha, vai para o relatório. Quem vem da certificação ISO tende a amostrar só o mercado doméstico. No MDSAP, isso deixa a auditoria incompleta.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

Conduzir, amostrar e encerrar

Os prazos depois do encerramento

EVENTO	PRAZO	CONTADO A PARTIR DE
Aviso de 5 dias às autoridades	Até 5 dias úteis	Encerramento da auditoria
Relatório completo, quando houve aviso	45 dias corridos	Encerramento da auditoria
Relatório completo, demais casos	90 dias corridos	Encerramento da auditoria
Auditoria especial pedida pela autoridade	15 dias	Último dia da auditoria
Relatório atualizado, se solicitado	10 dias corridos	Pedido da autoridade

Atenção à mistura de dias úteis e corridos. O aviso de 5 dias é disparado por uma não conformidade grau 5 ou por mais de duas grau 4, por uma ameaça à saúde pública identificada na auditoria, ou por indício de fraude ou de dispositivo contrafeito. É aqui que a graduação do Módulo 4 vira consequência prática.

UM ENCERRAMENTO QUE SE SUSTENTA

A data de encerramento inicia todos os prazos. Na reunião final, apresente cada não conformidade com requisito, falha e evidência; explique a nota e os escalonadores; registre os ajustes de sequência e de escopo com o motivo; e deixe claros os prazos de correção e de envio. A nota não muda porque o fabricante corrigiu algo: só uma apelação pode alterá-la.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Audit Sequence, Conducting the Audit, MDSAP Audit Cycle e Special Audits; MDSAP AU P0027.007, gatilhos e prazos; ISO 13485:2016, 4.1.2.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Conduzir, amostrar e encerrar

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Glossário do módulo

Ciclo de auditoria

Período de três anos: auditoria inicial, duas vigilâncias e recertificação.

Estágio 1

Avalia a documentação e a preparação para o Estágio 2; confirma escopo e tempo.

Estágio 2

Avalia a implementação e a eficácia do sistema da qualidade.

Tarefa aplicável

Tarefa que se aplica ao tipo de auditoria e ao que a organização faz. Unidade do cálculo de tempo.

MDSAP AU F0008.2

Formulário do cálculo de tempo. Soma sozinho os 25% da auditoria inicial.

Redução por porte

Redução pelo número de empregados, só com os três critérios atendidos.

Fornecedor crítico

Fornecedor que afeta a conformidade do dispositivo. Pode acrescentar tempo.

Apêndice 1 do P0008

Indica, por tarefa, se ela entra em toda vigilância, em uma das duas ou só na recertificação.

Alternância

Revezamento entre Projeto e Produção nas duas vigilâncias do ciclo.

Anexo 5

Anexo do P0002.011 com as exclusões aceitáveis por jurisdição.

GMP-exempt

Dispositivo dispensado do 21 CFR 820, mas não das demais exigências do FDA do Anexo 5.

Amostragem por julgamento

Escolha da amostra guiada pela trilha: o que se viu numa tarefa orienta a seleção na seguinte.

Aviso de 5 dias

Comunicação às autoridades em até 5 dias úteis, quando ocorre um gatilho do P0027.

CAPÍTULO 8

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado. Os exercícios práticos e a avaliação objetiva estão no Caderno de Exercícios.

1. Por que o tempo calculado antes da auditoria inicial só fica firme depois do Estágio 1? *(Cap. 1)*

2. Um cliente diz que o tempo proposto é alto porque a fábrica é pequena. Que argumento do P0008 você usaria para explicar de onde vem o número? *(Cap. 2)*

3. Qual a diferença entre retirar tarefas de Projeto e Desenvolvimento e aplicar a redução por porte? Por que uma não substitui a outra? *(Cap. 3)*

4. Como o histórico de graduação do ciclo anterior pode mudar o tempo da próxima auditoria? *(Cap. 3)*

5. Por que a vigilância não pode ser tratada como uma auditoria inicial mais curta? *(Cap. 4)*

6. Em que situação um indício de não conformidade justifica quebrar a alternância entre projeto e produção, e o que você registraria? *(Cap. 4)*

CAPÍTULO 8 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. Por que basta uma jurisdição aplicável para impedir a exclusão de um dispositivo do escopo? *(Cap. 5)*

8. Que riscos para o relatório surgem quando a amostra não representa todas as jurisdições, e quando o encerramento deixa pontos imprecisos? *(Cap. 6)*

HSC | GLOBAL

MDSAP
MEDICAL DEVICE SINGLE AUDIT PROGRAM

EXEMPLAR GLOBAL
RTP CERTIFIED TRAINING

HSC Academy • MDSAP Lead Auditor, Excellence & Strategic Leadership

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com