

MDSAP LEAD AUDITOR

Módulo 2: O Audit Approach tarefa a tarefa

Caderno de exercícios

Base: MDSAP AU P0002.011, revisão de 03/08/2026, e ABNT NBR ISO 13485:2016. Este módulo não trata os requisitos de cada jurisdição; eles são aprofundados no Módulo 3.

Os casos são fictícios, criados para as atividades. Tenha o PDF oficial do P0002.011 aberto durante os exercícios.

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

Índice de exercícios

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO	NO DECK
E1	Navegação no documento oficial	B1	Individual, 10 min	Complementar
E2	Anatomia de uma tarefa	B1	Individual, 10 min	Parte 1, slide 12
E3	Estudo de caso: a matriz perfeita	B2	Grupos, 20 min	Parte 1, slides 26 e 27
E4	Mudança no sistema de gestão	B2	Grupos, 15 min	Complementar
E5	A trilha do arquivo de risco	B2	Grupos, 20 min	Complementar ao slide 23 da Parte 1

E6	Terceirização sob controle	B2	Individual, 10 min	Complementar
E7	Reclamação, notificação ou nota de aviso?	B3	Individual, 10 min	Parte 1, slide 38
E8	Da reclamação ao arquivo de risco	B3	Grupos, 15 min	Complementar
E9	Qual tarefa do Capítulo 3?	B3	Individual, 10 min	Complementar
E10	Entradas de projeto com problemas	B4	Grupos, 20 min	Complementar ao slide 7 da Parte 2
E11	Mudou a embalagem secundária	B4	Duplas, 15 min	Parte 2, slide 16
E12	Software do dispositivo	B4	Individual, 15 min	Complementar ao slide 10 da Parte 2
E13	Ata de revisão de projeto	B4	Individual, 10 min	Complementar
E14	Verificação ou validação?	B4	Individual, 10 min	Complementar ao slide 15 da Parte 2
E15	Qual processo exige validação?	B5	Grupos, 15 min	Complementar
E16	Controle proporcional ao risco	B5	Grupos, 15 min	Complementar
E17	Participação ou competência?	B6	Individual, 5 min	Parte 2, slide 31
E18	Monte a trilha do risco	B6	Grupos, 15 min	Parte 2, slide 34
E19	A evidência sustenta?	Final	Individual, 20 min	Parte 2, slide 36 (versão ampliada)
Q	Avaliação objetiva: 15 questões	Final	Individual, 15 min	Complementar

E1 BLOCO 1: ESTRUTURA

Navegação no documento oficial

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Localizar no P0002.011 as seções que o auditor usa com mais frequência.

Cenário

Com o PDF oficial do MDSAP AU P0002.011 aberto, responda sem consultar os slides.

Perguntas

1. Quantos capítulos o documento tem e quais processos eles tratam?

2. Quantas tarefas há em cada capítulo?

3. Qual anexo trata de dispositivos estéreis e qual traz o quadro de referência rápida de notificações?

4. Qual é a sequência obrigatória dos quatro processos primários?

5. Com quais processos o processo de Compras é auditado?



Fonte: MDSAP AU P0002.011, Overview (p. 6), sumário (p. 2 a 4), Anexos (p. 150 e 154)

E2 BLOCO 1: ESTRUTURA

Anatomia de uma tarefa

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Reconhecer os campos de uma tarefa e o papel de cada um na auditoria.

Cenário

Abra o Capítulo 1, Tarefa 6 (p. 26).

Perguntas

1. Resuma o propósito da tarefa em uma frase.

2. Quais cláusulas da ISO 13485:2016 constam em Clause and Regulation?

3. Existe bloco de requisitos adicionais por jurisdição? (Apenas indique se existe; o conteúdo é do Módulo 3.)

4. Cite dois pontos do Assessing Conformity que o auditor verifica.

5. Com qual processo a tarefa tem link?



Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 6, p. 26; ISO 13485:2016, 6.2

E3 BLOCO 2: GESTÃO

Estudo de caso: a matriz perfeita

Modo e tempo	Grupos 20 min
Objetivo	Diferenciar evidência de participação de evidência de competência (ISO 6.2 c).

Cenário

Caso fictício. Um fabricante com 80 colaboradores apresenta a matriz de treinamento com 100% de presença em todas as funções. O treinamento no procedimento de inspeção final foi feito por leitura do procedimento e assinatura em lista. Não há avaliação de eficácia registrada.

Na auditoria de Medição, o auditor encontrou uma não conformidade interna: um inspetor admitido há dois meses liberou um lote com defeito visual que o procedimento manda reprovar.

Perguntas

1. Qual tarefa e qual cláusula da ISO 13485:2016 estão envolvidas?

2. A matriz sustenta conformidade? Justifique.

3. Liste três evidências que você pediria ao fabricante.

4. Como a não conformidade interna se conecta à Tarefa 6?



Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 6, p. 26; ISO 13485:2016, 6.2

E4 BLOCO 2: GESTÃO

Mudança no sistema de gestão

Modo e tempo	Grupos 15 min
Objetivo	Aplicar a Tarefa 1 a mudanças no SGQ.

Cenário

Caso fictício. O fabricante substituiu o sistema eletrônico de controle de documentos e registros por outro fornecedor. No mesmo mês, mudou o layout da área de embalagem para ganhar espaço.

Perguntas

1. Qual tarefa do Capítulo 1 trata do controle de mudanças no SGQ e quais cláusulas ela cita?

2. O que o auditor pede para a troca do sistema eletrônico?

3. O que o auditor pede para a mudança de layout?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 1, p. 19; ISO 13485:2016, 4.1.4, 4.1.6, 5.4.2, 6.3, 6.4 e 7.5.6

E5 BLOCO 2: GESTÃO

A trilha do arquivo de risco

Modo e tempo	Grupos 20 min
Objetivo	Seguir as medidas de controle de risco pelos processos, como pede a Tarefa 7.

Cenário

Caso fictício. O arquivo de gerenciamento de risco de um conjunto de infusão de uso único traz três medidas de controle:

MEDIDA	DESCRIÇÃO NO ARQUIVO DE RISCO
M1	Ensaio de estanqueidade em 100% das unidades na linha de montagem
M2	Requisito de material do tubo informado ao fornecedor, com certificado por lote
M3	Advertência nas instruções de uso sobre conexão incompatível

Perguntas

1. Para cada medida, indique em qual processo e tarefa o auditor confirma a implementação e qual evidência pede.

2. O fabricante recebeu reclamações de vazamento nos últimos meses. O que o auditor verifica no arquivo de risco?

3. O que a direção precisa demonstrar na Tarefa 7?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 7, p. 27; ISO 13485:2016, 7.1, 7.3.4, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 8.2.1 e 8.2.6

E6 BLOCO 2: GESTÃO

Terceirização sob controle

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Aplicar a ISO 4.1.5 a processos terceirizados.

Cenário

Caso fictício. O fabricante terceiriza a esterilização dos produtos e a calibração dos instrumentos de medição. O contrato com o esterilizador trata apenas de preço e prazo.

Perguntas

1. Quem responde pela conformidade dos processos terceirizados?

2. O que falta no arranjo com o esterilizador, segundo a ISO 13485:2016?

3. Os dois fornecedores recebem o mesmo nível de controle? Justifique.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Overview (p. 6) e Capítulo 1, Tarefa 5 (p. 23); ISO 13485:2016, 4.1.5, 7.4.1, 7.4.2 e 7.5.7

E7 BLOCO 3: AUTORIZAÇÃO

Reclamação, notificação ou nota de aviso?

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Classificar informações de pós-produção pelas definições da ISO 13485:2016.

Cenário

Classifique cada situação e indique a cláusula. Não use prazos de autoridades; eles são do Módulo 3.

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
a	Hospital informa que o alarme do equipamento não soou durante o uso.
b	O fabricante decide orientar os clientes a devolver um lote com rótulo trocado.
c	Distribuidor pergunta o prazo de entrega de um pedido.
d	Usuário relata dificuldade de leitura do display em ambiente iluminado.
e	Técnico de assistência encontra peça desgastada fora do especificado.

Perguntas

Para cada situação, classifique como reclamação, nota de aviso, não reclamação ou informação a analisar, e indique a cláusula.

Fonte: ISO 13485:2016, 3.1, 3.4, 7.5.4, 8.2.2, 8.2.3 e 8.3.3; MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefas 12 a 15, e Capítulo 4

E8 BLOCO 3: AUTORIZAÇÃO

Da reclamação ao arquivo de risco

Modo e tempo	Grupos 15 min
Objetivo	Seguir a realimentação de pós-produção até o risco, a CAPA e a mudança.

Cenário

Caso fictício. Em seis meses, o fabricante recebeu 12 reclamações de fissura no conector de um produto. O arquivo de risco estima essa falha como de ocorrência remota e não foi revisado desde o lançamento.

Perguntas

1. Quais tarefas do Capítulo 3 o auditor percorre com esse dado?

2. O que deveria ter acontecido com o arquivo de risco?

3. Se a causa for de projeto, para onde vai a trilha?

4. Se houver produto em campo afetado, qual tarefa e cláusula entram?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefas 2, 3, 5, 6, 9, 12 e 15, e Capítulo 1, Tarefa 7; ISO 13485:2016, 7.1, 7.3.9, 8.2.1, 8.3.3 e 8.5.2

E9 BLOCO 3: AUTORIZAÇÃO

Qual tarefa do Capítulo 3?

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Associar situações às tarefas de não conformidade, CAPA e auditoria interna.

Cenário

Indique a tarefa do Capítulo 3 e a cláusula da ISO 13485:2016 para cada situação.

SITUAÇÃO	DESCRIÇÃO
a	Investigação da causa de uma não conformidade de produto.
b	Análise de tendência indica risco de falha que ainda não ocorreu.
c	Uma ação corretiva altera o processo de soldagem.
d	Lote não conforme detectado depois de entregue.
e	O auditor interno audita a própria área.
f	Produto não conforme liberado por concessão.

Perguntas

Complete a tarefa e a cláusula de cada situação.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefas 3 a 10 (p. 49 a 55); ISO 13485:2016, 8.2.4, 8.3 e 8.5

E10 BLOCO 4: PROJETO

Entradas de projeto com problemas

Modo e tempo	Grupos 20 min
Objetivo	Avaliar entradas de projeto contra a ISO 7.3.3.

Cenário

Caso fictício. Trecho da especificação de entradas de um cateter de uso único:

ITEM	ENTRADA REGISTRADA
1	O cateter deve ser fácil de usar.
2	Diâmetro externo máximo de 2,0 mm.
3	Diâmetro interno mínimo de 2,1 mm.
4	Atender às normas aplicáveis.
5	Material resistente.

Perguntas

1. Identifique os problemas de cada item frente à ISO 7.3.3.

2. O que falta na lista, considerando as alíneas a a e?

3. Quais tarefas do Capítulo 5 tratam do tema?



Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 5, Tarefas 5 e 6 (p. 80 e 82); ISO 13485:2016, 7.3.3

E11 BLOCO 4: PROJETO

Mudou a embalagem secundária

Modo e tempo	Duplas 15 min
Objetivo	Seguir uma mudança pelas tarefas de Projeto e Autorização.

Cenário

Caso fictício. Um fabricante mudou a embalagem secundária de um produto estéril vendido em duas jurisdições. A embalagem primária, que é o sistema de barreira estéril, não mudou.

Perguntas

1. Quais tarefas o auditor percorre?

2. O que a análise crítica da mudança precisa considerar?

3. Se a mudança fosse na embalagem primária, o que mudaria?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 5, Tarefas 13 e 15; Capítulo 2, Tarefa 3; ISO 13485:2016, 7.2.3, 7.3.9 e 7.5.7

E12 BLOCO 4: PROJETO

Software do dispositivo

Modo e tempo	Individual 15 min
Objetivo	Aplicar o Assessing Conformity geral da Tarefa 12.

Cenário

Caso fictício. Achados na revisão do projeto de um monitor com software embarcado:

ACHADO	DESCRIÇÃO
A	Critérios de aceitação dos testes de software foram registrados depois da execução dos testes.
B	Validação feita só em bancada, sem uso real ou simulado.
C	Plano de gerenciamento de risco sem análise de riscos de cibersegurança.
D	O ciclo de vida do software está definido no plano de projeto, incluindo o uso pretendido.

Perguntas

1. Para cada achado, indique se sustenta conformidade e por quê.

2. Qual link liga esta tarefa ao processo de Medição, Análise e Melhoria?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 5, Tarefa 12, Assessing conformity e Links (p. 89 e 90); ISO 13485:2016, 7.3.2 e 7.3.10

E13 BLOCO 4: PROJETO

Ata de revisão de projeto

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Verificar uma revisão de projeto contra a ISO 7.3.5 e a Tarefa 14.

Cenário

Caso fictício. A ata da revisão de projeto de uma fase traz apenas o nome do gerente de P&D, não identifica o projeto nem a data e lista três ações sem responsável ou acompanhamento.

Perguntas

1. Quais problemas a ata apresenta?

2. O que o auditor confirma sobre as ações abertas?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 5, Tarefa 14, p. 93; ISO 13485:2016, 7.3.5

E14 BLOCO 4: PROJETO

Verificação ou validação?

Modo e tempo	Individual 10 min
Objetivo	Diferenciar verificação e validação de projeto pela ISO 7.3.6 e 7.3.7.

Cenário

Classifique cada evidência como verificação, validação ou nenhuma das duas.

EVIDÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Ensaio de bancada mostra que a vazão atende à especificação de entrada.
2	Estudo de uso simulado com usuários representativos confirma o uso pretendido.
3	Avaliação clínica conduzida como parte do projeto.
4	Ensaio feito em protótipo de laboratório, sem justificativa de representatividade, usado como validação.
5	Relatório de inspeção de recebimento de matéria-prima.

Perguntas

1. Classifique cada evidência e indique a cláusula.

2. O que o auditor pede sobre o produto usado na validação?

Fonte: ISO 13485:2016, 7.3.6, 7.3.7 e 7.4.3; MDSAP AU P0002.011, Capítulo 5, Tarefas 7 e 10

E15 BLOCO 5

Qual processo exige validação?

Modo e tempo	Grupos 15 min
Objetivo	Aplicar o critério da ISO 7.5.6 para identificar processos sujeitos a validação.

Cenário

Classifique cada processo e justifique.

PROCESSO	DESCRIÇÃO
1	Esterilização por óxido de etileno.
2	Selagem do sistema de barreira estéril.
3	Montagem manual com ensaio funcional em 100% das unidades.
4	Moldagem com dimensão interna crítica que só se mede destruindo a peça.
5	Software que controla a temperatura da seladora.

Perguntas

1. Quais processos exigem validação e com base em qual cláusula?

2. Qual tarefa do Capítulo 6 identifica os processos sujeitos a validação?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 6, Tarefas 7, 8, 9 e 15; ISO 13485:2016, 7.5.6 e 7.5.7

E16 BLOCO 5

Controle proporcional ao risco

Modo e tempo	Grupos 15 min
Objetivo	Definir a extensão dos controles de compras pela ISO 7.4.

Cenário

Caso fictício. Fabricante de implante ortopédico com quatro fornecedores:

FORNECEDOR	PRODUTO OU SERVIÇO
F1	Liga metálica usada no implante
F2	Caixas de papelão para transporte
F3	Serviço de calibração de instrumentos
F4	Laboratório de ensaios microbiológicos

Perguntas

1. Proponha o nível de controle de cada fornecedor e justifique.

2. O que deve constar nas informações de aquisição de F1?

3. Quais destes entram no recorte do Anexo 2 para esterilização terceirizada?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 7, Tarefas 4 a 10 (p. 131 a 139) e Anexo 2 (p. 152); ISO 13485:2016, 7.4 e 7.6

E17 BLOCO 6

Participação ou competência?

Modo e tempo	Individual 5 min
Objetivo	Separar evidência de participação de evidência de competência atingida.

Cenário

Classifique cada evidência como participação ou competência.

EVIDÊNCIA	DESCRIÇÃO
1	Lista de presença do treinamento.
2	Certificado de curso externo.
3	Prova prática com amostras de referência, com critério de aprovação.
4	Observação supervisionada registrada com critério definido.
5	Assinatura de leitura do procedimento.
6	Taxa de erro do operador acompanhada após o treinamento.

Perguntas

Classifique as evidências e indique qual exige critério definido para valer.

Fonte: ISO 13485:2016, 6.2; MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 6, p. 26

E18 BLOCO 6

Monte a trilha do risco

Modo e tempo	Grupos 15 min
Objetivo	Planejar a trilha de auditoria do arquivo de risco pelos processos.

Cenário

Cada grupo escolhe um dispositivo fictício (bomba de infusão com aplicativo, cateter estéril ou monitor com conectividade) e preenche a tabela.

ETAPA	TAREFA	EVIDÊNCIA QUE VOCÊ PEDIRIA
Projeto		
Compras		
Produção		
Pós-produção		
Direção		

Perguntas

Preencha a tabela e prepare 1 minuto de apresentação.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 7; Capítulo 5, Tarefas 8 e 9; Capítulo 7, Tarefa 8; Capítulo 6, Tarefas 11 e 28; Capítulo 3, Tarefa 12; ISO 13485:2016, 7.1

E19 FECHAMENTO

A evidência sustenta?

Modo e tempo	Individual 20 min
Objetivo	Julgar evidências indicando tarefa e cláusula, sem graduar.

Cenário

Casos fictícios. Para cada evidência, indique a tarefa, a cláusula da ISO 13485:2016 e se sustenta conformidade. A graduação é do Módulo 4.

Nº	EVIDÊNCIA
1	Matriz com 100% de presença e nenhuma avaliação de eficácia.
2	Mudança de projeto aprovada após avaliar efeitos no produto entregue e no arquivo de risco.
3	Tendência de reclamações há seis meses; arquivo de risco não revisado.
4	Critérios de aceitabilidade de risco aprovados em ata da análise crítica.
5	Esterilizador terceirizado selecionado e auditado conforme procedimento definido.
6	Auditor interno auditou o próprio setor.
7	Software do SGQ trocado sem validação antes do uso.
8	Entradas de projeto aprovadas e verificáveis, incluindo saídas do risco.

Perguntas

Preencha tarefa, cláusula e decisão para cada evidência.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, tarefas indicadas; ISO 13485:2016

Q FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 15 questões

Individual, 15 minutos. Marque uma alternativa por questão.

1. Qual é a sequência obrigatória dos processos primários?

- ☐ (a) Gestão, Projeto, Produção, Medição
- ☐ (b) Gestão, Medição, Projeto, Produção
- ☐ (c) Medição, Gestão, Produção, Projeto
- ☐ (d) Projeto, Produção, Compras, Gestão

2. Com quais processos Compras é auditado?

- ☐ (a) Somente com Produção
- ☐ (b) Com Medição, Projeto e Produção
- ☐ (c) De forma isolada, ao final
- ☐ (d) Somente com Gestão

3. O que é o fundamento de todos os processos do Audit Approach?

- ☐ (a) Controle de documentos
- ☐ (b) Análise crítica pela direção
- ☐ (c) Gestão de risco
- ☐ (d) Auditoria interna

4. Qual cláusula exige abordagem baseada em risco no controle dos processos do SGQ?

- ☐ (a) ISO 6.3
- ☐ (b) ISO 7.3.5
- ☐ (c) ISO 4.1.2 b
- ☐ (d) ISO 8.2.4

5. A Tarefa 6 exige que a avaliação demonstre:

- ☐ (a) Presença em todos os treinamentos
- ☐ (b) Que a pessoa atingiu a competência necessária
- ☐ (c) Certificado externo para todas as funções
- ☐ (d) Leitura de todos os procedimentos

6. Segundo a NOTA da ISO 6.2, a metodologia de verificação da eficácia é:

- ☐ (a) Definida pela autoridade
- ☐ (b) Proporcional ao risco do trabalho
- ☐ (c) Opcional
- ☐ (d) Igual para todas as funções

7. Na Tarefa 7, com o arquivo de risco do produto da trilha, o auditor confere:

- ☐ (a) Apenas a análise crítica
- ☐ (b) Apenas o manual da qualidade
- ☐ (c) Somente o setor de projeto
- ☐ (d) Produção, Compras e Medição

8. Qual cláusula faz a realimentação servir de entrada ao gerenciamento de risco?

- ☐ (a) 6.3
- ☐ (b) 7.3.5
- ☐ (c) 8.2.4
- ☐ (d) 8.2.1

9. Uma nota emitida após a entrega para orientar a devolução de um produto é:

- ☐ (a) Reclamação
- ☐ (b) Nota de aviso
- ☐ (c) Não conformidade potencial
- ☐ (d) Concessão

10. Entradas de projeto devem ser:

- ☐ (a) Completas, sem ambiguidade, verificáveis e não conflitantes
- ☐ (b) Definidas só após a validação
- ☐ (c) Aprovadas apenas pelo P&D
- ☐ (d) Genéricas para dar flexibilidade

11. Na revisão de projeto (Tarefa 14), devem participar:

- ☐ (a) Somente a alta direção
- ☐ (b) Somente o representante da direção
- ☐ (c) Somente o gerente de P&D

☐ (d) Representantes das funções envolvidas e outro pessoal especializado

12. Um processo exige validação quando:

☐ (a) Usa matéria-prima importada

☐ (b) É manual

☐ (c) Sua saída não pode ser ou não é verificada por monitoramento ou medição subsequente

☐ (d) É terceirizado

13. Na esterilização terceirizada, o Anexo 2 destaca a seleção de:

☐ (a) Fornecedores aprovados em geral

☐ (b) Fornecedores de serviço de esterilização e de laboratório

☐ (c) Fornecedores estratégicos

☐ (d) Fornecedores únicos

14. Na terceirização, a ISO 13485:2016 exige:

☐ (a) Controles proporcionais ao risco e acordos de qualidade escritos

☐ (b) Auditoria anual em todos os fornecedores

☐ (c) Somente contrato comercial

☐ (d) Transferir a responsabilidade ao fornecedor

15. Um relatório de ensaio de bancada que mostra saída atendendo à entrada é:

☐ (a) Avaliação clínica

☐ (b) Transferência de projeto

☐ (c) Validação

☐ (d) Verificação

Folha de respostas

QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA	QUESTÃO	RESPOSTA
1		6		11	

2		7		12	
3		8		13	
4		9		14	
5		10		15	