

MDSAP LEAD AUDITOR

Módulo 3: Requisitos por jurisdição

Caderno de exercícios

Base: MDSAP AU P0002.011, revisão de 03/08/2026, e a norma vigente de cada jurisdição, conferida nos sites oficiais em 22/09/2026. Quando a norma vigente difere do texto do P0002.011, vale a norma vigente.

Os casos são fictícios, criados para as atividades. Tenha o PDF oficial do P0002.011 aberto durante os exercícios.

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

Índice de exercícios

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO	NO DECK
E1	De quem é o requisito?	B1	Duplas, 10 min	Parte 1, slide 12
E2	Uma tarefa, cinco países	B1	Individual, 10 min	Complementar ao slide 6 da Parte 1
E3	Prazos de notificação	B1	Individual, 10 min	Parte 1, slide 11
E4	Estudo de caso: o óbito comunicado	B2	Grupos, 15 min	Parte 1, slides 26 e 27

E5	O esterilizador trocado	B2	Duplas, 10 min	Complementar ao slide 18 da Parte 1
E6	Só classe II: o que sai do escopo?	B2	Grupos, 10 min	Parte 1, slide 24
E7	Estudo de caso: o MDR que não foi	B3	Grupos, 15 min	Parte 1, slides 37 e 38
E8	Embalagem nova, mesmo DI	B3	Duplas, 10 min	Complementar ao slide 35 da Parte 1
E9	A correção em campo	B3	Duplas, 10 min	Complementar ao slide 33 da Parte 1
E10	Estudo de caso: duas mortes, dois países	B4	Grupos, 15 min	Parte 2, slides 13 e 14
E11	O polímero novo	B4	Duplas, 10 min	Complementar ao slide 6 da Parte 2
E12	O recall de 2026	B4	Grupos, 10 min	Parte 2, slide 9
E13	Estudo de caso: o recall que esperou	B5	Grupos, 15 min	Parte 2, slides 25 e 26
E14	O que é auditável no sponsor	B5	Duplas, 10 min	Parte 2, slides 17 e 18
E15	Estudo de caso: o esterilizador novo	B6	Duplas, 10 min	Parte 2, slides 35 e 36
E16	Exercício integrador: um evento, cinco relógios	B7	Grupos, 20 min	Parte 2, slide 38
E17	Quanto tempo guardar	B6	Individual, 5 min	Parte 2, slide 34
Q	Avaliação objetiva: 15 questões	Final	Individual, 15 min	Complementar

E1 BLOCO 1: VISÃO GERAL

De quem é o requisito?

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Parte 1, slide 12

Cenário

Para cada obrigação abaixo, diga se o auditor MDSAP cobra do fabricante auditado ou se ela fica fora do escopo. Justifique com o papel regulatório de cada país.

Perguntas

1. Austrália: carregar os dados do dispositivo no banco australiano de UDI.

2. Japão: pedir à PMDA a alteração da aprovação depois de uma mudança de material.

3. Brasil: informar o representante legal (importador) sobre um evento adverso.

4. Estados Unidos: manter o registro e a listagem do estabelecimento na FDA.

5. Austrália: enviar o relatório de seguimento de evento adverso em 120 dias.

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Overview, p. 7; Capítulo 1, Tarefa 5, p. 24; Capítulo 2, p. 37 e 42; Capítulo 4, p. 67; Capítulo 7, Tarefa 5, p. 133

E2 BLOCO 1: VISÃO GERAL

Uma tarefa, cinco países

Modo e tempo: Individual, 10 min

No deck: Complementar ao slide 6 da Parte 1

Cenário

Abra o Capítulo 3, Tarefa 12 (p. 57 a 61), avaliação da informação de pós-produção e reclamações.

Perguntas

1. Quais países aparecem no campo Clause and Regulation desta tarefa?

2. Qual país traz no bloco adicional os relatórios de síntese periódicos?

3. Qual país traz no bloco adicional o tema de cibersegurança pós-produção?

4. O que o bloco do Japão pede nesta tarefa?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefa 12, p. 57 a 61

E3 BLOCO 1: ANEXOS

Prazos de notificação

Modo e tempo: Individual, 10 min

No deck: Parte 1, slide 11

Cenário

Use o Anexo 3 (p. 154 e 155) e o que foi discutido em sala sobre a norma vigente.

Perguntas

1. Brasil: prazo para notificar óbito ocorrido no Brasil.

2. Canadá: prazo do relatório preliminar de incidente com morte no Canadá.

3. Estados Unidos: prazo do MDR de morte ou lesão grave.

4. Estados Unidos: o Anexo 3 fala em 5 dias corridos. O que diz o 21 CFR 803.53?

5. Austrália e Japão: há prazo em dias no Anexo 3?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Anexo 3, p. 154 e 155; Capítulo 4, p. 67 e 70; 21 CFR 803.50 e 803.53

E4 BLOCO 2: BRASIL

Estudo de caso: o óbito comunicado

Modo e tempo: Grupos, 15 min

No deck: Parte 1, slides 26 e 27

Cenário

Caso fictício. Em 2/3, um hospital brasileiro comunica ao fabricante um óbito possivelmente associado a uma bomba de infusão. A empresa abre investigação e notifica a ANVISA em 12/3. O registro da reclamação traz o nome do produto e a data, mas não o número de controle nem os dados do reclamante.

Perguntas

1. O prazo de notificação foi cumprido? Justifique.

2. O que a RDC 665/2022 exige para uma reclamação de óbito?

3. Se o fabricante fosse estrangeiro, que evidência adicional o auditor pediria?

4. Que causa sistêmica o auditor deve investigar?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefa 12, p. 58; Capítulo 4, Tarefa 1, p. 67; Anexo 3, p. 154

E5 BLOCO 2: BRASIL

O esterilizador trocado

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Complementar ao slide 18 da Parte 1

Cenário

Caso fictício. Um fabricante de implante classe III trocou o esterilizador terceirizado (óxido de etileno) há 4 meses. Validou o processo e continua vendendo no Brasil sem protocolar alteração na ANVISA.

Perguntas

1. A troca é uma mudança que pode exigir aprovação da ANVISA? Com que base?

2. O que o auditor pede como evidência?

3. O esterilizador também é "fabricante" para a ANVISA?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 2, Tarefas 1 e 3, p. 35 e 41; Capítulo 5, Tarefa 13, p. 91

E6 BLOCO 2: BRASIL

Só classe II: o que sai do escopo?

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 1, slide 24

Cenário

Caso fictício. Um fabricante estrangeiro só exporta ao Brasil produtos classe II (notificação) e pede à organização auditora para "não auditar nada do Brasil".

Perguntas

1. O que o Anexo 5 permite?

2. O que continua valendo?

3. Em que situação a jurisdição inteira poderia ser excluída?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Overview, p. 7; Capítulo 2, p. 35; Capítulo 4, p. 67 e 72; Anexo 5, p. 161

E7 BLOCO 3: ESTADOS UNIDOS

Estudo de caso: o MDR que não foi

Modo e tempo: Grupos, 15 min

No deck: Parte 1, slides 37 e 38

Cenário

Caso fictício. Um fabricante brasileiro vende um monitor nos EUA. Reclamação de 03/03: paciente com queimadura que exigiu intervenção médica. A equipe classificou como "erro de uso" e não reportou. O registro não traz o racional nem o nome de quem decidiu.

Perguntas

1. O evento precisa ser avaliado para MDR? Qual o prazo se for reportável?

2. O que falta no arquivo da reclamação?

3. Que tarefas do P0002.011 o auditor percorre?

4. "Erro de uso" dispensa a avaliação?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefas 12 e 14, p. 60 a 63; Capítulo 4, Tarefa 1, p. 70 e 71; 21 CFR 803.18 e 803.50; ISO 13485:2016, 8.2.2

E8 BLOCO 3: ESTADOS UNIDOS

Embalagem nova, mesmo DI

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Complementar ao slide 35 da Parte 1

Cenário

Caso fictício. A empresa passou a vender caixa com 10 unidades (antes 5) e manteve o mesmo DI. Também trocou o material da barreira estéril sem avaliação regulatória.

Perguntas

1. A nova embalagem exige novo DI?

2. A troca do material da barreira estéril pode exigir nova 510(k)?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 2, Tarefa 3, p. 43 e 44; Capítulo 5, Tarefa 13, p. 92; Capítulo 6, Tarefa 1, p. 98; 21 CFR 807.81 e 830.50

E9 BLOCO 3: ESTADOS UNIDOS

A correção em campo

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Complementar ao slide 33 da Parte 1

Cenário

Caso fictício. O fabricante trocou em campo um software com defeito que poderia causar erro de dose. Iniciou a ação em 01/06 e enviou o relatório à FDA em 30/06. Para outra troca, apenas estética, não guardou nenhum registro.

Perguntas

1. O relatório de 30/06 atende?

2. A troca estética precisava de registro?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 4, Tarefa 2, p. 74; Anexo 3, p. 155; 21 CFR 806.1, 806.10 e 806.20

E10 BLOCO 4: CANADÁ

Estudo de caso: duas mortes, dois países

Modo e tempo: Grupos, 15 min

No deck: Parte 2, slides 13 e 14

Cenário

Caso fictício. Bomba de infusão classe III. Uma reclamação relata a morte de um paciente em Toronto, recebida em 2/3; o relatório preliminar foi enviado em 20/3. Um evento semelhante ocorreu nos EUA e não foi informado à Health Canada.

Perguntas

1. O evento de Toronto foi relatado no prazo?

2. O evento dos EUA precisava ser relatado como incidente?

3. Que outras obrigações o auditor verifica para o evento dos EUA?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefa 12, p. 59; Capítulo 4, Tarefa 1, p. 67 a 69; Anexo 3, p. 154

E11 BLOCO 4: CANADÁ

O polímero novo

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Complementar ao slide 6 da Parte 2

Cenário

Caso fictício. Por uma CAPA de fornecedor, a empresa trocou o polímero de um implante classe III, validou e já envia lotes ao Canadá. Não há pedido de emenda de licença.

Perguntas

1. Que análise faltou?

2. Qual o efeito sobre a distribuição?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 10, p. 30; Capítulo 2, p. 36 e 38; Capítulo 3, Tarefa 6, p. 52; Capítulo 5, Tarefa 13, p. 91

E12 BLOCO 4: CANADÁ

O recall de 2026

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 2, slide 9

Cenário

Caso fictício. Em 10/02/2026 a empresa decide recolher um lote classe II com risco de lesão grave. Liga para a Health Canada no mesmo dia, envia o relatório completo no início do recall e o relatório final 60 dias após a conclusão. O procedimento diz "as soon as possible".

Perguntas

1. O contato por telefone atende?

2. O relatório final em 60 dias atende?

3. Por que o texto do P0002.011 não basta aqui?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 4, Tarefa 2, p. 73 e 74; Anexo 3, p. 154; SOR/2024-136; CMDR 58, 63.2 e 65

E13 BLOCO 5: AUSTRÁLIA

Estudo de caso: o recall que esperou

Modo e tempo: Grupos, 15 min

No deck: Parte 2, slides 25 e 26

Cenário

Caso fictício. Fabricante brasileiro de bomba de infusão classe IIb decide recolher um lote vendido na Austrália. O procedimento manda avisar o sponsor só depois de a CAPA estar encerrada. Passaram 40 dias.

Perguntas

1. Quando o sponsor ou a TGA deveria ter sido informado?

2. O que está errado no procedimento?

3. O que é do sponsor e o que é do fabricante?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefa 12, p. 58; Capítulo 4, Tarefa 2, p. 72; Capítulo 7, Tarefa 5, p. 133; Anexo 3, p. 154

E14 BLOCO 5: AUSTRÁLIA

O que é auditável no sponsor

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Parte 2, slides 17 e 18

Cenário

Caso fictício. O sponsor australiano é da mesma empresa e está no escopo do QMS. Um auditor quer verificar se ele enviou o relatório de 120 dias e carregou os dados no banco australiano de UDI. Um acordo escrito exige que o fabricante entregue ao sponsor os dados UDI em 10 dias úteis.

Perguntas

1. O relatório de 120 dias e a carga no banco de UDI são auditáveis?

2. O que é auditável neste cenário?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 5, p. 24 e 25; Capítulo 7, Tarefa 5, p. 133 e 134

E15 BLOCO 6: JAPÃO

Estudo de caso: o esterilizador novo

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Parte 2, slides 35 e 36

Cenário

Caso fictício. Um site brasileiro faz a montagem principal de um cateter classe 4 vendido no Japão. Trocou o esterilizador terceirizado há 4 meses. A validação está completa, mas não há evidência de comunicação ao MAH japonês. No mesmo período, um mau funcionamento com lesão grave nos EUA não foi informado ao MAH "porque não ocorreu no Japão".

Perguntas

1. A troca de esterilizador gera não conformidade? Com que base?

2. O evento dos EUA precisava ir ao MAH?

3. Que registro o auditor pede?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 2, Tarefa 3, p. 42; Capítulo 3, Tarefa 7, p. 53; Capítulo 4, Tarefa 1, p. 69 e 70; Anexo 4, p. 160

E16 BLOCO 7: INTEGRAÇÃO

Exercício integrador: um evento, cinco relógios

Modo e tempo: Grupos, 20 min

No deck: Parte 2, slide 38

Cenário

Caso fictício. Um cateter classe III (classe 4 no Japão) é vendido nos cinco países. Em 05/03 ocorre um óbito no Brasil ligado a falha do produto. O fabricante é brasileiro. Diga o que cada jurisdição exige.

Perguntas

1. Brasil

2. Estados Unidos

3. Canadá

4. Austrália

5. Japão



Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 3, Tarefa 12, p. 58; Capítulo 4, p. 66 a 74; Anexo 3, p. 154 e 155

E17 BLOCO 6: JAPÃO

Quanto tempo guardar

Modo e tempo: Individual, 5 min

No deck: Parte 2, slide 34

Cenário

Caso fictício. Fabricante de equipamento designado como "specially designated maintenance control required medical device", com validade de 10 anos, guarda registros de produção por 5 anos e registros de treinamento por 3 anos.

Perguntas

1. Os prazos atendem o Japão?

2. E se fosse um dispositivo comum com validade de 6 anos?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Capítulo 1, Tarefa 8, p. 28 e 29; Anexo 4, arts. 8 e 9, p. 157

AVALIAÇÃO FINAL

Avaliação objetiva: 15 questões

Individual, 15 minutos, sem consulta. Marque uma alternativa por questão.

1. Em quais lugares do P0002.011 aparecem os requisitos de cada país?

- ☐ a) Só no campo Clause and Regulation
- ☐ b) Só nos Anexos
- ☐ c) No campo Clause and Regulation, nos blocos por país das tarefas e nos Anexos
- ☐ d) Só no Overview

2. Qual marco legal incorpora a ISO 13485:2016 por referência?

- ☐ a) RDC 665/2022
- ☐ b) QMSR, 21 CFR 820
- ☐ c) MO169
- ☐ d) CMDR SOR/98-282

3. No Brasil, o prazo para notificar óbito ocorrido no país é:

- ☐ a) 72 horas
- ☐ b) 10 dias
- ☐ c) 30 dias
- ☐ d) 5 dias corridos

4. Mudança significativa em produto registrado no Brasil exige:

- ☐ a) Só registro interno
- ☐ b) Nova aprovação da ANVISA antes da implementação
- ☐ c) Aviso ao organismo auditor
- ☐ d) Nada, se validada

5. Nos EUA, o MDR de morte ou lesão grave é enviado em:

- ☐ a) 5 dias corridos
- ☐ b) 10 dias úteis
- ☐ c) 30 dias corridos
- ☐ d) 72 horas

6. Correção ou remoção reportável nos EUA deve ser relatada em:

- ☐ **a)** 10 dias úteis do início
- ☐ **b)** 30 dias corridos
- ☐ **c)** 24 horas
- ☐ **d)** Só no relatório anual

7. Nova embalagem de um dispositivo nos EUA exige:

- ☐ **a)** O mesmo DI
- ☐ **b)** Novo DI
- ☐ **c)** Nova 510(k) sempre
- ☐ **d)** Novo registro de estabelecimento

8. No P0002.011, os requisitos de cibersegurança da FDA são auditados:

- ☐ **a)** Na Tarefa 7 de Design and Development, como diz o Summary of Changes
- ☐ **b)** Nas Tarefas 5 e 12 de Design and Development, como traz o corpo do documento
- ☐ **c)** Numa tarefa exclusiva de cibersegurança
- ☐ **d)** Só no Capítulo 6, produção

9. No Canadá, a licença é exigida para vender dispositivos das classes:

- ☐ **a)** I a IV
- ☐ **b)** II a IV
- ☐ **c)** III e IV
- ☐ **d)** Só IV

10. Incidente com classe III ocorrido fora do Canadá:

- ☐ **a)** É relatado em 10 dias
- ☐ **b)** É relatado em 30 dias
- ☐ **c)** Não é relatável como incidente, mas pode gerar Foreign Risk Notification
- ☐ **d)** É relatado em 72 horas como incidente

11. Pela regra vigente no Canadá desde 14/12/2024, a informação inicial de recall é dada:

- ☐ **a)** Verbalmente em 24 horas
- ☐ **b)** Por escrito em 24 horas da decisão

☐ **c)** Em 3 dias úteis

☐ **d)** Só no relatório final

12. Na Austrália, quem detém a inclusão do dispositivo no ARTG?

☐ **a)** O fabricante

☐ **b)** A organização auditora

☐ **c)** O sponsor

☐ **d)** A TGA

13. Uma obrigação do sponsor australiano passa a ser auditável no fabricante quando:

☐ **a)** O sponsor pede à TGA

☐ **b)** O fabricante a assume como requisito de cliente por acordo

☐ **c)** O dispositivo é classe III

☐ **d)** Nunca

14. Na Austrália, mudança substancial em processo crítico é notificada:

☐ **a)** À organização auditora antes da implementação

☐ **b)** Só ao sponsor

☐ **c)** Depois da implementação

☐ **d)** Não é notificada

15. No Japão, o Registered Manufacturing Site comunica mudanças e eventos:

☐ **a)** Diretamente ao MHLW

☐ **b)** À PMDA

☐ **c)** Ao MAH

☐ **d)** À organização auditora

16. Em qual jurisdição o Anexo 1 acrescenta revisão da documentação técnica contra os Essential Principles, ampliando a amostragem do regulador?

☐ **a)** Japão

☐ **b)** Austrália

☐ **c)** Estados Unidos

☐ **d)** Brasil