

MDSAP LEAD AUDITOR

Módulo 4: Não conformidade e relatório

Caderno de exercícios

Base: MDSAP AU P0002.011, revisão de 03/08/2026; MDSAP AU P0037.001; GHTF/SG3/N19:2012; MDSAP AU P0027.007 e ISO 13485:2016. Situação dos documentos conferida em 05/10/2026.

Os casos são fictícios, criados para as atividades. Tenha o P0002.011 e a ISO 13485:2016 à mão durante os exercícios.

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

Índice de exercícios

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO	NO DECK
E1	Reescrever o achado	B1	Duplas, 15 min	Parte 1, slides 10 e 11
E2	Cenário A: treinamento sem registro	B2	Grupos, 10 min	Parte 1, slides 23 e 24
E3	Cenário B: esterilização sem registro de ciclo	B2	Grupos, 10 min	Parte 1, slides 23 e 24
E4	Cenário C: procedimento próprio não seguido	B2	Grupos, 10 min	Parte 1, slides 23 e 24

E5	Graduar o achado da reclamação	B4	Grupos, 10 min	Parte 2, slides 12 e 13
E6	Graduar o achado do recall	B4	Grupos, 10 min	Parte 2, slides 12 e 13
E7	Graduar o achado do esterilizador	B4	Grupos, 10 min	Parte 2, slides 12 e 13
E8	Preencher o formulário de graduação	B5	Duplas, 15 min	Parte 2, slide 19
E9	Estudo de caso: a auditoria que virou aviso de 5 dias	B6	Grupos, 20 min	Parte 2, slides 25 e 26
Q	Avaliação objetiva: 15 questões	Final	Individual, 15 min	Complementar

E1 BLOCO 1: O ACHADO

Reescrever o achado

Modo e tempo: Duplas, 15 min

No deck: Parte 1, slides 10 e 11

Cenário

Caso fictício. Texto recebido de um auditor em treinamento: "O procedimento de calibração é fraco e a empresa não tem controle adequado dos instrumentos. Vários equipamentos estavam vencidos."

Perguntas

1. Quais são os três defeitos deste texto?

2. Reescreva o achado com os três elementos.

3. Por que a evidência precisa de o quê, quem, quando e onde?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, itens a, b e c; ISO 13485:2016, 7.6

Cenário A: treinamento sem registro

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 1, slides 23 e 24

Cenário

Caso fictício. Dois operadores de solda executam a atividade desde março. Não há registro de treinamento nem de avaliação de eficácia para nenhum dos dois. O produto soldado passou por inspeção final sem reprovação.

Perguntas

1. Qual cláusula sustenta o achado?

2. O impacto é direto ou indireto?

3. Se os operadores tivessem soldado produto que foi distribuído com falha de solda, o que mudaria?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passo 1 e princípios de seleção; ISO 13485:2016, 6.2

E3 BLOCO 2: A CLÁUSULA

Cenário B: esterilização sem registro de ciclo

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 1, slides 23 e 24

Cenário

Caso fictício. Um lote esterilizado foi liberado sem o registro do ciclo de esterilização. O lote já foi distribuído. O procedimento de liberação exige a conferência do registro antes da liberação.

Perguntas

1. Qual cláusula sustenta o achado?

2. O impacto é direto ou indireto?

3. Qual escalonador provavelmente se aplica?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passos 1 e 2; ISO 13485:2016, 7.5.7

Cenário C: procedimento próprio não seguido

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 1, slides 23 e 24

Cenário

Caso fictício. O procedimento de inspeção de recebimento da empresa exige medir cinco peças por lote. A equipe mede três. A característica medida não tem efeito sobre a segurança nem sobre o desempenho do produto, e não há requisito normativo de amostragem de cinco peças.

Perguntas

1. Qual cláusula sustenta o achado?

2. O impacto é direto ou indireto?

3. O que mudaria se a característica medida fosse crítica para a segurança?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, exemplos 2 e 3; ISO 13485:2016, 4.2.5

E5 BLOCO 4: GRADUAÇÃO

Graduar o achado da reclamação

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 2, slides 12 e 13

Cenário

Caso fictício, vindo do Módulo 3. Reclamação de queimadura classificada como erro de uso, sem racional técnico e sem identificação de quem decidiu. Achado redigido na cláusula 8.2.2. Primeira ocorrência, procedimento existe e está implementado, nenhum produto liberado em desconformidade.

Perguntas

1. Qual a nota final e a conta?

2. Se a mesma subcláusula tivesse sido achado na auditoria do ano anterior, qual seria a nota?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passos 1 e 2; ISO 13485:2016, 8.2.2

E6 BLOCO 4: GRADUAÇÃO

Graduar o achado do recall

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 2, slides 12 e 13

Cenário

Caso fictício, vindo do Módulo 3. Decisão de recolher lote vendido na Austrália comunicada ao sponsor 40 dias depois, após o encerramento da CAPA. Achado redigido na cláusula 8.3.3. O produto estava no mercado. O procedimento existe, mas dispara a comunicação no momento errado.

Perguntas

1. Qual a nota final e a conta?

2. O escalonador de ausência se aplica?

3. O que esse achado dispara na Parte 2 do módulo?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passos 1 e 2; MDSAP AU P0027.007, gatilhos; ISO 13485:2016, 8.3.3

E7 BLOCO 4: GRADUAÇÃO

Graduar o achado do esterilizador

Modo e tempo: Grupos, 10 min

No deck: Parte 2, slides 12 e 13

Cenário

Caso fictício, vindo do Módulo 3. Troca do prestador de esterilização sem qualificação documentada e sem comunicação ao MAH. Achado redigido na cláusula 7.4.1. Investigue duas hipóteses: lote processado ainda retido; lote processado já distribuído.

Perguntas

1. Nota com o lote retido.

2. Nota com o lote distribuído.

3. Como o auditor decide entre as duas?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passos 1 e 2; ISO 13485:2016, 7.4.1

E8 BLOCO 5: FORMULÁRIO

Preencher o formulário de graduação

Modo e tempo: Duplas, 15 min

No deck: Parte 2, slide 19

Cenário

Caso fictício. Além dos três achados já graduados, a auditoria levantou um quarto achado: o fabricante não mantinha os registros de distribuição exigidos pelo regulamento canadense, sem cláusula da ISO 13485 correspondente ao requisito nacional.

Perguntas

1. Em que seção do formulário entra cada um dos quatro achados?

2. O quarto achado recebe nota?

3. O formulário traz uma nota geral da auditoria?

Fonte: GHTF/SG3/N19:2012, 4.4 e 4.5; MDSAP AU P0037.001, formulário F0019.2

E9 BLOCO 6: RELATÓRIO

Estudo de caso: a auditoria que virou aviso de 5 dias

Modo e tempo: Grupos, 20 min

No deck: Parte 2, slides 25 e 26

Cenário

Caso fictício. Auditoria de recertificação encerrada em 10/06. Achados: um grau 3, dois grau 4 e um achado de esterilização com produto distribuído e sem procedimento documentado nem implementado para a liberação do processo.

Perguntas

1. Qual a nota do achado de esterilização?

2. Há aviso de 5 dias? Por quê?

3. Quais são os prazos e como se contam?

4. O fabricante corrige tudo em 15 dias. A nota 5 muda?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passos 1 e 2 e imutabilidade; MDSAP AU P0027.007, gatilhos e prazos; ISO/IEC 17021-1:2015, 9.7

AVALIAÇÃO FINAL

Avaliação objetiva: 15 questões

Individual, 15 minutos, sem consulta. Marque uma alternativa por questão.

1. A definição de não conformidade usada pelo sistema de graduação é:

- ☐ a) Desvio de procedimento interno
- ☐ b) Não atendimento de um requisito
- ☐ c) Risco ao paciente
- ☐ d) Falha detectada em inspeção

2. Para o P0037, a evidência objetiva do achado precisa identificar:

- ☐ a) Apenas o documento
- ☐ b) O quê, quem, quando e onde, com extensão justificada
- ☐ c) A causa raiz
- ☐ d) A ação corretiva proposta

3. Quando mais de uma cláusula da ISO 13485 se aplica ao achado, o auditor escolhe:

- ☐ a) A mais genérica
- ☐ b) A que resulta na maior graduação e o requisito de implementação
- ☐ c) A que o fabricante aceitar
- ☐ d) A primeira do capítulo

4. No passo 1 da graduação, a nota inicial de impacto indireto é:

- ☐ a) 0
- ☐ b) 1
- ☐ c) 2
- ☐ d) 3

5. As cláusulas de impacto direto são:

- ☐ a) 4.1 a 6.3
- ☐ b) 6.4 a 8.5, exceto 8.2.4, mais a 4.2.3
- ☐ c) Somente 7.5
- ☐ d) Todas as do capítulo 8

6. A cláusula 4.2.3, arquivo do dispositivo médico, é classificada como:

- ☐ **a)** Impacto indireto
- ☐ **b)** Impacto direto
- ☐ **c)** Não graduada
- ☐ **d)** Depende do país

7. A repetição soma um ponto quando a não conformidade:

- ☐ **a)** Aparece duas vezes na mesma auditoria
- ☐ **b)** Foi identificada em uma das duas auditorias anteriores, na mesma subcláusula
- ☐ **c)** Já foi corrigida antes
- ☐ **d)** Atinge mais de um produto

8. O escalonador de ausência se aplica quando:

- ☐ **a)** O procedimento está incompleto
- ☐ **b)** Falta documentar e falta implementar o requisito
- ☐ **c)** O registro está ilegível
- ☐ **d)** O procedimento não foi revisado no prazo

9. A liberação de dispositivo não conforme não escala a nota quando:

- ☐ **a)** O produto foi recolhido depois
- ☐ **b)** A liberação ocorreu sob concessão com justificativa técnica adequada
- ☐ **c)** O cliente não reclamou
- ☐ **d)** O lote era pequeno

10. A nota final de uma não conformidade pode variar de:

- ☐ **a)** 0 a 4
- ☐ **b)** 1 a 5
- ☐ **c)** 1 a 6
- ☐ **d)** 1 a 10

11. Depois que o fabricante corrige o problema, a nota do achado:

- ☐ **a)** Cai um ponto
- ☐ **b)** É removida

☐ **c)** Não se altera, salvo por processo de apelação

☐ **d)** Passa a ser decidida pela autoridade

12. As não conformidades contra requisitos específicos de país, sem cláusula da ISO 13485:

☐ **a)** Recebem nota 1

☐ **b)** Recebem nota 3

☐ **c)** Não são graduadas e entram na seção de requisitos de país

☐ **d)** Não são comunicadas

13. O formulário de graduação e troca de informações:

☐ **a)** Traz a nota geral da auditoria

☐ **b)** Não traz nota cumulativa da auditoria

☐ **c)** Substitui o relatório de auditoria

☐ **d)** É interno da organização auditora

14. O aviso de 5 dias é disparado, entre outros casos, por:

☐ **a)** Qualquer não conformidade grau 3

☐ **b)** Uma não conformidade grau 5 ou mais de duas grau 4

☐ **c)** Atraso do fabricante na resposta

☐ **d)** Pedido do fabricante

15. Quando houve aviso de 5 dias, o pacote completo de relatório é entregue em:

☐ **a)** 30 dias corridos

☐ **b)** 45 dias corridos

☐ **c)** 90 dias corridos

☐ **d)** 10 dias úteis