

MDSAP LEAD AUDITOR

Módulo 5: Planejamento e execução da auditoria

Caderno de exercícios

Base: MDSAP AU P0002.011, revisão de 03/08/2026; MDSAP AU P0008.008, de 13/10/2023; MDSAP AU P0027.007 e ISO 13485:2016. Situação dos documentos conferida em 15/10/2026.

Os casos são fictícios, criados para as atividades. Tenha o P0002.011 e a ISO 13485:2016 à mão durante os exercícios.

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

Índice de exercícios

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO	NO DECK
E1	Monte o cálculo	B2	Grupos, 20 min	Parte 1, slides 13 e 14
E2	Terceirização e tempo	B2	Duplas, 10 min	Parte 1, slide 12
E3	A redução que não existe	B3	Grupos, 15 min	Parte 1, slides 18 a 20
E4	Defina o escopo	B5	Grupos, 20 min	Parte 2, slides 12 a 14
E5	GMP-exempt nos Estados Unidos	B5	Duplas, 10 min	Parte 2, slide 15
E6	Quem é fornecedor	B5	Duplas, 10 min	Parte 2, slide 17

E7	Mudar a sequência	B6	Grupos, 15 min	Parte 2, slides 19 e 20
E8	Monte o plano da vigilância	B4	Grupos, 25 min	Parte 2, slides 7 a 10
E9	O relógio do pós-auditoria	B6	Individual, 10 min	Parte 2, slides 22 e 23
Q	Avaliação objetiva: 20 questões	Final	Individual, 20 min	Complementar

E1 BLOCO 2: O TEMPO

Monte o cálculo

Modo e tempo: Grupos, 20 min

No deck: Parte 1, slides 13 e 14

Cenário

Caso fictício. Fabricante de cateteres de diagnóstico cardiovascular. Quarenta empregados, um único local. Projeto próprio e ativo. Esterilização por óxido de etileno terceirizada. Não presta instalação nem assistência técnica. Trata-se da auditoria inicial, estágios 1 e 2.

Perguntas

1. Quais tarefas saem do cálculo e por quê?

2. O que acontece por ser auditoria inicial?

3. Esta empresa tem direito à redução por porte?

4. O que precisa ficar registrado deste cálculo?

Fonte: **MDSAP AU P0008.008**, algoritmo, ajustes, elegibilidade e registros

E2 BLOCO 2: O TEMPO

Terceirização e tempo

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Parte 1, slide 12

Cenário

Caso fictício. O mesmo fabricante de cateteres terceiriza a esterilização para um prestador certificado. A direção argumenta que, por ser terceirizada, a esterilização não deveria consumir tempo de auditoria.

Perguntas

1. O argumento procede?

2. Onde esse tempo aparece no cálculo?

3. Como você responderia à direção em uma frase defensável?

Fonte: MDSAP AU P0008.008, ajustes, fornecedores críticos; MDSAP AU P0002.011, Outsourcing; ISO 13485:2016, 4.1.5

E3 BLOCO 3: AJUSTES

A redução que não existe

Modo e tempo: Grupos, 15 min

No deck: Parte 1, slides 18 a 20

Cenário

Caso fictício. Fabricante de bolsas de coleta de sangue, oito empregados, um local, projeto antigo e sem novos projetos, histórico de auditorias sem notas acima de grau 3. O comercial da organização auditora prometeu ao cliente a redução de 39% da tabela de porte.

Perguntas

1. A promessa pode ser cumprida?

2. O que acontece com o processo de Projeto e Desenvolvimento neste caso?

3. Qual a diferença entre esse ajuste e a redução por porte?

4. Como registrar a negativa?

Fonte: **MDSAP AU P0008.008**, ajustes, itens 1 e 6, e lista de não elegíveis

E4 BLOCO 5: ESCOPO

Defina o escopo

Modo e tempo: Grupos, 20 min

No deck: Parte 2, slides 12 a 14

Cenário

Caso fictício. Fabricante com três famílias de produto: bisturi elétrico vendido nos cinco mercados MDSAP; termômetro clínico classe I não estéril e sem função de medição regulada, vendido apenas na Austrália; kit IVD de triagem de câncer vendido no Brasil e no Canadá. O projeto do termômetro é terceirizado.

Perguntas

1. Alguma família pode sair do escopo?

2. Alguma jurisdição pode sair do escopo?

3. O kit IVD pode ser excluído no Brasil ou no Canadá?

4. O projeto terceirizado muda o escopo?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Anexo 5 e Outsourcing

E5 BLOCO 5: ESCOPO

GMP-exempt nos Estados Unidos

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Parte 2, slide 15

Cenário

Caso fictício. Todos os dispositivos de um local auditado são classe 1 GMP-exempt nos Estados Unidos. A organização entende que, portanto, nenhum requisito do FDA se aplica naquele local.

Perguntas

1. O entendimento está correto?

2. Que outros requisitos continuam aplicáveis?

3. Como isso aparece no plano de auditoria?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Anexo 5, linha dos Estados Unidos

E6 BLOCO 5: ESCOPO

Quem é fornecedor

Modo e tempo: Duplas, 10 min

No deck: Parte 2, slide 17

Cenário

Caso fictício. A usinagem das peças metálicas do bisturi é feita por outra divisão da mesma empresa, em outra cidade, com manual da qualidade próprio e programa de auditoria interna próprio. A organização auditada afirma que, sendo a mesma empresa, não se trata de fornecedor.

Perguntas

1. A divisão é fornecedora?

2. Qual o teste prático para decidir?

3. Essa divisão pode ser auditada?

4. Ela deveria ser considerada para auditoria neste caso?

Fonte: **MDSAP AU P0002.011**, Outsourcing, definição de fornecedor e lista de fornecedores a considerar

E7 BLOCO 6: EXECUÇÃO

Mudar a sequência

Modo e tempo: Grupos, 15 min

No deck: Parte 2, slides 19 e 20

Cenário

Caso fictício. Equipe de dois auditores em auditoria de três dias. O especialista em esterilização só tem disponibilidade no primeiro dia. O auditor líder decide iniciar a revisão da esterilização no primeiro dia, antes de concluir Gestão e Medição, Análise e Melhoria.

Perguntas

1. A decisão é admissível?

2. Quais condições precisam ser respeitadas?

3. O que o auditor líder precisa fazer durante a auditoria?

4. E depois da auditoria?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Audit Sequence, exceções e registro

E8 BLOCO 4: VIGILÂNCIA

Monte o plano da vigilância

Modo e tempo: Grupos, 25 min

No deck: Parte 2, slides 7 a 10

Cenário

Caso fictício. Segunda vigilância do fabricante de cateteres do exercício E1. A primeira vigilância auditou o processo de Projeto e Desenvolvimento. Desde então houve duas reclamações sobre vazamento no conector e a troca do fornecedor do tubo.

Perguntas

1. Quais processos entram nesta vigilância?

2. Qual é esse mínimo obrigatório?

3. De onde sai a amostra e por quê?

4. A alternância pode ser quebrada?

5. O que muda no cálculo em relação à inicial?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Surveillance Audits; MDSAP AU P0008.008, Apêndice 1

E9 BLOCO 6: EXECUÇÃO

O relógio do pós-auditoria

Modo e tempo: Individual, 10 min

No deck: Parte 2, slides 22 e 23

Cenário

Caso fictício. Auditoria encerrada na sexta-feira, 13/11/2026. Foram emitidas uma não conformidade grau 5 e três grau 3.

Perguntas

1. O aviso de 5 dias é devido?

2. Qual o prazo do pacote completo do relatório?

3. Se a autoridade pedir relatório atualizado, qual o prazo?

4. Se o fabricante corrigir a causa antes do envio, a nota 5 muda?

5. Qual a diferença de prazo se esta fosse auditoria especial a pedido da autoridade?

Fonte: MDSAP AU P0027.007, gatilhos e prazos; MDSAP AU P0002.011, Special Audits

AVALIAÇÃO FINAL

Avaliação objetiva: 20 questões

Individual, 20 minutos, sem consulta. Marque uma alternativa por questão.

1. O ciclo de auditoria do MDSAP é de:

- ☐ a) Um ano
- ☐ b) Dois anos
- ☐ c) Três anos
- ☐ d) Cinco anos

2. A auditoria inicial de certificação é composta de:

- ☐ a) Apenas visita no local
- ☐ b) Estágio 1 e Estágio 2
- ☐ c) Estágio 1, 2 e 3
- ☐ d) Revisão documental apenas

3. O Estágio 1 serve principalmente para:

- ☐ a) Emitir o certificado
- ☐ b) Avaliar documentação e preparação para o Estágio 2
- ☐ c) Graduar não conformidades
- ☐ d) Substituir a vigilância

4. O Estágio 2 deve ser realizado:

- ☐ a) Em uma amostra de locais
- ☐ b) Em todos os locais que constarão do certificado
- ☐ c) Somente na sede
- ☐ d) A critério do cliente

5. O número total de tarefas do processo de auditoria do MDSAP é:

- ☐ a) 70
- ☐ b) 80
- ☐ c) 90
- ☐ d) 100

6. O processo com maior número de tarefas é:

- ☐ a) Gestão
- ☐ b) Projeto e Desenvolvimento
- ☐ c) Produção e Controle de Serviço
- ☐ d) Compras

7. O acréscimo aplicado à auditoria inicial é de:

- ☐ a) 10%
- ☐ b) 15%
- ☐ c) 25%
- ☐ d) 30%

8. A redução de tempo do processo de Produção e Controle de Serviço, quando cabível, é de no máximo:

- ☐ a) 10%
- ☐ b) 20%
- ☐ c) 30%
- ☐ d) 50%

9. A redução por porte da organização exige:

- ☐ a) Apenas o número de empregados
- ☐ b) Dois critérios
- ☐ c) Três critérios atendidos ao mesmo tempo
- ☐ d) Pedido do cliente

10. Em auditoria de múltiplos locais:

- ☐ a) Locais podem ser amostrados livremente
- ☐ b) Locais de projeto e de fabricação não podem ser amostrados
- ☐ c) Só a sede é auditada
- ☐ d) O tempo é o do maior local

11. O mínimo de cada auditoria de vigilância inclui:

- ☐ a) Somente o processo de Gestão

☐ **b)** Mudanças desde a auditoria anterior, tarefas do Apêndice 1, documentação técnica e uso de marcas

☐ **c)** Todas as 90 tarefas

☐ **d)** Apenas as não conformidades anteriores

12. Se a primeira vigilância incluiu Projeto e Desenvolvimento, a segunda deve incluir:

☐ **a)** Gestão

☐ **b)** Produção e Controle de Serviço

☐ **c)** Compras

☐ **d)** Nenhum processo específico

13. Um dispositivo pode ser excluído do escopo da auditoria MDSAP:

☐ **a)** Quando o cliente solicita

☐ **b)** Quando atende ao critério de exclusão em todas as jurisdições aplicáveis

☐ **c)** Quando é de baixo risco

☐ **d)** Quando foi auditado no ciclo anterior

14. Para dispositivos GMP-exempt nos Estados Unidos, permanecem aplicáveis:

☐ **a)** Nenhum requisito do FDA

☐ **b)** Arquivos de reclamação e registros, além de 21 CFR 803, 806 e 807

☐ **c)** Apenas o 21 CFR 820

☐ **d)** Somente o registro de estabelecimento

15. A amostragem preferida na auditoria MDSAP é:

☐ **a)** Exclusivamente estatística

☐ **b)** Por julgamento, usando trilhas de uma tarefa para informar a seleção em outra

☐ **c)** Aleatória simples

☐ **d)** Definida pelo auditado

16. Processos terceirizados de projeto ou fabricação:

☐ **a)** Saem do escopo da organização

☐ **b)** Permanecem sob responsabilidade da organização, que precisa controlá-los

☐ **c)** Passam a ser do fornecedor

☐ **d)** Só entram se o fornecedor for auditado

17. Ajustes na sequência de auditoria entre processos:

☐ **a)** São proibidos

☐ **b)** São permitidos com justificativa e registro no relatório

☐ **c)** Dependem de autorização da autoridade

☐ **d)** São livres e não precisam registro

18. O pacote completo do relatório, quando foi emitido aviso de 5 dias, deve ser enviado em:

☐ **a)** 15 dias corridos

☐ **b)** 30 dias corridos

☐ **c)** 45 dias corridos

☐ **d)** 90 dias corridos

19. O relatório de auditoria especial feita a pedido da autoridade reconhecedora é submetido em:

☐ **a)** 5 dias

☐ **b)** 10 dias

☐ **c)** 15 dias

☐ **d)** 45 dias

20. Auditorias não anunciadas são exigidas das organizações auditoras principalmente quando:

☐ **a)** O cliente atrasa pagamento

☐ **b)** Não conformidades de grau alto foram detectadas

☐ **c)** O ciclo termina

☐ **d)** Há troca de auditor líder