

MDSAP LEAD AUDITOR

Módulo 6: Simulação de auditoria e avaliação final

Kit de simulação

Base: MDSAP AU P0002.011, revisão de 03/08/2026; MDSAP AU P0008.008; MDSAP AU P0037.001; GHTF/SG3/N19:2012; MDSAP AU P0027.007 e ISO 13485:2016. Situação dos documentos conferida em 15/10/2026.

O caso é fictício, criado para a simulação. Tenha o P0002.011, o P0008, o P0037 e a ISO 13485:2016 à mão durante o dia.

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

Índice de exercícios

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO	NO DECK
E1	Leia o caso como auditor líder	PARTE1	Grupos, 20 min	Parte 1, slide 10
E2	Monte o plano de auditoria	PARTE1	Grupos, 40 min	Parte 1, slides 15 e 16
E3	Conduza a reunião de abertura	PARTE1	Dois grupos, 20 min	Parte 1, slide 20
E4	Auditoria do processo de Gestão	PARTE2	Papéis distribuídos, 35 min	Parte 2, slide 7

E5	Auditoria de Medição, Análise e Melhoria com Compras	PARTE2	Papéis trocados, 45 min	Parte 2, slides 9 e 10
E6	Auditoria de registro e eventos adversos	PARTE2	Papéis trocados, 30 min	Parte 2, slide 13
E7	Auditoria de Projeto e Desenvolvimento	PARTE2	Papéis trocados, 35 min	Parte 2, slide 15
E8	Auditoria de Produção nos dois locais	PARTE2	Dois subgrupos, 45 min	Parte 2, slides 17 e 18
E9	Escreva os achados	PARTE3	Grupos, 40 min	Parte 3, slide 7
E10	Gradue e revise	PARTE3	Revisão cruzada, 25 min	Parte 3, slides 11 e 12
E11	Conduza o encerramento	PARTE3	Dois grupos, 25 min	Parte 3, slide 16
Q	Avaliação final: 40 questões	Final	Individual, 20 min	Complementar

O CASO

Cardiotek Dispositivos Médicos

Caso fictício criado para o curso. Nenhuma semelhança com empresa real é intencional.

Cardiotek Dispositivos Médicos Ltda. Fabricante brasileiro de duas famílias de produto: cateteres de diagnóstico cardiovascular, estéreis, de uso único; e bisturi elétrico com software embarcado, com assistência técnica prestada pela própria empresa.

Locais: matriz em Campinas, com projeto, produção e laboratório, 62 empregados; filial em Extrema, com embalagem secundária e armazenagem, 23 empregados. Os dois locais constam do certificado atual.

Mercados: Brasil, Estados Unidos, Canadá e Japão. A empresa não distribui na Austrália.

Esterilização por óxido de etileno terceirizada em prestador certificado, em Jundiaí.

Tipo de auditoria: recertificação, terceiro ano do ciclo. A primeira vigilância auditou Projeto e Desenvolvimento, a segunda auditou Produção e Controle de Serviço.

Histórico do ciclo: a segunda vigilância emitiu duas não conformidades, uma de registro de treinamento de soldadores e outra de análise de tendência de reclamações, ambas declaradas corrigidas por e-mail. Houve troca do fornecedor do tubo do cateter há sete meses, sem notificação à organização auditora. Há três reclamações de vazamento no conector nos últimos doze meses. Um projeto novo de cateter entrou em desenvolvimento há cinco meses.

Caso fictício criado para o curso HSC Global Group.

E1 PARTE 1: O CASO

Leia o caso como auditor líder

Modo e tempo: Grupos, 20 min

No deck: Parte 1, slide 10

Cenário

Releia a ficha e o histórico da Cardiotek. Liste, em ordem de prioridade, as cinco informações que mais afetam a sua auditoria.

Perguntas

1. O que você olha primeiro e por quê?

2. Onde você espera encontrar problema?

3. Que informação falta e você vai pedir?

4. O que o número de empregados muda no plano?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Re-audit; MDSAP AU P0008.008, elegibilidade da redução por porte

E2 PARTE 1: O PLANO

Monte o plano de auditoria

Modo e tempo: Grupos, 40 min

No deck: Parte 1, slides 15 e 16

Cenário

Preencha o plano de auditoria da recertificação da Cardiotek. Use o formulário de plano do Anexo A deste kit.

Perguntas

1. Quanto tempo em cada local e por quê?

2. Que registros você já sabe que vai pedir?

3. Onde você aloca o tempo extra?

4. Que exclusões vão no plano?

5. O que mais precisa constar?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Re-audit, Anexo 5 e Audit Sequence; MDSAP AU P0008.008

E3 PARTE 1: ABERTURA

Conduza a reunião de abertura

Modo e tempo: Dois grupos, 20 min

No deck: Parte 1, slide 20

Cenário

Dois alunos assumem o papel de auditor líder e conduzem a abertura para a direção da Cardiotek, representada por colegas com roteiro.

Perguntas

1. O escopo ficou claro para o auditado?

2. A comunicação dos achados foi explicada?

3. O acesso aos registros e aos locais foi combinado?

4. Como responder ao pedido de auditar a filial por videoconferência?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, Re-audit e Stage 2; ISO/IEC 17021-1:2015

E4 PARTE 2: RODADA 1

Auditoria do processo de Gestão

Modo e tempo: Papéis distribuídos, 35 min

No deck: Parte 2, slide 7

Cenário

Auditor líder e um auditor entrevistam o representante da direção e o responsável pela qualidade.

Perguntas

1. Que pergunta você faz primeiro?

2. Que documento você pede e com que identificação?

3. Que trilha você abre para a rodada seguinte?

4. O que o roteiro do auditado revela nesta rodada?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, processo de Gestão, Tarefa 5 e análise crítica

E5 PARTE 2: RODADA 2

Auditoria de Medição, Análise e Melhoria com Compras

Modo e tempo: Papéis trocados, 45 min

No deck: Parte 2, slides 9 e 10

Cenário

Nova dupla de auditores. O auditado entrega os registros pedidos, e só os pedidos.

Perguntas

1. Quantos registros você pede e por quê?

2. Como você liga a reclamação ao fornecedor?

3. Como você avalia a eficácia da ação corretiva anterior?

4. O que o roteiro do auditado revela nesta rodada?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, MA&I e Compras; linkages

E6 PARTE 2: RODADA 3

Auditoria de registro e eventos adversos

Modo e tempo: Papéis trocados, 30 min

No deck: Parte 2, slide 13

Cenário

A Cardiotek apresenta a documentação de registro das quatro jurisdições e o controle de eventos adversos dos últimos doze meses.

Perguntas

1. Os dados de registro conferem com o produto atual?

2. Os relatos saíram no prazo de cada jurisdição?

3. A mudança de fornecedor exigia notificação regulatória?

4. O que confirmar sobre documentação técnica?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, DMA&FR, MDAE&ANR e Anexo 3

E7 PARTE 2: RODADA 4

Auditoria de Projeto e Desenvolvimento

Modo e tempo: Papéis trocados, 35 min

No deck: Parte 2, slide 15

Cenário

O responsável pelo projeto apresenta o arquivo do cateter novo e o histórico de mudanças do cateter atual.

Perguntas

1. O que você pede primeiro do arquivo de projeto?

2. A troca de tubo foi tratada como mudança de projeto?

3. A gestão de risco foi atualizada?

4. O software do bisturi muda algo no plano?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, D&D; MDSAP AU P0008.008, ajustes de projeto; ISO 13485:2016, 7.3

E8 PARTE 2: RODADA 5

Auditoria de Produção nos dois locais

Modo e tempo: Dois subgrupos, 45 min

No deck: Parte 2, slides 17 e 18

Cenário

Um subgrupo audita a matriz e outro a filial. Ao fim, os dois conciliam o que encontraram na interface entre os locais.

Perguntas

1. Que lote você escolhe rastrear e por quê?

2. A revalidação após a troca do selador existe?

3. O que a matriz e a filial dizem diferente?

4. O que o roteiro da matriz revela?

Fonte: MDSAP AU P0002.011, P&SC e múltiplos locais; ISO 13485:2016, 7.5

E9 PARTE 3: ACHADOS

Escreva os achados

Modo e tempo: Grupos, 40 min

No deck: Parte 3, slide 7

Cenário

Cada grupo escreve todos os achados que suas evidências sustentam. Um achado por ficha, com requisito, falha e evidência.

Perguntas

1. Quantos achados suas evidências sustentam de fato?

2. Qual cláusula você cita em cada um?

3. O que você precisou descartar e por quê?

4. Como fica a linguagem do achado?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, itens a, b e c; GHTF/SG3/N19:2012, 4.1

E10 PARTE 3: GRADUAÇÃO

Gradue e revise

Modo e tempo: Revisão cruzada, 25 min

No deck: Parte 3, slides 11 e 12

Cenário

Cada grupo gradua os próprios achados e troca as fichas com outro grupo, que revisa cláusula, nota e evidência.

Perguntas

1. A cláusula escolhida é a de maior graduação?

2. Cada escalonador aplicado tem base no documento?

3. A evidência sustenta a nota se o fabricante apelar?

4. O aviso de 5 dias é devido no seu conjunto de achados?

Fonte: MDSAP AU P0037.001, passos 1 e 2; MDSAP AU P0027.007, gatilhos e prazos

E11 PARTE 3: ENCERRAMENTO

Conduza o encerramento

Modo e tempo: Dois grupos, 25 min

No deck: Parte 3, slide 16

Cenário

Um grupo apresenta seus achados graduados à direção da Cardiotek. O auditado recebe roteiro de objeções.

Perguntas

1. Como você sustenta a nota diante da objeção?

2. O que você responde a "já corrigimos"?

3. O que você responde a "esse achado é do outro local"?

4. O que você responde a "o fornecedor é certificado, a responsabilidade é dele"?

5. O que não pode faltar no encerramento?

Fonte: MDSAP AU P0027.007; MDSAP AU P0002.011, Outsourcing e Re-audit; MDSAP AU P0037.001

AVALIAÇÃO FINAL

Avaliação final: 40 questões

Individual, 20 minutos, sem consulta. Marque uma alternativa por questão. A prova cobre os seis módulos do curso.

1. O MDSAP permite que uma única auditoria atenda:

- ☐ a) Apenas o país de fabricação
- ☐ b) As autoridades regulatórias participantes do programa
- ☐ c) Somente a ISO 13485
- ☐ d) Apenas requisitos de exportação

2. A abordagem de auditoria do MDSAP é organizada em:

- ☐ a) Capítulos da ISO 13485
- ☐ b) Processos e tarefas
- ☐ c) Departamentos da empresa
- ☐ d) Países

3. O primeiro processo da sequência de auditoria é:

- ☐ a) Compras
- ☐ b) Gestão
- ☐ c) Projeto e Desenvolvimento
- ☐ d) Produção e Controle de Serviço

4. O campo que indica o requisito de cada jurisdição em uma tarefa é:

- ☐ a) Links
- ☐ b) Clause and Regulation
- ☐ c) Assessing conformity
- ☐ d) Annex

5. Quando um requisito regulatório se liga a uma cláusula mais específica da ISO 13485:2016, o achado cita:

- ☐ a) A cláusula 4.2.1
- ☐ b) A cláusula mais específica

☐ c) Apenas o regulamento do país

☐ d) As duas, sem distinção

6. Dentro de um processo, as tarefas podem ser auditadas:

☐ a) Somente na ordem numérica

☐ b) Em qualquer ordem, para eficiência e eficácia

☐ c) Em ordem alfabética

☐ d) A critério do auditado

7. As linkages indicadas nas tarefas servem para:

☐ a) Cumprir exigência de formato

☐ b) Lembrar a equipe das interações entre processos e orientar a seleção de amostra

☐ c) Numerar as tarefas

☐ d) Substituir o plano de auditoria

8. A regulamentação de boas práticas de fabricação citada para o Brasil no P0002.011 revisão 011 é:

☐ a) RDC 16/2013

☐ b) RDC ANVISA 665/2022

☐ c) RDC 185/2001

☐ d) RDC 36/2015

9. A regulamentação de sistema de gestão da qualidade dos Estados Unidos citada na revisão 011 é:

☐ a) 21 CFR 803

☐ b) 21 CFR 820

☐ c) 21 CFR 806

☐ d) 21 CFR 807

10. A ordenança japonesa de requisitos de SGQ referida pelo programa é:

☐ a) MHLW MO 169

☐ b) MHLW MO 114

☐ c) PMDA 2014

☐ d) JIS Q 13485

11. No Canadá, os requisitos de SGQ auditados vêm das:

☐ a) Food and Drugs Act apenas

☐ b) Medical Devices Regulations

☐ c) CMDCAS Guidelines

☐ d) ISO 13485 somente

12. Na Austrália, os requisitos de SGQ auditados vêm dos procedimentos de avaliação da conformidade do:

☐ a) TG Act apenas

☐ b) TG(MD)R Schedule 3

☐ c) ARTG Handbook

☐ d) TGA Audit Manual

13. Requisitos específicos de país que não têm correspondência direta na ISO 13485 são tratados no relatório:

☐ a) Com graduação normal

☐ b) Em seção própria do formulário, sem graduação

☐ c) Como observação verbal

☐ d) Fora do relatório

14. A não conformidade é definida como:

☐ a) Risco ao paciente

☐ b) Não atendimento de um requisito

☐ c) Desvio de meta interna

☐ d) Falha de inspeção

15. Os três elementos obrigatórios do achado são:

☐ a) Causa, efeito e prazo

☐ b) Requisito, falha de conformidade e evidência objetiva

☐ c) Cláusula, nota e prazo

☐ d) Processo, tarefa e auditor

16. A nota inicial de uma cláusula de impacto direto é:

☐ a) 1

☐ b) 2

☐ **c)** 3

☐ **d)** 5

17. As duas exceções de faixa na classificação de impacto são:

☐ **a)** 7.5 e 8.4

☐ **b)** 4.2.3 como direta e 8.2.4 como indireta

☐ **c)** 4.1 e 8.5

☐ **d)** 6.2 e 7.6

18. O escalonador de ausência exige:

☐ **a)** Procedimento incompleto

☐ **b)** Requisito não documentado e também não implementado

☐ **c)** Reclamação do cliente

☐ **d)** Produto reprovado em inspeção

19. A repetição soma um ponto quando a não conformidade foi identificada:

☐ **a)** Duas vezes na mesma auditoria

☐ **b)** Na mesma subcláusula, em uma das duas auditorias anteriores do SGQ

☐ **c)** Em qualquer cláusula do mesmo capítulo

☐ **d)** Há mais de cinco anos

20. A liberação de dispositivo não conforme não escala a nota quando:

☐ **a)** O cliente não reclamou

☐ **b)** Houve concessão com justificativa técnica adequada

☐ **c)** O lote foi pequeno

☐ **d)** A empresa corrigiu depois

21. A nota máxima reportada é:

☐ **a)** 3

☐ **b)** 4

☐ **c)** 5

☐ **d)** 6

22. A nota de um achado pode ser alterada:

☐ a) Pela correção do fabricante

☐ b) Apenas por processo documentado de apelação

☐ c) Por acordo no encerramento

☐ d) Pelo auditor líder, a qualquer tempo

23. Quando mais de uma cláusula se aplica, o auditor escolhe:

☐ a) A mais genérica

☐ b) A que resulta na maior graduação, preferindo o requisito de implementação

☐ c) A que o auditado aceitar

☐ d) A primeira do capítulo

24. No MDSAP existe nota geral da auditoria?

☐ a) Sim, pela média

☐ b) Sim, pela maior nota

☐ c) Não, a graduação é por achado

☐ d) Sim, somente na recertificação

25. O ciclo de auditoria do MDSAP tem:

☐ a) Um ano

☐ b) Dois anos

☐ c) Três anos

☐ d) Quatro anos

26. O total de tarefas do processo de auditoria é:

☐ a) 70

☐ b) 80

☐ c) 90

☐ d) 100

27. O acréscimo de tempo da auditoria inicial é de:

☐ a) 10%

☐ b) 15%

☐ c) 25%

☐ **d)** 30%

28. A redução de tempo de Produção e Controle de Serviço, quando cabível, é de no máximo:

☐ **a)** 10%

☐ **b)** 20%

☐ **c)** 30%

☐ **d)** 50%

29. A redução por porte da organização exige:

☐ **a)** Apenas o número de empregados

☐ **b)** Dois critérios

☐ **c)** Três critérios atendidos ao mesmo tempo

☐ **d)** Pedido do cliente

30. Em auditoria de múltiplos locais:

☐ **a)** Todos os locais podem ser amostrados

☐ **b)** Locais de projeto e de fabricação não podem ser amostrados

☐ **c)** Apenas a sede é auditada

☐ **d)** O tempo é o do maior local

31. O Estágio 2 da auditoria inicial é realizado:

☐ **a)** Em uma amostra de locais

☐ **b)** Em todos os locais que constarão do certificado

☐ **c)** Somente na sede

☐ **d)** Remotamente

32. Se a primeira vigilância incluiu Projeto e Desenvolvimento, a segunda deve incluir:

☐ **a)** Gestão

☐ **b)** Produção e Controle de Serviço

☐ **c)** Compras

☐ **d)** Nenhum processo específico

33. Entre os itens mínimos de toda vigilância está:

☐ **a)** Auditar as 90 tarefas

☐ b) O uso de marcas e referências à certificação

☐ c) Auditar todos os locais

☐ d) Refazer o Estágio 1

34. Um dispositivo pode ser excluído do escopo:

☐ a) Quando o cliente pede

☐ b) Quando atende ao critério de exclusão em todas as jurisdições aplicáveis

☐ c) Quando é de baixo risco

☐ d) Quando foi auditado no ciclo anterior

35. Para dispositivos GMP-exempt nos Estados Unidos, permanecem aplicáveis:

☐ a) Nenhum requisito do FDA

☐ b) Arquivos de reclamação e registros, além de 21 CFR 803, 806 e 807

☐ c) Somente o 21 CFR 820

☐ d) Apenas a listagem de dispositivos

36. Processos terceirizados de projeto ou fabricação:

☐ a) Saem do escopo da organização

☐ b) Permanecem sob responsabilidade da organização, que precisa controlá-los

☐ c) Passam a ser do fornecedor

☐ d) Só entram se o fornecedor for auditado

37. A amostragem preferida é:

☐ a) Exclusivamente estatística

☐ b) Por julgamento, usando trilhas de uma tarefa para informar a seleção em outra

☐ c) Aleatória simples

☐ d) Definida pelo auditado

38. Ajustes na sequência de auditoria entre processos:

☐ a) São proibidos

☐ b) São permitidos com justificativa e registro no relatório

☐ c) Dependem da autoridade

☐ d) São livres e não precisam registro

39. O aviso de 5 dias é enviado em até:

- ☐ a) 5 dias corridos
- ☐ b) 5 dias úteis
- ☐ c) 10 dias corridos
- ☐ d) 15 dias úteis

40. O pacote completo do relatório, quando houve aviso de 5 dias, vai em:

- ☐ a) 15 dias corridos
- ☐ b) 30 dias corridos
- ☐ c) 45 dias corridos
- ☐ d) 90 dias corridos

ANEXO A

Formulário de plano de auditoria

Preencha na Parte 1, exercício E2. Este formulário serve para a simulação e não substitui o formulário da organização auditora.

CAMPO	PREENCHIMENTO
Organização e locais	
Tipo de auditoria	
Objetivo	
Critérios de auditoria	
Jurisdições no escopo	
Exclusões e justificativa	

Equipe e papéis	
Tempo total calculado	
Tempo na matriz	
Tempo na filial	
Tempo de interface entre locais	
Ajustes aplicados e justificativa	
Sequência prevista	

Exceções de sequência e justificativa	
Amostra planejada e razão da escolha	
Reuniões e comunicações	

ANEXO B

Ficha de registro de evidência

Use uma linha por evidência coletada, durante a Parte 2. Sem fonte identificada, a evidência não sustenta achado na Parte 3.

PROCESSO E TAREFA	DOCUMENTO OU REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E DATA	O QUE FOI CONSTATADO



Identificação e data: número do documento, revisão, lote, data e local onde a evidência foi vista.

ANEXO C

Ficha de achado

Uma ficha por achado. Preencha na Parte 3, exercícios E9 e E10. Reproduza a ficha quantas vezes forem necessárias.

CAMPO	PREENCHIMENTO
Achado nº	
Processo e tarefa	
Requisito: cláusula da ISO 13485:2016	
Requisito: regulamento da jurisdição, se aplicável	
Falha de conformidade	
Evidência objetiva: o quê, quem, quando e onde	

Passo 1: impacto direto ou indireto, e nota base	
Escalonador: repetição	
Escalonador: ausência	
Escalonador: liberação de não conforme	
Nota final reportada	
Revisado por (outro grupo)	

ANTES DE ENTREGAR

Confira os três elementos, a cláusula de maior graduação, a base documental de cada escalonador e se a evidência sustentaria a nota em um processo de apelação.