

HSC | GLOBAL

DOMÍNIO REGULATÓRIO COM IA • CLASSES I E II NA ANVISA

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 1

Classes I e II: do enquadramento à notificação

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	1, ao vivo, em duas partes
CARGA	8 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023)
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre o artigo, a regra ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

BASE E ESCOPO

RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023); RDC Anvisa 665/2022; Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA; Lei 6.360/1976; Lei 9.782/1999. O módulo trata do regime de notificação (Classes I e II); as Classes III e IV ficam para o Módulo 2. Não cobre a elaboração de documentação técnica.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Classificação de seis produtos	B3	Grupo, 20 min
E2	Enquadramento de seis produtos	B4	Grupo, 25 min
E3	Notificação de um produto Classe I	B5	Grupo, 15 min
E4	Revisão crítica antes do protocolo	B6	Grupo, 20 min
E5	Integradora: do enquadramento ao pós-mercado	B8	Grupo, 30 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 3: CLASSIFICAÇÃO

Classificação de seis produtos

MODO E TEMPO	Grupo, 20 min
OBJETIVO	Aplicar as regras do Anexo I da RDC 751/2022 e identificar a variável que decide a classe.

CENÁRIO

A diretoria precisa saber a classe de seis produtos para planejar a regularização. A: compressa de gaze estéril para cobertura de feridas. B: termômetro clínico digital de uso axilar. C: sonda nasogástrica para nutrição enteral, permanência de até 10 dias. D: luva cirúrgica estéril. E: agulha hipodérmica descartável. F: cateter venoso central, permanência acima de 30 dias.

1. Produtos A e B: qual a classe, a regra e a variável que decide?

2. Produto C: a exceção da cavidade nasal na Regra 5 se aplica? Qual a classe?

3. Produtos D e E: são invasivos? Cirurgicamente invasivos? Qual a classe?

4. Produto F: qual a classe e por que ele fica fora do regime de notificação?

E1 (CONTINUAÇÃO)

Classificação de seis produtos

5. O que os produtos C e F, ambos sondas ou cateteres, mostram sobre a duração de uso e o local de contato?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 4º, XLI e XLVI; Arts. 6º e 7º; Anexo I, Regras 4, 5, 6, 8 e 10.

E2 • BLOCO 4: ENQUADRAMENTO

Enquadramento de seis produtos

MODO E TEMPO	Grupo, 25 min
OBJETIVO	Decidir a categoria regulatória pela finalidade, pelo modo de ação principal e pelas alegações.

CENÁRIO

Um fabricante pergunta se seis produtos são dispositivos médicos. A: gel condutor para ultrassonografia. B: pomada cicatrizante com antibiótico, que alega tratar infecção de feridas. C: creme hidratante corporal que alega apenas hidratar. D: desinfetante para pisos e superfícies hospitalares. E: curativo de espuma com prata, que alega barreira e absorção de exsudato. F: lente de contato sem grau, para mudar a cor dos olhos.

1. Qual a categoria de A e de B? Qual critério decide cada um?

2. Qual a categoria de C e de D?

3. Por que E é dispositivo, se contém prata?

4. Por que F é tratada como dispositivo, mesmo sem finalidade de correção?

E2 (CONTINUAÇÃO)

Enquadramento de seis produtos

5. Compare B e E: o que a comparação ensina sobre alegação e substância?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 2º, § 5º, e 4º; Anexo I, Regra 14; Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA.

E3 • BLOCO 5: CLASSE I

Notificação de um produto Classe I

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Reconhecer o que o regime de notificação exige para um produto Classe I.

CENÁRIO

Sua empresa vai regularizar uma faixa elástica de contenção, não invasiva, em contato com pele íntegra. A diretoria quer entender o processo.

1. Qual o regime aplicável e por quê?

2. A empresa precisa de AFE antes de peticionar?

3. Há análise técnica prévia da Anvisa? A partir de quando o produto pode ser vendido?

4. Cite quatro itens da petição de notificação previstos na RDC 751/2022.

E3 (CONTINUAÇÃO)

Notificação de um produto Classe I

5. O dossiê técnico é protocolado? O que a norma exige sobre ele?

6. Cite três informações obrigatórias do rótulo.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 6º, 10, 13, 47, 56 e 60.

E4 • BLOCO 6: CLASSE II

Revisão crítica antes do protocolo

MODO E TEMPO	Grupo, 20 min
OBJETIVO	Conferir, como responsável técnico, se a notificação de um produto Classe II atende à norma.

CENÁRIO

Você é o responsável técnico e recebeu, para conferir, os itens da notificação de um eletrodo de ECG descartável (Classe II). A: produto classificado como Classe II. B: nenhum gerenciamento de risco, com a justificativa de que o produto é simples. C: relatórios de ensaios de desempenho conforme normas aplicáveis. D: rótulo com a mesma finalidade notificada. E: sem comprovante de taxa, com a justificativa de que a Classe II é isenta. F: instruções de uso só em idioma estrangeiro.

1. Os itens A e C estão adequados? Por quê?

2. O que está errado no item B e qual a base?

3. O item D está adequado?

4. O que está errado no item E?

E4 (CONTINUAÇÃO)

Revisão crítica antes do protocolo

5. O que está errado no item F e qual a base?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 10, 13, 46 e 57; ABNT NBR ISO 14971.

E5 • BLOCO 8: PÓS-NOTIFICAÇÃO

Integradora: do enquadramento ao pós-mercado

MODO E TEMPO	Grupo, 30 min
OBJETIVO	Percorrer todas as etapas do módulo com um único produto.

CENÁRIO

Atadura de compressão elástica, não invasiva, em contato com pele íntegra, com finalidade declarada de conter e comprimir membros. A empresa é importadora.

1. Enquadramento: é dispositivo médico? Por quê?

2. Classificação: qual a classe e a variável decisiva?

3. Regime: notificação ou análise prévia? Justifique.

4. Petição: cite quatro itens, considerando que o produto é importado.

E5 (CONTINUAÇÃO)

Integradora: do enquadramento ao pós-mercado

5. Fluxo: descreva em três passos o caminho até a publicação.

6. Pós-mercado: cite duas obrigações do detentor.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 6º, 10, 13, 16, 29 e 60; Anexo I, Regra 1.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo.

1. Onde estão as regras de classificação de risco na RDC 751/2022?

- [ ] (a) Anexo I
- [ ] (b) Anexo II
- [ ] (c) Art. 2º
- [ ] (d) RDC 185/2001

Sua resposta: _____

2. Quais classes seguem o regime de notificação?

- [ ] (a) Só a Classe I
- [ ] (b) Classes I e II
- [ ] (c) Classes II e III
- [ ] (d) Todas

Sua resposta: _____

3. Na notificação, a partir de quando o produto pode ser vendido?

- [ ] (a) No protocolo
- [ ] (b) Após 30 dias, mesmo sem publicação
- [ ] (c) Após a publicação do número no DOU
- [ ] (d) Após a inspeção de BPF

Sua resposta: _____

4. O dossiê técnico de um produto notificado:

- [ ] (a) É protocolado com a petição
- [ ] (b) Fica com a empresa, atualizado, para fiscalização
- [ ] (c) É dispensado
- [ ] (d) Só existe na Classe II

Sua resposta: _____

5. Uso de curto prazo, pela RDC 751/2022, é o uso contínuo de:

- [ ] (a) Menos de 60 minutos
- [ ] (b) 60 minutos a 30 dias
- [ ] (c) Mais de 30 dias
- [ ] (d) Até 24 horas

Sua resposta: _____

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Quando várias regras se aplicam, vale:

- [ ] (a) A de menor classe
- [ ] (b) A mais rigorosa
- [ ] (c) A escolhida pelo fabricante
- [ ] (d) A primeira do anexo

Sua resposta: _____

7. O critério decisivo entre dispositivo médico e medicamento é:

- [ ] (a) O preço
- [ ] (b) O modo de ação principal
- [ ] (c) A embalagem
- [ ] (d) O canal de venda

Sua resposta: _____

8. Um acessório é classificado:

- [ ] (a) Com a classe do dispositivo principal
- [ ] (b) Por si mesmo
- [ ] (c) Sempre como Classe I
- [ ] (d) Pelo fabricante

Sua resposta: _____

9. A notificação precisa de revalidação periódica?

- [ ] (a) Sim, a cada 5 anos
- [ ] (b) Sim, a cada 10 anos
- [ ] (c) Não, é dispensada
- [ ] (d) Só para importados

Sua resposta: _____

10. Erro de enquadramento sanitário em notificação pode levar a:

- [ ] (a) Nada, se a taxa foi paga
- [ ] (b) Cancelamento da notificação pela Anvisa
- [ ] (c) Mudança automática de classe
- [ ] (d) Multa sem efeito na notificação

Sua resposta: _____