

HSC | GLOBAL

IA APLICADA À REGULARIZAÇÃO • ENGENHARIA DE PROMPT

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 1

Engenharia de prompt e IA aplicada à RDC 751/2022

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	1, ao vivo, em duas partes
CARGA	4 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023)
INSTRUTORA	Ana Paula dos Santos (Health & Pharma)

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre o artigo, a regra ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **BASE E ESCOPO**
>
> RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023); Lei 13.709/2018 (LGPD). Curso normativo: o módulo ensina a usar IA para analisar e conferir, não a elaborar documentação. Empresa, produto, pessoas e números dos casos são fictícios.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Prompt de enquadramento e classificação de risco	P2	Dupla ou trio, 30 min
E2	Arquitetura: assistente, automação ou híbrido	P2	Dupla ou trio, 30 min
E3	Auditoria de uma análise de enquadramento gerada por IA	P2	Dupla ou trio, 30 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 10 min

E1 • WORKSHOP: EXERCÍCIO 1

Prompt de enquadramento e classificação de risco

MODO E TEMPO	Dupla ou trio, 30 min
OBJETIVO	Transformar uma solicitação incompleta e contraditória em um prompt PACOTE para uma análise de enquadramento com a regra citada e escrever o prompt que audita a resposta da IA. Rubrica de 10 pontos: lacunas (2), contradições (2), seis componentes rotulados (2), contexto completo (1), travas anti-alucinação (2), auditoria com localização na fonte (1).

CENÁRIO

E-mail fictício recebido da diretoria da NeoCirúrgica Ltda. (assunto: regularização da tela NeoMesh, urgente): "Precisamos regularizar nossa tela cirúrgica NeoMesh Colágeno o quanto antes. Tela de polipropileno monofilamentar com revestimento de colágeno de origem bovina. Indicação: correção de hérnia de parede abdominal. Produto não implantável, de uso cirúrgico. Permanece no paciente por tempo indeterminado após a cirurgia. Fabricante na Alemanha, já com marcação CE, classificado como Classe IIb pelo MDR. Como já é Classe IIb na Europa, entendo que aqui também será Classe II, correto? Já temos o dossiê europeu traduzido. Podemos protocolar essa semana?"

1. Etapa 1 (8 min): liste ao menos seis informações que faltam para enquadrar e classificar o produto com segurança.

2. Etapa 1: identifique as duas contradições da solicitação e explique por que cada uma compromete o enquadramento.

3. Etapa 2 (14 min): escreva o prompt completo pelo método PACOTE, rotulando Papel, Alvo, Contexto, Output, Tom e travas e Exemplo. Diga como a IA deve tratar dado que você não tem.

E1 (CONTINUAÇÃO)

Prompt de enquadramento e classificação de risco

4. Etapa 3 (8 min): escreva o prompt de auditoria, o segundo turno que obriga a IA a criticar a própria resposta contra a norma anexa.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 4º, XIV; Arts. 8º e 9º; Anexo I, Regras 8 e 18.

E2 • WORKSHOP: EXERCÍCIO 2

Arquitetura: assistente, automação ou híbrido

MODO E TEMPO	Dupla ou trio, 30 min
OBJETIVO	Escolher a tecnologia certa para cada demanda e desenhar um fluxo híbrido auditável, com parada obrigatória do responsável técnico. Rubrica: classificação justificada (3), prazo fora da IA (1), parada do RT na resposta sobre regime (1), fluxo completo (2), separação determinístico x julgamento (1), dois modos de falha com controle (2).

CENÁRIO

A NeoCirúrgica precisa adequar 60 dispositivos à RDC 751/2022. Classifique cada demanda como A (automação), B (assistente de IA) ou H (híbrido). 1: calcular a data-limite de adequação de cada uma das 60 regularizações e priorizar a fila por prazo. 2: comparar a instrução de uso vigente de cada produto contra os requisitos de instruções de uso da RDC 751/2022 e apontar lacunas. 3: analisar o enquadramento de um produto novo e indicar a regra aplicável. 4: extrair de 60 artes de rótulo em PDF os campos nome técnico, modelo, fabricante, classe e número de processo. 5: renomear e arquivar os 60 arquivos de instrução de uso conforme a convenção interna. 6: informar à diretoria se determinado produto segue notificação ou o regime das Classes III e IV. 7: gerar o relatório mensal de status de peticionamento a partir da planilha. 8: identificar, a cada publicação de norma no DOU, quais produtos do portfólio são afetados.

1. Etapa 1 (10 min): classifique as oito demandas (A, B ou H) e justifique cada uma em uma frase.

2. Etapa 2 (15 min): escolha uma demanda híbrida e desenhe o fluxo em cinco etapas (gatilho, coleta, análise, revisão, ação e registro), com dono e natureza de cada uma.

3. Etapa 2: qual etapa não avança sem a assinatura do responsável técnico, e por quê?

E2 (CONTINUAÇÃO)

Arquitetura: assistente, automação ou híbrido

4. Etapa 3 (5 min): aponte dois modos de falha do fluxo, como você os perceberia e o controle que neutraliza cada um.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 46 a 48 e 55.

E3 • WORKSHOP: EXERCÍCIO 3

Auditoria de uma análise de enquadramento gerada por IA

MODO E TEMPO	Dupla ou trio, 30 min
OBJETIVO	Encontrar o que a fluência esconde. Rubrica: seis ou mais defeitos (3), tipo correto (1), um defeito de governança (1), criticidade coerente (1), camada do controle (2), cláusula imperativa e verificável (2).

CENÁRIO

Documento fictício com erros propositais. ANÁLISE DE ENQUADRAMENTO AE-2025-047 (gerada por IA), tela cirúrgica NeoMesh Colágeno, solicitante NeoCirúrgica Ltda. 1. Do produto: polipropileno monofilamentar com revestimento de colágeno de origem bovina, para hérnias de parede abdominal; fornecido estéril, em embalagem unitária, armazenar entre 15 °C e 25 °C, umidade relativa inferior a 60%. 2. Do enquadramento: dispositivo médico nos termos da RDC 751/2022; já possui marcação CE, o que atesta o atendimento aos requisitos essenciais e dispensa estudo adicional à Anvisa. 3. Da classificação: Classe III; conforme o art. 27, § 2º, da RDC 751/2022, Classe III sujeita-se ao regime de registro, com validade de 10 anos, renovável. 4. Da rotulagem: observará a RDC 185/2001, que permanece vigente para implantáveis. 5. Do prazo: protocolo previsto para 12/03/2025 e prazo regulatório de 90 dias corridos; decisão esperada até 12/07/2025. 6. Do contato: Sr. João Carlos Meireles, CPF 123.456.789-00, telefone (31) 98888-7777. Tipos possíveis: alucinação normativa, norma revogada, requisito estrangeiro importado, classificação sem fundamento, dado preenchido, erro de cálculo, risco de dado pessoal, falha de governança documental.

1. Etapa 1 (12 min): localize os oito defeitos e registre o trecho, o tipo e a criticidade (alta, média ou baixa).

2. Etapa 2 (10 min): para cada defeito, indique a camada da falha (prompt, verificação, fluxo ou política) e o controle específico que o teria evitado.

3. Etapa 3 (8 min): escolha o defeito de maior criticidade e escreva, em até dez linhas, a cláusula de política interna de uso de IA que fecha esse risco, de forma imperativa e verificável.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 11, 27, 55 e 66; Anexo I, Regras 8 e 18; Lei 13.709/2018.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo.

1. Um modelo de linguagem gera a resposta:

- [ ] (a) Consultando o texto oficial da norma
- [ ] (b) Prevendo a continuação mais provável do texto
- [ ] (c) Calculando com regras fixas
- [ ] (d) Copiando a primeira fonte da internet

Sua resposta: _____

2. No método PACOTE, a letra T significa:

- [ ] (a) Tabela
- [ ] (b) Tom e travas
- [ ] (c) Tempo
- [ ] (d) Tarefa

Sua resposta: _____

3. A técnica que mais reduz a invenção de referência normativa é:

- [ ] (a) Pedir texto mais longo
- [ ] (b) Ancoragem no texto anexo da norma
- [ ] (c) Usar linguagem formal
- [ ] (d) Repetir a pergunta

Sua resposta: _____

4. Calcular a data-limite de adequação de 60 produtos é tarefa de:

- [ ] (a) Assistente de IA
- [ ] (b) Automação determinística
- [ ] (c) Humano sem ferramenta
- [ ] (d) IA com extração

Sua resposta: _____

5. O erro de um assistente de IA costuma ser:

- [ ] (a) Visível, porque o fluxo para
- [ ] (b) Silencioso, porque o texto errado parece certo
- [ ] (c) Impossível com bom prompt
- [ ] (d) Sempre de cálculo

Sua resposta: _____

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Em um fluxo orquestrado, a etapa de revisão é:

- [ ] (a) Da IA
- [ ] (b) Humana
- [ ] (c) Determinística
- [ ] (d) Opcional

Sua resposta: _____

7. Quem responde pelas informações apresentadas à Anvisa?

- [ ] (a) A ferramenta de IA
- [ ] (b) Os responsáveis legal e técnico
- [ ] (c) O fornecedor do software
- [ ] (d) Ninguém, se houver ressalva

Sua resposta: _____

8. Pela RDC 751/2022, a validade de 10 anos da regularização das Classes III e IV está no:

- [ ] (a) Art. 27, § 2º
- [ ] (b) Art. 11
- [ ] (c) Art. 66
- [ ] (d) Anexo II

Sua resposta: _____

9. Telas cirúrgicas, pela RDC 751/2022, são da classe:

- [ ] (a) II
- [ ] (b) III
- [ ] (c) IV
- [ ] (d) Depende da classe europeia

Sua resposta: _____

10. CPF de pessoa física no prompt ou na análise é:

- [ ] (a) Aceitável se anonimizado depois
- [ ] (b) Risco de dado pessoal que a política deve vedar
- [ ] (c) Exigência da Anvisa
- [ ] (d) Irrelevante

Sua resposta: _____