

HSC | GLOBAL

IA APLICADA À REGULARIZAÇÃO • RDC 751/2022

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 4

Dossiê técnico: o que a norma exige e como é verificado

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

ENCONTRO	4, ao vivo
CARGA	2 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022, Arts. 55 a 58 e Anexo II
INSTRUTORA	Ana Paula dos Santos

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre o artigo, a regra ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

BASE E ESCOPO

RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023), Arts. 4º, 10, 13, 14, 33 a 36, 46 a 49 e 55 a 58 e Anexo II. O encontro explica o que a norma exige e como a Anvisa verifica; não cobre a elaboração do dossiê. Os casos, empresas e produtos são fictícios.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Conferência de completude	B2	Dupla, 15 min
E2	O funil da conferência	B4	Dupla, 8 min
E3	Coerência e rótulo	B4	Dupla, 12 min
E4	Os dois comandos	B5	Dupla, 10 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 2: ANEXO II

Conferência de completude

MODO E TEMPO	Dupla, 15 min
OBJETIVO	Comparar o índice de um dossiê com o Anexo II e separar item ausente de item sem justificativa.

CENÁRIO

Índice do dossiê de um curativo de hidrogel, Classe II, notificado (produto fictício). Capítulo 1: formulário; lista de modelos. Capítulo 2: descrição; embalagem; finalidade e indicação; ambiente de uso; contraindicações. Capítulo 3: gerenciamento de risco; lista de normas; caracterização física; caracterização química; biocompatibilidade; validação da esterilização; usabilidade; estabilidade e validade. Capítulo 4: resumo da evidência clínica. Capítulo 5: rotulagem; instruções de uso. Capítulo 6: unidades fabris; fluxograma; projeto e desenvolvimento. O produto não tem software, não é reutilizável e não usa material de origem biológica.

1. Quais itens do Anexo II estão ausentes do índice e se aplicam a um produto Classe II?

2. Quais itens não se aplicam a este produto e como devem aparecer no dossiê?

3. O que falta no Capítulo 4 para a Classe II?

4. Por que este dossiê, mesmo não protocolado, precisa estar completo?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 56 e Anexo II e notas.

E2 • BLOCO 4: CONFERÊNCIA

O funil da conferência

MODO E TEMPO	Dupla, 8 min
OBJETIVO	Classificar falhas nas quatro camadas do funil e reconhecer as que levam a indeferimento sumário.

CENÁRIO

Seis falhas encontradas antes do protocolo de uma petição de Classe III: (1) declaração do fabricante legal emitida há três anos, sem validade expressa; (2) formulário com o campo de classe de risco em branco; (3) laudo de biocompatibilidade digitalizado com a página de conclusão cortada; (4) certificado de conformidade compulsório não juntado; (5) nome do fabricante legal diferente entre a declaração e o rótulo; (6) IFU que promete uso pediátrico, ausente da finalidade declarada.

1. Em qual camada do funil cada falha é retida (existência, integridade, vigência, coerência)?

2. Quais delas se enquadram no Art. 10, § 4º, e podem levar a indeferimento sumário sem exigência?

3. Qual falha é a mais grave para a classificação e por quê?

4. Quais dessas conferências podem ser automatizadas por regra?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 8º, 10, § 4º, e 14, III.

E3 • BLOCO 4: CONFERÊNCIA

Coerência e rótulo

MODO E TEMPO	Dupla, 12 min
OBJETIVO	Encontrar divergências entre documentos e conferir o rótulo contra os doze incisos do Art. 47.

CENÁRIO

Produto fictício: termômetro clínico digital, Classe II. Formulário: nome técnico "termômetro clínico", modelo TC-20, fabricante MedTemp Ltda., finalidade "medição da temperatura corporal axilar". IFU: modelos TC-20 e TC-20 Plus, fabricante MedTemp Indústria Ltda., "medição axilar, oral e retal". Rótulo: nome comercial, modelo TC-20, fabricante MedTemp Ltda. com endereço, lote, validade, advertências, "Made in Brazil", sem o nome do responsável técnico e sem número na Anvisa.

1. Liste as divergências entre formulário, IFU e rótulo.

2. Qual divergência tem maior consequência e por quê?

3. Quais incisos do Art. 47 faltam no rótulo?

4. O que mais você conferiria no rótulo e nas instruções?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 8º, 32, 33 e 46 a 49.

E4 • BLOCO 5: IA

Os dois comandos

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Adaptar os comandos de completude e coerência e definir o que conferir na saída.

CENÁRIO

Use o índice do E1 e os documentos do E3. Comando 1 (completude): comparar o índice com o Anexo II para um produto de Classe [X], em tabela, separando item ausente de item sem justificativa, sem presumir documento não listado. Comando 2 (coerência): extrair nome comercial, nome técnico, modelo, fabricante legal, classe e finalidade de cada documento, marcar DIVERGENTE, transcrever literalmente, escrever NÃO LOCALIZADO quando faltar e não harmonizar.

1. Reescreva o comando 1 para o curativo do E1, preenchendo os campos.

2. Reescreva o comando 2 para os três documentos do E3.

3. O que você conferiria na saída de cada comando antes de usar?

4. Por que a trava contra harmonizar é essencial no comando 2?

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 55 e Anexo II.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo.

1. Qual artigo define dossiê técnico?

- [ ] (a) Art. 4º, XVIII
- [ ] (b) Art. 13
- [ ] (c) Art. 47
- [ ] (d) Art. 60

Sua resposta: _____

2. Na notificação, o dossiê técnico:

- [ ] (a) É protocolado
- [ ] (b) Fica com a empresa, atualizado, e não é protocolado
- [ ] (c) Não existe
- [ ] (d) Só existe para equipamentos

Sua resposta: _____

3. O dossiê pode ser formado por referências a documentos do sistema da qualidade?

- [ ] (a) Não
- [ ] (b) Sim, se disponíveis para fiscalização
- [ ] (c) Só na Classe IV
- [ ] (d) Só com autorização prévia

Sua resposta: _____

4. Quantos itens do Anexo II não se aplicam à Classe I?

- [ ] (a) Nenhum
- [ ] (b) Três
- [ ] (c) Dez
- [ ] (d) Metade

Sua resposta: _____

5. Qual destes não se aplica à Classe I?

- [ ] (a) Gerenciamento de risco
- [ ] (b) Rotulagem
- [ ] (c) Literatura clínica relevante
- [ ] (d) Fluxograma de fabricação

Sua resposta: _____

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Documento ausente, incompleto, ilegível ou obsoleto pode levar a:

- [ ] (a) Exigência técnica sempre
- [ ] (b) Indeferimento sumário, sem exigência
- [ ] (c) Multa automática
- [ ] (d) Nada

Sua resposta: _____

7. Prazo para carregar a IFU de produto novo no Repositório:

- [ ] (a) 7 dias
- [ ] (b) 30 dias após a publicação
- [ ] (c) 90 dias
- [ ] (d) 180 dias

Sua resposta: _____

8. O rótulo deve trazer o nome do responsável técnico?

- [ ] (a) Não
- [ ] (b) Sim, Art. 47, XI
- [ ] (c) Só nos importados
- [ ] (d) Só na IFU

Sua resposta: _____

9. Qual camada do funil não se automatiza por regra?

- [ ] (a) Existência
- [ ] (b) Integridade
- [ ] (c) Vigência
- [ ] (d) Coerência

Sua resposta: _____

10. Quem responde pelas informações e documentos apresentados?

- [ ] (a) A ferramenta de IA
- [ ] (b) Os responsáveis legal e técnico
- [ ] (c) A Anvisa
- [ ] (d) O fornecedor

Sua resposta: _____