

PORTARIA INMETRO 384/2020 • CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOB VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CADERNO DE EXERCÍCIOS • MÓDULO 1

Do enquadramento à análise documental

Exercícios e avaliação objetiva para fazer durante a aula ao vivo

MÓDULO	Dia 1 de 2, ao vivo
DOCUMENTO BASE	Portaria Inmetro 384/2020; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021); RDC Anvisa 549/2021; IN Anvisa 283/2024
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar este caderno

Faça cada exercício no momento indicado da aula. Responda nos campos, com as suas palavras, e indique sempre o artigo, a regra ou o item e a fonte.

Os campos deste PDF são editáveis: digite direto no Adobe Acrobat Reader ou no navegador e salve. Se preferir, imprima e escreva à mão.

> **BASE E ESCOPO**
>
> Portaria Inmetro 384/2020; RGCP (Portaria Inmetro 200/2021); RDC Anvisa 549/2021; IN Anvisa 283/2024; RDC Anvisa 751/2022. O curso explica o que a Portaria exige e como o OCP verifica; não cobre a elaboração de documentação técnica.

Nº	EXERCÍCIO	BLOCO	MODO E TEMPO
E1	Onde encontrar a informação	B1	Dupla, 10 min
E2	A lista de normas do medidor de pressão	B2	Grupo, 10 min
E3	Conferência documental	B4	Grupo, 15 min
Q	Avaliação objetiva: 10 questões	Fech.	Individual, 15 min

E1 • BLOCO 1: O SISTEMA

Onde encontrar a informação

MODO E TEMPO	Dupla, 10 min
OBJETIVO	Saber em qual fonte oficial está cada informação da certificação.

CENÁRIO

Sua equipe precisa responder cinco perguntas sobre um equipamento. Para cada uma, indique a fonte oficial: portal do Inmetro, ProdCert ou portal da Anvisa, e o que procurar lá.

1. Qual é o texto vigente da Portaria 384/2020 e do RGCP?

2. Quais OCPs estão acreditados no escopo da 384?

3. O certificado de um concorrente ainda está válido?

4. O equipamento precisa de certificação compulsória?

E1 (CONTINUAÇÃO)

Onde encontrar a informação

5. O produto do concorrente está regularizado na Anvisa?

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020; RGCP; RDC Anvisa 549/2021; IN Anvisa 283/2024.

E2 • BLOCO 2: NORMAS

A lista de normas do medidor de pressão

MODO E TEMPO	Grupo, 10 min
OBJETIVO	Montar a lista de normas aplicáveis pela IN 283/2024 e justificar exclusões.

CENÁRIO

Medidor de pressão arterial automático de braço, de uso doméstico, que envia medições a um aplicativo por Bluetooth (produto fictício). Normas candidatas: ABNT NBR IEC 60601-1; 60601-1-2; 60601-1-3; 60601-1-6; 60601-1-8; 60601-1-9; 60601-1-10; 60601-1-11; ISO 80601-2-30.

1. Quais normas se aplicam? Justifique cada uma.

2. Quais ficam de fora e qual justificativa técnica você registraria?

3. Em que caso a 60601-1-8 entraria?

4. O que o Anexo II da IN 283 muda na versão da ISO 80601-2-30 a usar?

E2 (CONTINUAÇÃO)

A lista de normas do medidor de pressão

5. Que trilhas fora da IN 283 o Bluetooth e a função de medição acionam?

Fonte: IN Anvisa 283/2024, arts. 2º a 5º e Anexo II; normas citadas.

E3 • BLOCO 4: OCP

Conferência documental

MODO E TEMPO	Grupo, 15 min
OBJETIVO	Ler um pacote documental como o OCP e identificar achados.

CENÁRIO

Resumo do pacote enviado ao OCP para o medidor de pressão: (1) lista de normas sem a 60601-1-6 e sem justificativa; (2) lista de componentes críticos com a fonte de alimentação sem certificado nem ensaio previsto; (3) manual na revisão C, memorial descritivo citando o manual na revisão B; (4) resumo do gerenciamento de risco que não cita nenhuma norma da IN 283; (5) unidade piloto feita com o ferramental de produção.

1. Quais itens são achados? Para cada um, qual requisito não foi atendido?

2. Algum item está adequado?

3. Como cada achado afeta o plano de ensaios ou a auditoria?

4. O processo pode continuar com documentos pendentes?

Fonte: Portaria Inmetro 384/2020, itens 4.3 e 4.21; 6.2.1.2; Anexo A; IN Anvisa 283/2024.

Q • FECHAMENTO

Avaliação objetiva: 10 questões

Marque uma alternativa por questão e escreva a letra no campo.

1. Quem decide se um equipamento precisa de certificação compulsória?

- [ ] (a) O Inmetro
- [ ] (b) A Anvisa
- [ ] (c) O OCP
- [ ] (d) O fabricante

Sua resposta: _____

2. Quem emite o certificado de conformidade?

- [ ] (a) O Inmetro
- [ ] (b) A Cgcre
- [ ] (c) O OCP acreditado
- [ ] (d) O laboratório

Sua resposta: _____

3. Qual modelo de certificação a Portaria 384 usa?

- [ ] (a) Modelo 1b
- [ ] (b) Modelo 3
- [ ] (c) Modelo 5
- [ ] (d) Modelo 6

Sua resposta: _____

4. O solicitante precisa:

- [ ] (a) Ser o fabricante
- [ ] (b) Ter CNPJ no Brasil
- [ ] (c) Ser acreditado pela Cgcre
- [ ] (d) Ter laboratório próprio

Sua resposta: _____

5. Quem interpreta o resultado dos ensaios para certificar?

- [ ] (a) O laboratório
- [ ] (b) O OCP
- [ ] (c) A Anvisa
- [ ] (d) O solicitante

Sua resposta: _____

Q (CONTINUAÇÃO)

Avaliação objetiva: 10 questões

6. Qual documento diz quais normas o equipamento precisa atender?

- [ ] (a) RGCP
- [ ] (b) IN Anvisa 283/2024
- [ ] (c) RDC 751/2022
- [ ] (d) Portaria 200/2021

Sua resposta: _____

7. Uma norma da lista que não se aplica ao equipamento:

- [ ] (a) É ignorada
- [ ] (b) Exige justificativa técnica
- [ ] (c) Exige consulta ao Inmetro
- [ ] (d) Impede a certificação

Sua resposta: _____

8. A unidade piloto é:

- [ ] (a) Um protótipo de bancada
- [ ] (b) Feita com materiais, processo e ferramental de produção
- [ ] (c) Qualquer amostra do lote
- [ ] (d) Feita pelo laboratório

Sua resposta: _____

9. O OCP olha o gerenciamento de risco inteiro, guiado pelas tabelas do Anexo A, em qual momento?

- [ ] (a) Na solicitação
- [ ] (b) Na análise documental
- [ ] (c) Na auditoria
- [ ] (d) No certificado

Sua resposta: _____

10. Um documento pendente na análise documental:

- [ ] (a) Cancela o processo
- [ ] (b) Trava a emissão do certificado
- [ ] (c) É ignorado
- [ ] (d) Vai para a Anvisa

Sua resposta: _____