

HSC | GLOBAL

DOMÍNIO REGULATÓRIO COM IA • ANVISA, MDR E FDA

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 3

Classificação especial, limítrofes e enquadramento multijurisdicional

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 3

MÓDULO	3, ao vivo, em duas partes
CARGA	5 horas
DOCUMENTO BASE	RDC Anvisa 751/2022 (vigente desde 01/03/2023), Anexo I
INSTRUTOR(A)	Equipe HSC Global

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência das aulas do Módulo 3, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica o mesmo conteúdo com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia se um enquadramento se sustenta.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, o exercício do caderno e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> **REGRA DE OURO DO CURSO**
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original pelo link e confira a revisão antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e caderno	3
1	Classificar é a primeira decisão regulatória	4
2	Implantáveis, ativos e software	7
3	Substância medicamentosa e IVD	10
4	Dispositivo, medicamento ou cosmético	12
5	Três sistemas, uma lógica de risco	15
6	IA no enquadramento: hipótese, não decisão	18
7	Estudo de caso: do produto à decisão	21
8	Glossário	24
9	Para revisar	25

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e caderno

O Módulo 3 é ao vivo, em duas partes: a Parte 1 tem a abertura e os Blocos 1 a 3; a Parte 2, os Blocos 4 e 5 e o fechamento.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	NO CADERNO
Abertura	Classes, regimes e regras de aplicação	Parte 1, slides 1 a 3	Capítulo 1	Preparação, Etapa 2
1	Regras especiais da RDC 751/2022	Parte 1, slides 4 a 8	Capítulos 2 e 3	E1
2	Dispositivos limítrofes	Parte 1, slides 9 a 13	Capítulo 4	E2
3	Comparativa Anvisa, MDR e FDA	Parte 1, slides 14 a 18	Capítulo 5	E3
4	IA para enquadramento	Parte 2, slides 3 a 10	Capítulo 6	E4
5	Estudo de caso: stent farmacológico	Parte 2, slides 11 a 16	Capítulo 7	E5 (avaliação)

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Faça a Preparação do aluno e leia o capítulo do bloco com a RDC 751/2022 aberta no artigo citado.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote a regra que decide cada caso e onde a turma divergiu.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Refaça o exercício do caderno sem olhar a resposta da aula e registre suas dúvidas.

DEPOIS DESTE MÓDULO

Leve o roteiro de cinco passos do Capítulo 4 para o seu trabalho. Ele vale para qualquer produto novo, em qualquer jurisdição, e é a base do Exercício E5.

CAPÍTULO 1

Classificar é a primeira decisão regulatória

NA AULA **Parte 1 • Abertura • slides 1 a 3** Preparação • Etapa 2

Observe como a classe define o regime de regularização e, com ele, o prazo do projeto.

Antes de pensar em ensaios, rotulagem ou prazo, alguém precisa responder duas perguntas: o que é este produto e em que classe de risco ele está. Quem avalia um processo começa por aqui, porque um erro nessa etapa contamina tudo o que vem depois.

A RDC Anvisa 751/2022 distribui os dispositivos médicos em quatro classes, do baixo ao máximo risco (Art. 5º). A classe não é escolhida pelo fabricante: ela resulta da aplicação das 22 regras do Anexo I (Art. 9º) à finalidade pretendida do produto (Art. 8º).

Da classe ao regime

A classe decide o regime de regularização. As Classes I e II seguem a notificação (Art. 6º). As Classes III e IV passam por análise prévia da Anvisa (Art. 7º). Na prática, subir uma classe muda o volume de evidência exigido e o tempo até o produto chegar ao mercado.

CLASSE	RISCO	REGIME
I	Baixo	Notificação (Art. 6º)
II	Médio	Notificação (Art. 6º)
III	Alto	Análise prévia (Art. 7º)
IV	Máximo	Análise prévia (Art. 7º)

Quatro regras de aplicação que você vai usar o tempo todo

- **Finalidade pretendida.** As regras se aplicam ao que o fabricante declara que o produto faz, não ao que ele poderia fazer.
- **Acessórios.** São classificados por si mesmos, separados do dispositivo principal (Art. 8º, § 2º).
- **Uso mais crítico.** Se o produto não se destina a uma parte específica do corpo, vale a utilização mais crítica (Art. 8º, § 5º).
- **Regra mais rigorosa.** Quando várias regras ou sub-regras se aplicam, vale a que leva à classe mais alta (Art. 8º, § 6º).

CAPÍTULO 1 (CONTINUAÇÃO)

Classificar é a primeira decisão regulatória

ERRO COMUM

Classificar pelo produto parecido do concorrente. Dois produtos com a mesma aparência podem ter finalidades diferentes e, por isso, classes diferentes.

IDEIA-CHAVE

A classe é consequência da finalidade declarada e das regras, nunca uma escolha.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 5º a 9º.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Classificar é a primeira decisão regulatória

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

Implantáveis, ativos e software

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 4 a 6** Caderno • Exercício 1

Observe qual detalhe da descrição do produto faz a classe subir.

Três famílias de produtos quase sempre ficam acima da classe que a regra geral daria. Para avaliar um enquadramento, você precisa saber qual detalhe da descrição aciona cada regra.

Implantáveis: o contato decide

A RDC 751/2022 chama de implantável o dispositivo introduzido totalmente no corpo, ou que substitui uma superfície epitelial ou ocular, e que permanece no lugar depois da intervenção (Art. 4º, XIV). A Regra 8 coloca esses produtos, e os cirurgicamente invasivos de longo prazo, na Classe III. A classe sobe para IV quando há contato direto com coração, sistema circulatório central ou sistema nervoso central, e também para implantáveis ativos, implantes mamários, telas cirúrgicas e próteses articulares.

Repare que o sistema circulatório central é uma lista fechada de vasos (Art. 4º, XLI). Uma válvula cardíaca está nele; um enxerto vascular na perna, não. A pergunta que o avaliador faz é: onde exatamente o produto fica?

Ativos: energia e uso

Dispositivo ativo é o que depende de uma fonte de energia não gerada pelo corpo. As Regras 9 a 13 olham para o que o produto faz com essa energia. Um equipamento de fisioterapia que aplica calor superficial é diferente de um laser cirúrgico; um termômetro clínico é diferente de um monitor de arritmia em UTI. O critério é sempre o potencial de perigo.

Software: a decisão, não o código

Para o software que é dispositivo por si só (SaMD), a Regra 11 olha o impacto da decisão que ele informa. Informar decisão diagnóstica ou terapêutica leva à Classe II. Se essa decisão puder causar deterioração grave ou cirurgia, Classe III; morte ou dano irreversível, Classe IV. Software que só monitora processos fisiológicos fica na Classe II, ou III para parâmetros vitais com risco de perigo imediato. O software que comanda um equipamento herda a classe dele (Art. 8º, § 3º).

O AVALIADOR PERGUNTA

Onde o produto fica?

Local, duração do contato e se há contato com estruturas críticas.

O AVALIADOR PERGUNTA

O que acontece se errar?

Para software, a consequência de uma decisão errada baseada na saída.

CAPÍTULO 2 (CONTINUAÇÃO)

Implantáveis, ativos e software

IDEIA-CHAVE

Um algoritmo simples pode ser Classe III; o que conta é o efeito da decisão sobre o paciente.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 4º, XIV e XLI; Art. 8º, §§ 3º e 4º; Anexo I, Regras 8 a 13. RDC Anvisa 657/2022.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Implantáveis, ativos e software

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Substância medicamentosa e IVD

NA AULA **Parte 1 • Bloco 1 • slides 7 e 8** Caderno • Exercício 1

Observe por que a primeira pergunta do roteiro é se o produto é IVD.

Duas fronteiras derrubam muitos enquadramentos. Uma fica dentro da RDC 751/2022: o dispositivo que carrega um medicamento. A outra fica fora dela: o produto para diagnóstico in vitro.

Quando o dispositivo carrega um medicamento

A Regra 14 trata do dispositivo que inclui, como parte integrante, uma substância que, usada separadamente, seria considerada medicamento, inclusive derivado de sangue ou plasma humanos, e cuja ação é complementar à do dispositivo. Esses produtos são Classe IV.

A palavra que importa é complementar. Pense num curativo com prata para feridas crônicas ou num cimento ósseo com antibiótico: o efeito principal é físico (cobrir, fixar), e a substância ajuda. Se a substância fosse a responsável principal pelo efeito, o produto deixaria de ser dispositivo.

> SINAL DE ALERTA
>
> Descrições que dizem que o produto trata a infecção ou dissolve o coágulo por causa da substância. Se a ação principal é da substância, a categoria precisa ser revista.

IVD: outra norma, outras regras

A RDC 751/2022 não se aplica aos dispositivos para diagnóstico in vitro (Art. 2º, § 4º). Desde 1º de junho de 2024, eles seguem a RDC Anvisa 830/2023, que tem quatro classes, mas regras de classificação próprias, voltadas ao risco do resultado para o paciente e para a saúde pública. Reagentes, calibradores, controles e software que analisa amostras do corpo humano estão nessa categoria.

Por isso o avaliador faz a pergunta do IVD antes de abrir o Anexo I. Um teste rápido de glicose, um kit de tipagem sanguínea ou um software que interpreta lâminas de laboratório não se classificam pela RDC 751/2022.

> IDEIA-CHAVE
>
> Primeiro a categoria, depois a norma, só então a regra.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 2º, § 4º, e Anexo I, Regra 14; RDC Anvisa 830/2023.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Substância medicamentosa e IVD

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Dispositivo, medicamento ou cosmético

NA AULA **Parte 1 • Bloco 2 • slides 9 a 13** **Caderno • Exercício 2**

Observe quando o mecanismo de ação decide e quando a alegação de rótulo decide.

Alguns produtos compartilham características de mais de uma categoria. A Anvisa chama esses casos de produtos fronteira, e o enquadramento correto depende de critérios, não de intuição.

A Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA reúne os termos e critérios técnicos que a Anvisa usa para decidir o (re)enquadramento. Entre eles estão as alegações, o uso principal pretendido, a composição, o local de aplicação e o mecanismo de ação. Enquanto a Agência não decide, o produto é tratado como fronteira.

Dispositivo ou medicamento

A definição de dispositivo médico (Art. 4º) exclui os produtos cuja ação principal seja alcançada por meios farmacológicos, imunológicos ou metabólicos. A pergunta decisiva é: como o produto atinge a finalidade pretendida? Um lubrificante vaginal que reduz o atrito age de forma física; um creme com hormônio, de forma farmacológica.

Dispositivo ou cosmético

Aqui o mecanismo nem sempre resolve. O que pesa é a finalidade declarada e a alegação do rótulo. Um gel que apenas suaviza a aparência de cicatrizes é diferente de um gel que alega tratar cicatrizes hipertróficas.

CRITÉRIO	PERGUNTA DO AVALIADOR
Finalidade	O produto diagnostica, trata, previne ou monitora? Ou limpa, perfuma e embeleza?
Mecanismo	O efeito principal é físico ou depende da interação química com o organismo?
Alegação	O rótulo promete efeito médico verificável ou só estético?

O roteiro de cinco passos

- **1. Finalidade pretendida**, nas palavras do fabricante.
- **2. Mecanismo de ação principal.**
- **3. Categoria:** dispositivo, IVD, medicamento ou cosmético.
- **4. Norma aplicável** à categoria.
- **5. Classe e regra**, aplicando a mais rigorosa.

CAPÍTULO 4 (CONTINUAÇÃO)

Dispositivo, medicamento ou cosmético

APOIO COMPARATIVO

Para casos estéticos, o Manual on Borderline and Classification (versão 5, abril de 2026) traz posições das autoridades europeias. Ele não vincula no Brasil, mas ajuda a entender o raciocínio.

Fonte: Nota Técnica nº 1/2021/SEI/COMEP/ANVISA, seção 3; RDC Anvisa 751/2022, Arts. 2º, § 5º, e 4º; Manual on Borderline and Classification, seção 1.1.5.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Dispositivo, medicamento ou cosmético

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Três sistemas, uma lógica de risco

NA AULA **Parte 1 • Bloco 3 • slides 14 a 18** Caderno • Exercício 3

Observe por que a mesma classe com o mesmo número não significa o mesmo nível de exigência.

Um produto que vai a mais de um mercado é enquadrado mais de uma vez. As três jurisdições do módulo partem da mesma ideia, risco, mas a aplicam de jeitos diferentes.

JURISDIÇÃO	CLASSES	COMO CLASSIFICA
Brasil	I, II, III, IV	22 regras de risco, Anexo I da RDC 751/2022
União Europeia	I, IIa, IIb, III	22 regras de risco, Anexo VIII do MDR
Estados Unidos	I, II, III	Por tipo de produto, em regulamentos por painel (21 CFR Partes 862 a 892)

Regras parecidas, números diferentes

As regras da RDC 751/2022 seguem de perto as do MDR. Por isso, na maior parte dos casos, a Classe IV da Anvisa corresponde à Classe III europeia, e a Classe III da Anvisa, à IIb. É uma orientação útil para comparar, mas não substitui a leitura da regra em cada sistema.

A FDA pensa por tipo de produto

Nos Estados Unidos, o ponto de partida é encontrar o regulamento que descreve o tipo de produto, dentro do painel da especialidade médica (21 CFR Parte 860 trata dos procedimentos). Classe I costuma ser isenta de notificação prévia; Classe II, em geral, passa pelo 510(k), que demonstra equivalência a um predicado (21 CFR Parte 807); Classe III exige PMA (21 CFR Parte 814). Sem tipo de produto nem predicado, o caminho é o De Novo.

QUEM AVALIA

Três avaliadores

No Brasil, a Anvisa. Na UE, o organismo notificado, exceto para a Classe I comum. Nos EUA, a FDA.

EFEITO NO PROJETO

Trilhas paralelas

A mesma evidência precisa atender a três leituras diferentes; divergência de classe vira divergência de cronograma.

IDEIA-CHAVE

Compare a regra e a via, nunca só o número da classe.

CAPÍTULO 5 (CONTINUAÇÃO)

Três sistemas, uma lógica de risco

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 5º a 9º e Anexo I; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII; 21 CFR Parte 860; 21 CFR Parte 807; 21 CFR Parte 814.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Três sistemas, uma lógica de risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

IA no enquadramento: hipótese, não decisão

NA AULA **Parte 2 • Bloco 4 • slides 3 a 10** **Caderno • Exercício 4**

Observe em quais linhas da saída da IA o professor encontra erro.

Ferramentas de IA generativa encurtam a parte braçal da análise: montar tabelas, resumir anexos, comparar jurisdições. Elas não assumem a responsabilidade pela conclusão, e é isso que o avaliador vai cobrar.

Onde a IA ajuda

- Gerar uma primeira hipótese de categoria e classe para orientar a leitura.
- Montar a matriz comparativa entre jurisdições.
- Resumir uma regra longa e apontar as alíneas relevantes.
- Sinalizar onde as jurisdições provavelmente divergem.

Como pedir

Um bom pedido tem cinco partes: papel (especialista técnico e conservador), tarefa (o que decidir), entrada (o produto, com finalidade e alegação), regras (citar a fonte, não inventar número, sinalizar incerteza) e saída (raciocínio passo a passo, tabela e nível de confiança). Funciona ainda melhor quando você cola o texto da regra no próprio pedido, em vez de confiar no que o modelo lembra.

Como validar

RISCO	COMO CONFERIR
Número de regra ou artigo inventado	Abra a norma no artigo citado e leia o texto.
Versão defasada	Confira a vigência: RDC 751/2022 desde 01/03/2023; RDC 830/2023 desde 01/06/2024.
Classes de sistemas misturadas	Verifique se a classe citada é da Anvisa, do MDR ou da FDA.

TRILHA DE AUDITORIA

Registre a ferramenta usada, a data, a fonte oficial conferida e quem assinou a conclusão. Sem isso, ninguém consegue reconstituir a decisão depois.

CAPÍTULO 6 (CONTINUAÇÃO)

IA no enquadramento: hipótese, não decisão

IDEIA-CHAVE

A IA propõe; você confere na fonte oficial, decide e assina.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Arts. 9º e 67; RDC Anvisa 830/2023.

CAPÍTULO 6 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

IA no enquadramento: hipótese, não decisão

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 7

Estudo de caso: do produto à decisão

NA AULA **Parte 2 • Bloco 5 • slides 11 a 16** **Caderno • Exercício 5 (avaliação)**

Observe como cada parte da descrição do produto vira um critério de enquadramento.

O estudo de caso junta tudo: um implantável, com medicamento, avaliado em três jurisdições. Aqui você vê o roteiro de cinco passos funcionando do começo ao fim.

O produto da aula é um stent coronário farmacológico: uma malha metálica que mantém a artéria aberta por suporte mecânico e libera um fármaco que reduz a reestenose. Leia cada parte da descrição como um critério.

Os cinco passos aplicados

- **Finalidade e mecanismo.** Manter o vaso aberto é ação mecânica; o fármaco ajuda, com ação complementar.
- **Categoria.** Dispositivo médico com substância medicamentosa incorporada.
- **Brasil.** Implantável em contato com artéria coronária, que integra o sistema circulatório central (Art. 4º, XLI): Regra 8. Substância de ação complementar: Regra 14. Ambas levam à Classe IV.
- **União Europeia.** As Regras 8 e 14 do Anexo VIII levam à Classe III, e o organismo notificado consulta a autoridade de medicamentos sobre a substância.
- **Estados Unidos.** É produto combinado. O modo de ação principal é o do dispositivo (21 CFR Parte 3, 3.2(m)), por isso o centro de dispositivos lidera a análise (3.4), e a via é a PMA.

JURISDIÇÃO	CLASSE	O QUE SUSTENTA
Brasil	IV	Regras 8 e 14
União Europeia	III	Regras 8 e 14
Estados Unidos	III	Produto combinado, PMA

PARA O EXERCÍCIO E5

Você vai aplicar o mesmo roteiro a outro produto, de uso transitório e fora do sistema circulatório central. Releia as definições de duração de uso e de sistema circulatório central antes de começar.

CAPÍTULO 7 (CONTINUAÇÃO)

Estudo de caso: do produto à decisão

IDEIA-CHAVE

A categoria converge; classe e via divergem. O que sustenta tudo é o mecanismo de ação principal.

Fonte: RDC Anvisa 751/2022, Art. 4º, XLI, e Anexo I, Regras 8 e 14; Regulamento (UE) 2017/745, Anexo VIII; 21 CFR Parte 3, 3.2(m) e 3.4; 21 CFR Parte 814.

CAPÍTULO 7 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Estudo de caso: do produto à decisão

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 8

Glossário do módulo

Classe de risco

Grau de risco do dispositivo, de I (baixo) a IV (máximo) na Anvisa, que define o regime de regularização.

Finalidade pretendida

O uso a que o fabricante destina o produto. É sobre ela que as regras de classificação se aplicam.

Dispositivo implantável

Introduzido totalmente no corpo, ou que substitui superfície epitelial ou ocular, e que permanece após a intervenção.

Sistema circulatório central

Lista fechada de vasos definida na RDC 751/2022, que inclui aorta, artérias e veias coronárias e veias cavas.

SaMD

Software que é dispositivo médico por si só, sem integrar um equipamento.

Ação complementar

Efeito da substância que ajuda o dispositivo, sem ser o meio principal pelo qual a finalidade é atingida.

IVD

Dispositivo para diagnóstico in vitro, que analisa amostras do corpo humano. No Brasil, segue a RDC 830/2023.

Produto fronteira

Produto com características de mais de uma categoria, até a Anvisa decidir o enquadramento.

Organismo notificado

Entidade designada na União Europeia para avaliar a conformidade de dispositivos fora da Classe I comum.

510(k), De Novo e PMA

Vias da FDA: equivalência a um predicado, produto novo sem predicado e aprovação pré-mercado de Classe III.

PMOA

Modo de ação principal de um produto combinado na FDA; define o centro que lidera a análise.

CAPÍTULO 9

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que dois produtos de aparência igual podem ter classes diferentes? *(Cap. 1)*

2. Que pergunta você faz sobre a localização de um implantável antes de decidir entre Classe III e IV? *(Cap. 2)*

3. Um software de agenda de consultas e um software que sugere dose de insulina: o que muda no enquadramento? *(Cap. 2)*

4. Como você explicaria a um colega por que um kit de reagentes não se classifica pela RDC 751/2022? *(Cap. 3)*

5. Em que situação a alegação do rótulo pesa mais do que o mecanismo de ação? *(Cap. 4)*

6. Por que comparar só o número da classe entre Anvisa, MDR e FDA leva a erro? *(Cap. 5)*

CAPÍTULO 9 (CONTINUAÇÃO)

Para revisar

7. Quais três conferências você faria antes de aceitar uma classe sugerida por uma IA? *(Cap. 6)*

8. No estudo de caso, o que converge e o que diverge entre as três jurisdições, e por quê? *(Cap. 7)*

HSC | GLOBAL

HSC Academy • Domínio Regulatório com IA

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

www.hscglobalgroup.com