

		HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVERA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION MONITORES MULTIPARAMETROS						Carpeta N° 537	
TIPO MANTENCION:		PREVENTIVA		Servicio:		Hemato Oncología Adulto	
				Marca:		Nihon Kohden	
Modelo:		PVM-4763K		N° Inventario:		2-121692	
N° de Serie:		2731		Fecha:			
Lista de chequeo							
Items:		Estado			OBSERVACIONES		
Inspección física		Pasa	Falla	N/A			
Estado carcasa							
Estado manillas y seguros							
Estado cable alimentación/fuente de poder externa							
Estado pantalla							
Estado teclado							
Revisión general y accesorios		Pasa	Falla	N/A			
Revisión cables ECG, e interface							
Revisión sensor SPO2, e interface							
Revisión Manguito de PNI							
Estado batería							
Revisión de funcionamiento		Pasa	Falla	N/A			
Equipo realiza secuencia de encendido							
Verificar hora y fecha							
Verificar alarmas luminosa y sonora							
Equipo muestra correctamente curva ECG							
Equipo muestra correctamente curva SPO2							
Control de parámetros con simulador ECG				Seguridad eléctrica			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
60 BPM $\pm$ 3%				Corriente de fuga a chasis $\leq$ 500uA			
120 BPM $\pm$ 5%				Corriente de fuga a tierra $\leq$ 500uA			
180 BPM $\pm$ 5%				Resistencia a tierra $\leq$ 0,5 Ω			
Control de parámetros con simulador SPO2				Control de parámetros PNI			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
90% O2 $\pm$ 2%				120/80 $\pm$ 5 35/15 $\pm$ 3 (Neonatal)			
95% O2 $\pm$ 2%				150/100 $\pm$ 5 70/40 $\pm$ 3 (Neonatal)			
100% O2 $\pm$ 5%				200/150 $\pm$ 5			
Actividades de mantenimiento preventivo				Estado final del equipo			
Actividad	Realizado					SI	NO
Limpieza general del equipo				Equipo operativo			
Prueba final de funcionamiento							
Nombre y Firma Técnico Ejecutor				Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma VºBº Profesional Servicio Clínico	