

		HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION OXIMETROS DE PULSO						Carpeta N° 330	
TIPO MANTENCION:		PREVENTIVA		Marca:		Masimo	
Modelo:		R7		N° Inventario:		2-110796	
N° de Serie:		225507		Fecha:			
Lista de chequeo							
Items:		Estado			OBSERVACIONES		
Inspección física		Pasa	Falla	N/A			
Estado carcasa							
Estado manillas y seguros							
Estado cable alimentación							
Estado pantalla							
Revisión teclado							
Revisión general y accesorios		Pasa	Falla	N/A			
Revisión sensor SPO2, e interface							
Revisión alarmas visuales y audibles							
Estado batería							
Revisión de funcionamiento		Pasa	Falla	N/A			
Equipo realiza secuencia de encendido							
Equipo realiza secuencia de prueba							
Verificar hora y fecha							
Verificar alarmas luminosa y sonora							
Equipo muestra correctamente valor SPO2							
Control de parámetros con simulador SPO2				Seguridad eléctrica			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
90% O2 ± 2%				Corriente de fuga a chasis ≤ 500uA			
95% O2 ± 2%				Corriente de fuga a tierra ≤ 500uA			
99% O2 ± 2%				Resistencia a tierra ≤ 0,5Ω			
Actividades de mantenimiento preventivo				Estado final del equipo			
Actividad	Realizado					SI	NO
Limpieza general del equipo				Equipo operativo			
Prueba final de funcionamiento							
Nombre y Firma Tecnico Ejecutor		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico			Nombre y Firma VºBº Profesional Servicio Clínico		