



HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Subdepartamento Equipamiento Clínico



REPORTE TECNICO

Carpeta

85

MANTENCION DESFIBRILADORES

TIPO DE MANTENCION:

PREVENTIVA

Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)

Servicio: UPC 3er Piso

N° Inventario: 2-120768

Equipo: Desfibrilador

N° Serie 03249

Marca: Nihon Kohden

Modelo: TEC 5531E

Fecha

Lista de chequeo

Items:	Estado			OBSERVACIONES
	Pasa	Falla	N/A	
Inspección física				
Estado carcasa				
Estado manillas y seguros				
Estado cable alimentación				
Estado de pantalla				
Estado teclado				
Revisión general y accesorios	Pasa	Falla	N/A	
Revisión de paletas externas				
Revisión energía de prueba, carga < 15 seg.				
Revisión cables ECG				
Revisión sensor SPO2 (opcional)				
Revisión energía descarga con simulador				
Estado batería				
Revisión de funcionamiento	Pasa	Falla	N/A	
Equipo realiza secuencia de encendido				
Equipo realiza secuencia de prueba				
Verificar hora y fecha				
Todas las alarmas funcionan				
Equipo muestra correctamente curva ECG				
Equipo muestra correctamente curva SPO2 (opcional)				
Control de parámetros con simulador ECG			Seguridad eléctrica	
Valor programado	Pasa Falla		Variable	Pasa Falla
60 BPM $\pm$ 5%	I		Corriente de fuga a chasis $\leq$ 500uA	I
120 BPM $\pm$ 5%	I		Corriente de fuga a tierra $\leq$ 500uA	I
180 BPM $\pm$ 5%	I		Resistencia a tierra $\leq$ 0,5 Ω	I

Actividades de mantenimiento preventivo

Estado final del equipo

Actividad	Realizado	Equipo operativo	
Limpieza general del equipo		SI	NO
Prueba final de funcionamiento			

Nombre y Firma Técnico Ejecutor

Nombre y Firma Jefe Subdepartamento
Equipamiento Clínico

Nombre y Firma V°B° Profesional
Servicio Clínico