

		HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico				
REPORTE TECNICO					Carpeta	85
MANTENCION DESFIBRILADORES						
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA		Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)		
Servicio:	UPC 3er Piso			Nº Inventario:	2-120768	
Equipo:	Desfibrilador			Nº Serie	03249	
Marca:	Nihon Kohden		Modelo:	TEC 5531E	Fecha	
Lista de chequeo						
Items:		Estado			OBSERVACIONES	
Inspección física		Pasa	Falla	N/A		
Estado carcasa						
Estado manillas y seguros						
Estado cable alimentación						
Estado de pantalla						
Estado teclado						
Revisión general y accesorios		Pasa	Falla	N/A		
Revisión de paletas externas						
Revisión energía de prueba, carga < 15 seg.						
Revisión cables ECG						
Revisión sensor SPO2 (opcional)						
Revisión energía descarga con simulador						
Estado batería						
Revisión de funcionamiento		Pasa	Falla	N/A		
Equipo realiza secuencia de encendido						
Equipo realiza secuencia de prueba						
Verificar hora y fecha						
Todas las alarmas funcionan						
Equipo muestra correctamente curva ECG						
Equipo muestra correctamente curva SPO2 (opcional)						
Control de parámetros con simulador ECG		Seguridad eléctrica				
Valor programado	Pasa Falla	Variable		Pasa Falla		
60 BPM ± 5%	I	Corriente de fuga a chasis ≤ 500uA		I		
120 BPM ± 5%	I	Corriente de fuga a tierra ≤ 500uA		I		
180 BPM ± 5%	I	Resistencia a tierra ≤ 0,5Ω		I		
Actividades de mantenimiento preventivo			Estado final del equipo			
Actividad	Realizado			SI	NO	
Limpieza general del equipo		Equipo operativo				
Prueba final de funcionamiento						
Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma VºBº Profesional Servicio Clínico		