

 Gobierno de Chile		HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION INCUBADORAS				Carpeta N°	41		
TIPO MANTENCION REALIZADA:		PREVENTIVA		Servicio: Neonatología			
Modelo: CALEO				Marca: DRAGER			
N° de Serie: ASJL-0013				N° Inventario: 2-115786			
				Fecha:			
Lista de chequeo semestral							
Items:		Estado			Observaciones		
		Pasa	Falla	N/A			
Grupo Motor (actividad semestral):							
Estado cable de poder, enchufe y aislación							
Estado interruptor de poder							
Estado modulo de control							
Estado sensor de aire y piel							
Estado calefactor							
Limpieza grupo motor							
Cambio microfiltro de aire							
Estado celdas de O2							
Cuerpo:		Pasa	Falla	N/A			
Estado estructura							
Estado colchoneta							
Estado balanza							
Estado bandeja principal							
Estado estanque de humedad							
Estado filtro limitador de oxigeno							
Estado seguro de cúpula							
Estado de las ruedas							
Estado porta suero							
Cúpula:		Pasa	Falla	N/A			
Estado puertas							
Estado pestillo							
Estado pared							
Control de parámetros:		Seguridad eléctrica:					
Variable	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	
T1-T3 Convección ± 2%				Corriente de fuga a chasis ≤ 500uA			
T2 Radiante ± 2%				Resistencia a tierra ≤ 0,5Ω			
T4 Conducción ± 2%				Corriente fuga a tierra ≤ 500uA			
Humedad relativa				Prueba final de funcionamiento			
Nivel de ruido < 65 dB				Equipo Operativo	SI	NO	
Flujo de aire < 0,25 m/seg							
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma VºBº Profesional Servicio Clínico	