

		HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento de Equipamiento Clínico					
REPORTE TECNICO					Carpeta N°		
MANTENCION MAQUINA DE DIALISIS					8		
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA		Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)			
Servicio:		UPC Adulto			Nº Serie:		
Equipo:		Máquina Diálisis			8VCAJN39		
Marca:		Fresenius		Nº Inventario:			
		Modelo:		4008B(s)			
		Fecha:					
Lista de chequeo							
Items:		Estado			OBSERVACIONES		
Pruebas de seguridad		Pasa Falla N/A					
Estado Mecánico y Físico							
Prueba de Seguridad Eléctricas							
Alarmas Acústica y Luminosa							
Hermeticidad							
Pruebas hidráulicas		Pasa Falla N/A					
Presiones de entrada agua (según periodicidad)							
Presión de carga (según periodicidad)							
Presión negativa (según periodicidad)							
Presión de cámara de balance a 800 ml/m (según periodicidad)							
Control de flujo de líquido de diálisis (según periodicidad)							
Presión del líquido de diálisis (según periodicidad)							
Sistemas de ultra filtración y Bombas de Membrana		Pasa Falla N/A					
bomba 60 carreras 60 ml ± 0,5 ml (según periodicidad)							
Volumenes medios de cámara de balance (según periodicidad)							
Comprobar volumen de bomba de concentrado (según periodicidad)							
Comprobar volumen de bomba de bicarbonato (según periodicidad)							
Funcionamiento en modo de Diálisis		Pasa Falla N/A					
Temperatura 37 ° C ± 0,5 ° C (según periodicidad)							
Conductividad según valor de refencia en mS/cm (según periodicidad)							
Actividades de mantenimiento preventivo							
Actividad		Realizado		N/A		OBSERVACIONES	
Limpieza de filtros aire							
Limpieza general de la estructura							
Limpieza interna							
Cambio de tubos contaminados o deteriorados							
Revisión de filtro de entrada de agua							
Estado final del equipo (marcar con X)		Equipo Operativo					
		Equipo Fuera de Servicio					
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico Subdepartamento de Equipamiento Clínico			Nombre y Firma Jefe Subdepartamento de Equipamiento Clínico		