

	HOSPITAL DOCTOR HERNÁN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento de Equipamiento Clínico			
REPORTE TECNICO				Carpeta N° 8
MANTENCION MAQUINA DE DIALISIS				
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA	Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)	
Servicio:	UPC Adulto			N° Serie: 8VCAJN39
Equipo:	Máquina Diálisis			N° Inventario: 2-113999
Marca:	Fresenius		Modelo: 4008B(s)	Fecha:
Lista de chequeo				
Items:		Estado		OBSERVACIONES
Pruebas de seguridad		Pasa	Falla	N/A
Estado Mecánico y Físico				
Prueba de Seguridad Eléctricas				
Alarmas Acústica y Luminosa				
Hermeticidad				
Pruebas hidráulicas		Pasa	Falla	N/A
Presiones de entrada agua (según periodicidad)				
Presión de carga (según periodicidad)				
Presión negativa (según periodicidad)				
Presión de cámara de balance a 800 ml/m (según periodicidad)				
Control de flujo de liquido de diálisis (según periodicidad)				
Presión del líquido de diálisis (según periodicidad)				
Sistemas de ultra filtración y Bombas de Membrana		Pasa	Falla	N/A
bomba 60 carreras 60 ml ± 0,5 ml (según periodicidad)				
Volumenes medios de cámara de balance (según periodicidad)				
Comprobar volumen de bomba de concentrado (según periodicidad)				
Comprobar volumen de bomba de bicarbonato (según periodicidad)				
Funcionamiento en modo de Diálisis		Pasa	Falla	N/A
Temperatura 37 ° C ± 0,5 ° C (según periodicidad)				
Conductividad según valor de refencia en mS/cm (según periodicidad)				
Actividades de mantenimiento preventivo				
Actividad		Realizado	N/A	OBSERVACIONES
Limpieza de filtros aire				
Limpieza general de la estructura				
Limpieza interna				
Cambio de tubos contaminados o deteriorados				
Revisión de filtro de entrada de agua				
Estado final del equipo (marcar con X)		Equipo Operativo		
		Equipo Fuera de Servicio		
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico Subdepartamento de Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento de Equipamiento Clínico