

 Gobierno de Chile		HOSPITAL DR. HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico			
REPORTE TECNICO					
MANTENCION INCUBADORAS				Carpeta N°	41
TIPO MANTENCION REALIZADA:		PREVENTIVA		Servicio: Neonatología	
Modelo: CALEO				Marca: DRAGER	
N° de Serie: ASJL-0013				N° Inventario: 2-115786	
				Fecha:	
Lista de chequeo trimestral					
Actividades:		Realizado		Observaciones	
		SI	NO		
Limpieza grupo motor					
Cambio microfiltro de aire					
Verificar estado de ruedas					
Prueba final de funcionamiento					
Estado final del equipo					
Equipo Operativo				SI	NO
Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico	