

 Gobierno de Chile	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico	 Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena					
REPORTE TECNICO							
MANTENCION MONITORES MULTIPARAMETROS		Carpeta N° 537					
TIPO MANTENCION:	PREVENTIVA	Servicio: Hemato Oncología Adulto					
		Marca: Nihon Kohden					
Modelo:	PVM-4763K	N° Inven 2-121692					
N° de Serie:	2731	Fecha:					
Lista de chequeo							
Items:	Estado			OBSERVACIONES			
Inspección física	Pasa	Falla	N/A				
Estado carcasa							
Estado manillas y seguros							
Estado cable alimentación/fuente de poder externa							
Estado pantalla							
Estado teclado							
Revisión general y accesorios	Pasa	Falla	N/A				
Revisión cables ECG, e interface							
Revisión sensor SPO2, e interface							
Revisión Manguito de PNI							
Estado batería							
Revisión de funcionamiento	Pasa	Falla	N/A				
Equipo realiza secuencia de encendido							
Verificar hora y fecha							
Verificar alarmas luminosa y sonora							
Equipo muestra correctamente curva ECG							
Equipo muestra correctamente curva SPO2							
Control de parámetros con simulador ECG				Seguridad eléctrica			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
60 BPM ± 3%				Corriente de fuga a chasis ≤ 500uA			
120 BPM ± 5%				Corriente de fuga a tierra ≤ 500uA			
180 BPM ± 5%				Resistencia a tierra ≤ 0,5Ω			
Control de parámetros con simulador SPO2				Control de parámetros PNI			
Valor programado	Pasa	Falla	N/A	Variable	Pasa	Falla	N/A
90% O2 ± 2%				120/80 ± 5 35/15 ± 3 (Neonatal)			
95% O2 ± 2%				150/100 ± 5 70/40 ± 3 (Neonatal)			
100% O2 ± 5%				200/150 ± 5			
Actividades de mantenimiento preventivo				Estado final del equipo			
Actividad	Realizado				SI	NO	
Limpieza general del equipo				Equipo operativo			
Prueba final de funcionamiento							
Nombre y Firma Técnico Ejecutor				Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico	