

	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA Subdepartamento Equipamiento Clínico							
REPORTE TECNICO					Carpeta N°	177		
MANTENCION VENTILADORES MECANICOS								
TIPO DE MANTENCION:		PREVENTIVA		Si no corresponde por tipo de equipo, se debe indicar N/A (no aplica)				
Servicio:		UPC Pediátrica			N° Serie:		YH830-V24C35011	
Equipo:		Ventilador Mecánico			N° Inventario:		2-134627	
Marca:		Yuwell		Modelo:		YH-830		
				Fecha:				
Lista de chequeo								
Items:				Estado		OBSERVACIONES		
Calibraciones				Pasa	Falla	N/A		
Parámetros biomédicos: presión, flujo y volumen								
Verificación FIO2								
Pruebas de seguridad				Pasa	Falla	N/A		
Estado batería								
Estado seguridad eléctrica								
Verificar alarmas acustica y luminosa								
Verificar hermeticidad interna del equipo								
Pruebas de funcionalidad óptimas				Pasa	Falla	N/A		
Auto chequeo								
Actividades de mantenimiento preventivo								
Actividad				Realizado	N/A	OBSERVACIONES		
Verificación historial de errores								
Limpieza general del equipo								
Verificación versión del software								
Verificación estado de filtro de aire exterior								
Verificación estado de filtro de oxígeno								
	Estado final del equipo	Equipo operativo						
		Equipo fuera de servicio						
Nombre Empresa Convenio/Nombre y Firma Técnico Ejecutor		Nombre y Firma Técnico de Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma Jefe Subdepartamento Equipamiento Clínico		Nombre y Firma V°B° Profesional Servicio Clínico		