# FORMATO DE MANTENIMIENTO

**REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO**
**OPTICALIA JADE**
**NIT: 901005181-6**

| INSTITUCION | OPTICALIA JADE | DEPENDENCIA | CONSULTORIO #1 |
|---|---|---|---|

| EQUIPO | AUTOQUERATOMETRO | MARCA | VIEW-LIGTH | MODELO | RK-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | K1PGB2I | INVENTARIO | NR | CODIGO | NR |

| FECHA | 13/07/2025 | REPORTE | MAN-001 |
|---|---|---|---|

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| PREVENTIVO | X | CORRECTIVO | | GARANTIA | | CORTESIA | | OTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS) | | | |
|---|---|---|---|
| POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 50 | POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |

**DAÑO REPORTADO**

NINGUNO

**RUTINA DE MANTENIMIENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICAR ALINEACION DEL SISTEMA OPT | si | REVISAR PANTALLA Y FUNCIONAMIENTO DE BONOTES O PANEL TACTIL | si | VERIFICAR CONEXIONES ELECTRICAS Y DE DATOS | SI |
| LIMPIAR LENTES Y SENSORES CON PAÑO SIN PELUSA | si | COMPROBAR MOVIMIENTO MOTORIZADO DEL CABEZAL | si | AJUSTE DEL EQUIPO INTERNAMENTE | NO |
| INSTALACION DE REPUESTOS | NO | EJECUTAR PRUEBA DE MEDICION | SI | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS**

| CANTIDAD | REFERENCIA | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO | SI | |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
ELIDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3579

FIRMA CLIENTE