# FORMATO DE MANTENIMIENTO

**REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO**
**OPTICALIA JADE**
**NIT: 901005181-6**

| INSTITUCION | OPTICALIA JADE | DEPENDENCIA | CONSULTORIO #1 |
|---|---|---|---|

| EQUIPO | UNIDAD OFTALMOLOGICA | MARCA | ADLER | MODELO | NR |
|---|---|---|---|---|---|
| SERIE | NR | INVENTARIO | NR | CODIGO | NR |

| FECHA | 13/07/2025 | REPORTE | MAN-005 |
|---|---|---|---|

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| PREVENTIVO | X | CORRECTIVO | | GARANTIA | | CORTESIA | | OTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)**

| POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 90 | POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
|---|---|---|---|

**DAÑO REPORTADO**

NINGUNO

**RUTINA DE MANTENIMIENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (LUZ,TOMA, | SI | LUBRICAR PIEZAS MOVILES DEL BRAZO DE SOPORTE. | SI | REVISAR ESTABILIDAD DE LA BASE Y | SI |
| REVISAR PEDAL DE CONTROL Y BOTONES | SI | COMPROBAR INTEGRIDAD DE CABLES DE CORRIENTE, FOROPTER SILLA. | SI | COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA: ELEVACION Y RECLINCACION | SI |
| INSTALACION DE REPUESTOS | NO | AJUSTE INTERNO DEL EQUIPO | NO | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS**

| CANTIDAD | REFERENCIA | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO | SI | |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
EIDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3379

FIRMA CLIENTE