FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	**OPTICALIA JADE**	**DEPENDENCIA**	**CONSULTORIO #3**

EQUIPO	UNIDAD OFTALMOLOGICA	**MARCA**	VIEW-LIGTH	**MODELO**	MOZZART
SERIE	2VS1607172	**INVENTARIO**	NR	**CODIGO**	NR

FECHA	13/07/2025	**REPORTE**	**MAN-008**

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	120	**POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	

DAÑO REPORTADO

EQUIPO NO CUENTA CON CORRIENTE

NO REALIZA SU FUNCION

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (LUZ,TOMA,	SI	LUBRICAR PIEZAS MOVILES DEL BRAZO DE SOPORTE.	SI	REVISAR ESTABILIDAD DE LA BASE Y	NO
REVISAR PEDAL DE CONTROL Y BOTONES	SI	COMPROBAR INTEGRIDAD DE CABLES DE CORRIENTE, FOROPTER SILLA.	SI	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA: ELEVACION Y RECLINCACION	NO
INSTALACION DE REPUESTOS	NO	AJUSTE INTERNO DEL EQUIPO	NO		

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR
3	FUSIBLES	10A / 250V	

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

SE REALIZA CAMBIO DE FUSIBLE EN LA PARTE PRINCIPAL DE LA ENTRADA AC, SE REVISA LA FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO Y SE REQUIERE DE UN COMPONENTE ELECTRONICO PARA ACTIVAR LOS MOTORES QUE GENERA LOS MOVIMIENTOS NECESARIO PARA EL EQUIPOS.

EL EQUIPO SE ENCUENTRA FUNCIONAL, SE REQUIERE DEL COMPONENTE PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA

FIRMA CLIENTE