# FORMATO DE MANTENIMIENTO

**REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO**
**OPTICALIA JADE**
**NIT: 901005181-6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INSTITUCION** | **OPTICALIA JADE** | **DEPENDENCIA** | **CONSULTORIO #3** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **EQUIPO** | KIT DE DIAGNOSTICO | **MARCA** | WELCH ALLYN | **MODELO** | GS-777 |
| **SERIE** | NR | **INVENTARIO** | NR | **CODIGO** | NR |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA** | 13/07/2025 | **REPORTE** | **MAN-013** |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVENTIVO | X | CORRECTIVO | | GARANTIA | | CORTESIA | | OTRO | |

**TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | 40 | **POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | |

**DAÑO REPORTADO**

NINGUNO

**RUTINA DE MANTENIMIENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICAR INTENSIDAD DE LUZ EN OFTALMOSCOPIO Y RETINOSCOPIO | SI | LIMPIAR LENTES Y ESPEJOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO | SI | PROBAR SELECTOR DE APERTURA Y FILTROS | NO |
| COMPROBAR CARGA O ESTADO DE BATERIAS RECARGABLES | SI | REVISAR INTEGRIDAD DE MANGOS Y ACCESORIOS | SI | AJUSTE DEL EQUIPO | NO |
| INSTALACION DE REPUESTOS | NO | | | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS**

| CANTIDAD | REFERENCIA | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO** | SI | |

**OBSERVACIONES**

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA

FIRMA CLIENTE