FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	LABORATORIO

EQUIPO	MAQUINA RANUDADORA	MARCA	ANDRU	MODELO	NH-800 / NHC-800
SERIE	21070320724	INVENTARIO	NR	CODIGO	NR

FECHA	13/07/2025	REPORTE	MAN-014

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	60	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR PRECISION DEL SISTEMA DE RANURADO/PERFORADO	si	LUBRICAR GUIAS DE DESPLAZAMIENTO	si	INSPECCIONAR PRESION DE SUJECION	no
LIMPIAR RESIDUOS DE POLICARBONATO O ACRILICO	si	PROBAR DIFERENTES GROSORES DE LENTE	si	AJUSTE DEL EQUIPO	no
INSTALACION DE REPUESTOS	NO				

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA
EDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3577

FIRMA CLIENTE