FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	LABORATORIO

EQUIPO BISELADORA AUTOMATICA **MARCA** JINGONG **MODELO** SJG-800

SERIE 2208051 **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	13/07/2025	REPORTE	MAN-015

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	60	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

CALIBRAR SISTEMA DE CORTE Y BISEL	si	LIMPIAR RESTOS DE MATERIAL CON AIRE A PRESION O PAÑO HUMEDO	si	COMPROBAR NIVEL DE AGUA DE	SI
VERIFICAR AFILADO DE DISCOS O MUELAS	si	PROBAR LECTURA AUTOMATICA DEL CONTORNO	si	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PANEL TACTIL	SI
INSTALACION DE REPUESTOS.	NO	AJUSTE DEL EQUIPO.	NO		

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00975

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA

FIRMA CLIENTE