# FORMATO DE MANTENIMIENTO

**REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO**
**OPTICALIA JADE**
**NIT: 901005181-6**

| INSTITUCION | OPTICALIA JADE | DEPENDENCIA | LABORATORIO |
|---|---|---|---|

**EQUIPO** CORTADORA **MARCA** HAND EDGER **MODELO** NR

**SERIE** NR **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

| FECHA | 13/07/2025 | REPORTE | MAN-017 |
|---|---|---|---|

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| PREVENTIVO | X | CORRECTIVO | | GARANTIA | | CORTESIA | | OTRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)**

| POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 60 | POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |
|---|---|---|---|

**DAÑO REPORTADO**

NINGUNO

**RUTINA DE MANTENIMIENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICAR AFILADO DE LA CUCHILLA O DISCO | SI | REVISAR SISTEMA DE SUJECION DE LA LENTE O MONTURA | SI | VERIFICAR PROTECCION DE SEGURIDAD Y PAROS DE EMERGENCIA | SI |
| LIMPIAR RESTOS DE CORTE | SI | PROBAR MOVIMIENTOS AUTOMATICOS | SI | AJUSTE DEL EQUIPO | NO |
| INSTLACION DE REPUESTOS | NO | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

**REPUESTOS UTILIZADOS**

| CANTIDAD | REFERENCIA | DETALLE | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO | SI | |
|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
EDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.R. 3370

FIRMA CLIENTE