FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	LABORATORIO

EQUIPO CALENTADOR DE MONTURAS **MARCA** RITABIITY **MODELO** NR

SERIE NR **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	13/07/2025	REPORTE	MAN-019

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR TEMPERATURA MAXIMA ALCANZADA	SI	REVISAR FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR O CONTROL DE	SI	INSTALACION DE REPUESTOS	NO
COMPROBAR DISTRIBUCION DEL CALOR	SI	INSPECCIONAR BOQUILLAS Y VENTILADORES(SI ES TIPO SOPLADOR)	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA

FIRMA CLIENTE