FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	**OPTICALIA JADE**	**DEPENDENCIA**	**LABORATORIO**

EQUIPO PULIDORA AUTOMATICA **MARCA** NR **MODELO** LY-900

SERIE NR **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	13/07/2025	**REPORTE**	**NA**

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	
	X								

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)			
POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	20	**POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR ESTADO DE LOS DISCO DE PULIDO	SI	LUBRICAR PARTES MOVILES (SEGUN MANUAL)	SI	PROBAR DIFERENTES VELOCIDADES O MODOS	SI
LIMPIAR RESIDUOS ACUMULADOS DE LENTES	SI	COMPROBAR SISTEMA DE AGUA (SI APLICA)	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO
INSTALACION DE REPUESTOS	NO				

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

SE REALIZA REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EQUIPO NUEVO AUN CUENTA CON GARANTIA

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA

FIRMA CLIENTE