FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	**OPTICALIA JADE**	**DEPENDENCIA**	**CONSULTORIO #3**

EQUIPO SCANER BIOMETRICO **MARCA** ALCON **MODELO** OCUSCAN RXP

SERIE 0902352301X **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	7/14/2025	**REPORTE**	**MAN-020**

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	
	X								

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30	**POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

CALIBRAR LENTE O SENSOR CCD	SI	VERIFICAR LECTURA CORRECTA DEL CONTORNO DE LA MONTURA O CORNEA	SI	VERIFICAR DRIVERS Y ESTADO DE ACTUALIZACION DEL FIRMWARE	SI
LIMPIAR SUPERFICIE DE ESCANEO	SI	PROBAR CONECTIVIDAD CON PC O SOFTWARE ASOCIADO	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO
INSTALACION DE REPUESTOS	NO				

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
EDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3572

FIRMA CLIENTE