FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	CONSULTORIO #1

EQUIPO AUTOQUERATOMETRO **MARCA** VIEW-LIGTH **MODELO** RK-11

SERIE K1PGB2I **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	16/12/2025	REPORTE	MAN-0101

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	50	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR ALINEACION DEL SISTEMA OPT	si	REVISAR PANTALLA Y FUNCIONAMIENTO DE BONOTES O PANEL TACTIL	si	VERIFICAR CONEXIONES ELECTRICAS Y DE DATOS	SI
LIMPIAR LENTES Y SENSORES CON PAÑO SIN PELUSA	si	COMPROBAR MOVIMIENTO MOTORIZADO DEL CABEZAL	si	AJUSTE DEL EQUIPO INTERNAMENTE	NO
INSTALACION DE REPUESTOS	NO	EJECUTAR PRUEBA DE MEDICION	SI		

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
ELIDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3579

FIRMA CLIENTE