FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	**OPTICALIA JADE**	**DEPENDENCIA**	**CONSULTORIO #3**

EQUIPO	KIT DE DIAGNOSTICO	**MARCA**	WELCH ALLYN	**MODELO**	GS-777
SERIE	NR	**INVENTARIO**	NR	**CODIGO**	NR

FECHA	16/12/2025	**REPORTE**	**MAN-0130**

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	40	**POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR INTENSIDAD DE LUZ EN OFTALMOSCOPIO Y RETINOSCOPIO	SI	LIMPIAR LENTES Y ESPEJOS CON ALCOHOL ISOPROPILICO	SI	PROBAR SELECTOR DE APERTURA Y FILTROS	NO
COMPROBAR CARGA O ESTADO DE BATERIAS RECARGABLES	SI	REVISAR INTEGRIDAD DE MANGOS Y ACCESORIOS	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO
INSTALACION DE REPUESTOS	NO				

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA

FIRMA CLIENTE