FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	LABORATORIO

EQUIPO CORTADORA **MARCA** HAND EDGER **MODELO** NR

SERIE NR **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	16/12/2025	REPORTE	MAN-0171

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	60	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR AFILADO DE LA CUCHILLA O DISCO	SI	REVISAR SISTEMA DE SUJECION DE LA LENTE O MONTURA	SI	VERIFICAR PROTECCION DE SEGURIDAD Y PAROS DE EMERGENCIA	SI
LIMPIAR RESTOS DE CORTE	SI	PROBAR MOVIMIENTOS AUTOMATICOS	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO
INSTLACION DE REPUESTOS	NO				

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
EDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.R. 3370

FIRMA CLIENTE