FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	LABORATORIO

EQUIPO PROBADOR FOTOCROMATICO **MARCA** ANDRU **MODELO** LG-828

SERIE 18121410123 **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	16/12/2025	REPORTE	MAN-0181

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

COMPROBAR ENCENDIDO Y TIEMPO DE EXPOSICION UV	SI	VERIFICAR TIEMPO DE REACCION DEL FOTOCROMATICO	SI	INSTALACION DE REPUESTOS	NO
LIMPIAR SUPERFICIE DE PRUEBA	SI	INSPECCIONAR CABLEADO ELECTRICO	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA

FIRMA CLIENTE