FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	**OPTICALIA JADE**	**DEPENDENCIA**	**LABORATORIO**

EQUIPO CALENTADOR DE MONTURAS **MARCA** RITABIITY **MODELO** NR

SERIE NR **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	16/12/2025	**REPORTE**	**MAN-0191**

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO		CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	
	X								

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30	**POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR TEMPERATURA MAXIMA ALCANZADA	SI	REVISAR FUNCIONAMIENTO DE TEMPORIZADOR O CONTROL DE	SI	INSTALACION DE REPUESTOS	NO
COMPROBAR DISTRIBUCION DEL CALOR	SI	INSPECCIONAR BOQUILLAS Y VENTILADORES(SI ES TIPO SOPLADOR)	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA

FIRMA CLIENTE