FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	**OPTICALIA JADE**	**DEPENDENCIA**	**LABORATORIO**

EQUIPO	PERFORADORA DE LENTES	**MARCA**	NR	**MODELO**	CP-24B
SERIE	NR	**INVENTARIO**	NR	**CODIGO**	NR

FECHA	16/12/2025	**REPORTE**	**NA**

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	30	**POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO**	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR PRECISION DEL SISTEMA DE RANURADO/PERFORADO	SI	LUBRICAR GUIAS DE DESPLAZAMIENTO	SI	INSPECCIONAR PRESION DE SUJECION	SI
LIMPIAR RESIDUOS DE POLICARBONATO O ACRILICO	SI	PROBAR DIFERENTES GROSORES DE LENTE	SI	AJUSTE DEL EQUIPO	NO
INSTALACION DE REPUESTOS	NO				

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

SE REALIZA REVISION DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, EQUIPO NUEVO AUN CUENTA CON GARANTIA

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA

FIRMA CLIENTE