FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	CONSULTORIO #1

EQUIPO LAMPARA DE HENDIDURA **MARCA** OPHTHALMIC SLIT LAMP **MODELO** LS-4

SERIE 21201043025 **INVENTARIO** NR **CODIGO** NR

FECHA	18/12/2025	REPORTE	MAN-0301

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	80	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

LIMPIAR LENTES DEL SISTEMA OPTICO Y ESPEJOS	SI	AJUSTE ENFOQUE Y MOVIMIENTOS DEL BRAZO DE LA LAMPARA	SI	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL JOYSTICK Y BASE	SI
REVISAR INTENSIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LA LAMPARA HALOGENA /LED	SI	LUBRICAR GUIAS Y TORNILLOS DE MOVIMIENTO	SI	COMPROBAR ESTADO DE FILTROS (CALOR, AZUL, ND)	SI
INSPECCIONAR CABLEADO DE ALIMENTACION.	SI	INSTALACION DE REPUESTOS.	NO	AJUSTE DEL EQUIPO INTERNAMENTE	NO

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 000979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA

FIRMA CLIENTE