FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	CONSULTORIO #1

EQUIPO	FOROPTER	MARCA	ADLER	MODELO	AMR 5000
SERIE	AMR20M09N19	INVENTARIO	NR	CODIGO	NR

FECHA	18/12/2025	REPORTE	MAN-0401

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	60	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR ALINEACION DE LENTES Y CILINDROS	SI	LIMPIAR LENTES INTERNAS Y EXTERNAS	SI	COMPROBAR FUNCIOALIDAD DE	NO
COMPROBAR EL CENTRADO DE LOS EJES DE ASTIGMATISMO	SI	REVISAR MECANISMO DE GIRO DE LENTES Y BOTONES DE CONTROL	SI	INSPECCIONAR SOPORTE Y BRAZOS	SI
INSTALACION DE REPUESTOS	NO	AJUSTE DEL EQUIPO INTERNAMENTE	NO		

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA

FIRMA CLIENTE