FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	CONSULTORIO #1

EQUIPO	UNIDAD OFTALMOLOGICA	MARCA	ADLER	MODELO	NR
SERIE	NR	INVENTARIO	NR	CODIGO	NR

FECHA	18/12/2025	REPORTE	MAN-0501

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	CORRECTIVO	GARANTIA	CORTESIA	OTRO
X				

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	90	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (LUZ,TOMA,	SI	LUBRICAR PIEZAS MOVILES DEL BRAZO DE SOPORTE.	SI	REVISAR ESTABILIDAD DE LA BASE Y	SI
REVISAR PEDAL DE CONTROL Y BOTONES	SI	COMPROBAR INTEGRIDAD DE CABLES DE CORRIENTE, FOROPTER SILLA.	SI	COMPROBAR FUNCIONAMIENTO DE LA SILLA: ELEVACION Y RECLINCACION	SI
INSTALACION DE REPUESTOS	NO	AJUSTE INTERNO DEL EQUIPO	NO		

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALIA
EITDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3379

FIRMA CLIENTE