FORMATO DE MANTENIMIENTO

REPORTE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO
OPTICALIA JADE
NIT: 901005181-6

INSTITUCION	OPTICALIA JADE	DEPENDENCIA	CONSULTORIO #2

EQUIPO	LENSOMETRO DIGITAL	MARCA	VIEW TECH	MODELO	NR
SERIE	1905740560	INVENTARIO	NR	CODIGO	NR

FECHA	18/12/2025	REPORTE	MAN-0701

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO	X	CORRECTIVO		GARANTIA		CORTESIA		OTRO	

TIEMPO DE PARADA DE EQUIPO(MINUTOS)

POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO	40	POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

DAÑO REPORTADO

NINGUNO

RUTINA DE MANTENIMIENTO

CALIBRAR EL SISTEMA DE MEDICION	si	REVISAR PANTALLA Y PRECISION DEL MARCADOR	si	VERIFICAR ESTADO DE IMPRESORA INTERNA (SI TIENE)	SI
LIMPIAR SENSORES OPTICOS Y LENTES DE ENTRADA	si	PROBAR LECTURA EN DIFERENTES TIPOS DE LENTES	si	CONFIRMAR MOVIMIENTO SUAVE	SI
INSTALACION DE REPUESTOS	NO	AJUSTE DEL EQUIPO INTERNAMENTE	NO	REVISION INTERNA DE TARJETAS	SI

REPUESTOS UTILIZADOS

CANTIDAD	REFERENCIA	DETALLE	VALOR

EL EQUIPO SE ENTREGA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE Y DESINFECTADO	SI	

OBSERVACIONES

EL EQUIPO FUNCIONA DENTRO DE TOLERANCIAS PERMITIDAS POR EL FABRICANTE.

Santiago Andrade C.
INGENIERO BIOMEDICO
RH - 202204 - 00979

INGENIERO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO

OPTICALÍA
EDER CANDELO HURTADO
OPTOMETRA
T.P. 3172

FIRMA CLIENTE