
Bland–Altman Agreement: LV End-Diastolic Volume (LVEDV)
Held-Out Test Split (n = 20 Scans)
Difference: (Predicted − Reference) (mL)
Mean of Predicted and Reference LVEDV (mL)
30
20
10
0
−10
−20
50
100
150
200
250
300
350
+19.99
+2.13
−15.73
Mean Bias: +2.13 mL
+1.96 SD: +19.99 mL
−1.96 SD: -15.73 mL