

Demonstrace principu vzorkování

Jakub Dvořák

12.11.2020




**FACULTY OF
ELECTRICAL ENGINEERING**

1 Úkol měření

1. Pomocí přípravku se vzorkovačem, jehož blokové schéma je nakresleno na obr. 1, zobrazte na osciloskopu ovzorkovaný průběh harmonického napětí z generátoru s frekvencí v rozmezí 200 až 1100 Hz a efektivní hodnotou 1 až 3 V.
2. V režimu "ruční vzorkování" sledujte na číslicovém voltmetru změnu hodnoty ovzorkovaného výstupního napětí U_{vst} v závislosti na čase (chyba v režimu pamatování), stanovte velikost této změny za 10 s a přepočtěte ji na mV/ms.
3. S použitím časové lupy na osciloskopu zkontrolujte průběh napětí U_{vst} na výstupu v časovém intervalu "upnutí" – viz. monografie Haasz, V., Sedláček, M.: *Elektrická měření. Přístroje a metody*, kap. 4 - a určete přibližně upínací dobu.
4. V režimu přípravku "1 ze 16" změřte pomocí stejnosměrného číslicového voltmetru postupně všech 16 hodnot vzorků napětí, časový průběh signálu graficky rekonstruuje, vypočtete efektivní hodnotu rekonstruovaného signálu a porovnejte výsledek s hodnotou změřenou střídavým číslicovým voltmetrem přímo na funkčním výstupu generátoru.

2 Schéma zapojení



Obrázek 1: Zapojení přípravku pro demonstraci principu vzorkování

3 Seznam použitých přístrojů

- G generátor funkcí Instek GFG-8020H
 ČV1 číslicový multimetr GDM-8145, rozsah 2 V, přesnost $\pm(0,03 \% \text{ z údajů} + 4 \text{ digity})$
 ČV2 číslicový multimetr DM-441B, rozsah 2 V, přesnost $\pm(0,01 \% \text{ z údajů} + 4 \text{ digity})$
 OSC osciloskop Keysight DSOX2002A, $5 \mu\text{S/div}$

4 Teoretický úvod

Při měření harmonických průběhů pracujeme se spojitými jevy, jako ostatně všude v našem světě. Při měření digitálními přístroji nicméně potřebujeme získat diskrétní data a tedy spojitý signál rozkouskovat. K tomuto nám slouží vzorkovač. Ten v předem definovaných intervalech změří měřenou veličinu a její hodnotu poté po dobu intervalu sledování drží, abychom ji mohli odečíst. Při příliš malém vzorkování může docházet k chybnému měření. To je způsobeno změnou veličiny za dobu, kterou vzorkovač drží dříve změřenou hodnotu.

5 Naměřené hodnoty

V tabulkách níže jsou zaznamenány z jednotlivých měření.

f [Hz]	U_{ef} [V]
500	1,5839

Tabulka 1: Naměřené napětí

čas [s]	Napětí [V]
1	2,09
2	2,075
3	2,059
4	2,043
5	2,028
6	2,013
7	1,998
8	1,983
9	1,969
10	1,954

Tabulka 2: Závislost hodnoty sledovaného napětí na čase

Vzorek n	Napětí [V]
1	1,704
2	0,925
3	0,058
4	-0,764
5	-1,423
6	-1,82
7	-1,911
8	-1,621
9	-1,063
10	-0,292
11	0,572
12	1,404
13	2,07
14	2,477
15	2,571


Tabulka 3: Hodnota napětí jednotlivých vzorků

6 Zpracování naměřených hodnot

Podle tabulky 2 je pokles napětí za 10 s roven 0,136 V. To odpovídá hodnotě 0,0136 V/s resp. 0,0136 mV/ms.

Velikost časového intervalu upnutí byl odečten z osciloskopu jako $2,5 \mu\text{s}$.

Zrekonstruovaný graf naměřených napětí vzorků je zobrazen v grafu 1.



Graf 1: Velikosti napětí jednotlivých vzorků, data z tabulky 3

Pro výpočet efektivní hodnoty u průběhu napětí, tvořeného obdélníkovými průběhy nám stačí spočítat plochu pod grafem. K tomu využijeme následující vztah.

$$U_{ef} = \sum_{n=0}^{15} \frac{|U_n|}{16} \quad (1)$$

Hodnota efektivního napětí U_{ef} poté vyjde 1,43 V. Relativní chyba oproti hodnotě naměřené číslicovým multimetrem je 0,09 resp. 9 %.

7 Závěrečné vyhodnocení

Zjistili jsme, že při použití vzorkování dochází hned k několika chybám měření. Pokud je doba pamatování příliš dlouhá, začne držené napětí klesat. To je způsobeno vybíjením nabitého kondenzátoru, který je nabit na hodnotu odpovídající zobrazenému napětí. Toto jde zvýšit větší kapacitou kondenzátoru, nebo kvalitnějším operačním zesilovačem.

Další chyba vznesená do měření je způsobena držením hodnot, ačkoliv se měřená hodnota stále mění. Tato chyba ale není tak zásadní, jak by se na první pohled zdálo, jelikož plocha grafu, která v grafu přebývá držením hodnot napětí je stejná jako plocha grafu, která chybí.

Seznam použité literatury a zdrojů informací

Seznam použitých internetových zdrojů

[1] Návod k laboratorní úloze