制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

校正方法撰寫程序

文件編號：CLP-7201
管制編號：01
制訂日期：2010/03/25
修訂日期：2025/09/11
版　　次：B2

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
CHUYI SYSTEM CO.,LTD.

標　　題	校正方法撰寫程序			編　　號	CLP-7201
制定部門	校正實驗室	制定日期	2010/03/25	頁 版 次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修定	審查	核准
2011/10/06	6.5	實驗室所有校正方法，需每半年定期審查一次，修訂為每年定期	林甲首	徐瑞延	林甲首
2011/11/14	6.3	6.3.10安全注意事項與異常處理方式：說明有關應注意的安全注意事項及異常處理方式。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2013/11/21	附件	增附附件於後	林甲首	徐瑞延	林甲首
2017/11/14	封面頁	新增修訂日期及版次 版次為A4	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/08/21		為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/12/02	6.6 方法確認	新增及修改為6.6.1-6.6.4 版本為B1	林甲首	徐瑞延	林甲首
2025/09/11	6.3.11	實驗室數據表依各校正項目之校正數據表校正報告表單編號修正為CLR-7801-02 版本B2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

1.目的：

為使實驗室儀器校正工作有標準方法及程序步驟可依循，建立標準作業步驟，進而確保校正品質水準。

2.適用範圍：

凡實驗室所執行之校正工作(包含遊校)，或其標準作業說明制定皆適用。

3.名詞解釋：

3.1 校正方法：為實施校正所明定的技術程序。

3.2 遊校：為因應顧客要求提供移動儀器設備至顧客端所進行的校正工作及程序，同時修正溫度係數，達到接近與實驗室相關規定。

4.權責：

4.1 實驗室：負責實驗室校正管理作業及校正結果完成報告。

5.流程圖：略。

6.作業內容

6.1 校正方法的依據

實驗室執行校正工作，應使用適當的方法和程序，使校正過程有依據之標準，一般採用校正方法來源包括如下:

6.1.1 國際、區域或國家標準所發佈之方法。

6.1.2 著名技術組織或相關科學文獻、期刊所發表之方法。

6.1.3 儀器商、製造商所提供校正步驟與程序。

6.1.4 其他實驗室已建立的校正規範等。

6.2 校正方法之建立

6.2.1 由實驗室就現有技術能力及設備，撰寫訂定『校正標準操作說明書』與『XX量測系統評估報告』，並根據技術文件之發行、回收等作業管制，請依『文件與資料管制程序』規定。

6.3 校正標準操作說明書的內容需包含如下：

6.3.1 名　　稱：說明此校正標準操作程序之名稱、版本及頁次。

6.3.2 目　　的：說明此校正標準操作程序撰寫之目的、原因。

6.3.3 適用範圍：說明此校正標準操作程序適用於那些儀器校正。

6.3.4 待校儀器規格：說明待校儀器名稱、性能、相關規格及校正方法。

6.3.5 校正儀器規格及特性需求：說明校正所需用到之儀具設備名稱，廠牌型號及使用規格等。

6.3.6 校正環境及作業條件需求：說明儀具校正時所需相關作業環境條件及穩定週期。

6.3.7 校正前準備事項：說明儀具校正開始前，所需準備的相關配合措施及注意事項。

6.3.8 校正步驟：清楚、按部就班的詳述每一步驟的校正方法，並輔以各式的圖表、說明，對於注意事項、搬運與儲存、儀器功能確認、操作重點、安全警告等應特予以說明。

6.3.9 完成校正後之步驟：說明每次校正作業終了、或全部校正過程結束後，對於量測系統的重置與關閉、儀器、標準件、送校件的處置與儲存。

6.3.10 安全注意事項與異常處理方式：說明有關應注意的安全注意事項及異常處理方式。

6.3.11 校正記錄及報告：校正時填寫各校正項目所對應“校正數據表”並轉化成各量別儀器校正報告，校正數據表之標準值使用追溯標準件之追溯報告值，以展現校正追溯之精準度。

6.3.12 不確定度估算；請參照『量測不確定度評估程序』。

6.3.13 參考文件：說明此校正標準撰寫參考之資料來源。

6.3.14 附件：此校正標準操作程序所用到之表單、說明…等。

6.4 校正作業執行：

6.4.1 校正儀器設備於執行校正作業之前，應先確認其校正儀器設備系統之功能是否正常及是否在有效校正週期，才能執行校正作業。

6.4.2 所有與實驗室校正執行活動相關的方法、程序及支援文件，包括使用說明、標準、操作手冊及參考資料，應維持最新版本，同時易於實驗室人員取閱。

6.4.3 對於實驗室校正活動方法偏離需在“校正委託單”說明，同時技術評定可行、取得授權、並經顧客事前接受的情況下才能採用，請依『實驗室合約審查程序』。

6.5 非標準校正方法：

6.5.1 校正實驗室如採用非標準方法校正時，應與顧客取得協議，包括顧客要求的規格及校正目的。

6.5.2 非標準方法應在開始正式使用前由校正人員確認其適用能力，確認方法如下：

6.5.2.1 利用參考標準或參考件之校正。

6.5.2.2 與其他方法所得結果之比對。

6.5.2.3 實驗室間之比對。

6.5.2.4 影響結果因素之系統化評估。

6.5.2.5 不確定度之評估。

6.5.3 當非標準方法有所變更時，其影響程度，須重新確認評估，並加以文件化。

6.6 方法確認

6.6.1 方法確認時機

6.6.1.1 使用實驗室非標準方法

6.6.1.2 使用實驗室開發的方法

6.6.1.3 超出預期範圍使用的標準方法

6.6.1.4 使用其他已修改的標準方法

6.6.2 利用查核標準件評估工作標準件偏差與精密度

6.6.3 適當時定期利用國家標準實驗室進行量測稽核，驗證實驗室校正能力及其結果，或定期參加 TAF 要求或其認可指定校正實驗室間之能力比對，至少每三年執行一次。

6.6.4 執行結果的量測不確定度評估，請依『量測不確定度評估程序』規定。

6.7 實驗室所有校正方法，需每年定期審查一次，確認其方法可符合顧客要求，當校正方法有變更時，請依『文件與資料管制程序』規定變更。

6.8 儀器說明書

實驗室應保存相關設備之原廠使用與操作說明書，以提供校正作業上之參考。並登錄於“收文記錄表”（CLR-8301-07(A)）管理。

6.9 電腦和自動化作業

6.9.1 當使用電腦作為校正資料運算或自動校正時，應建立防範措施，以維護資料安全及防止未經授權者侵入修改資料，請依『電子資訊與保密管制程序』。

6.9.2 針對電腦自動化設備或顧客緊急要求，以電子媒體傳輸時需確保其功能正常，以維護操作環境條件和所提供之校正數據完整性。

6.10 有關實驗室儀器設備及附屬件或消耗性用品之採購驗收及儲存，請參照『採購管制程序』。

7. 附件：

7.1 收文記錄表(CLR-8301-07(A))。

7.2 校正報告(CLR-7801-02)。

8. 相關文件：

8.1 文件與資料管制程序（CLP-8301）。

8.2 採購管制程序（CLP-6601）。

8.3 校正標準操作說明書。(CTP-54XX)

8.4 量測不確定度評估程序。(CLP-7601)

8.5 XX 量測系統評估報告。(CTM-54XX)

8.6 電子資訊與保密管制程序(CLP-4201)

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司

CHUYI SYSTEM CO.,LTD.

附件七

收 文 記 錄 表

表單編號：CLP-8301-07 (A)

單位：　　文件類別：　　頁次：　/

日期	文 件 名 稱	編號/版本	份數	來文單位	簽收	備註

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.：

校 正 報 告

Page of

Applicant 申 請 者					
Address 地 址					
Manufacturer 廠 牌		Model No 型 號		Serial No 序 號	
Description 儀 器 名 稱				Receive Date 收 件 日 期	
Procedure used 校 正 程 序					
Calibration Loc. 遊 校 地 點				Calibration Date 校 正 日 期	
Condition of calibration 校 正 時 之 環 境 條 件		Temp 溫 度	℃	RH 相 對 濕 度	%

Standards Employed
校 正 時 使 用 之 標 準 器

I.D. No. 識 別 號 碼	Mfg/Model No. 製 造 廠 及 型 號	Description 儀 器 名 稱	Due Date 有 效 日 期

Traceability Parameter 追 溯 參 數	Cal. Source and Report No. 校 正 機 構 及 報 告 號 碼	Calibration Date 校 正 日 期

制宜電測股份有限公司校正實驗室特此證明本儀器已與上列標準器實施比較校正，上述之標準器均可追溯至中華民國及其他國家之度量衡之國家標準實驗室校正值，本實驗室之運作與管理符合 ISO/IEC 17025 及校正領域特定規範之要求。

CHUYI hereby certifies that the equipment noted herein has been compared with the above listed standards. The standards used to perform this calibration are traceable to the calibration data of the National Measurement Laboratory (NML) and other countries. (NIST, PTB…etc.) The CHUYI laboratory is in compliance with ISO/IEC 17025 and Calibration Field Special Specification.

備註：本校正報告僅對此校正件有效，報告部分分離無效，未經許可不得任意摘錄或複製。

Note：

The result of this calibration, performed by the CHUYI SYSTEM Laboratory, Is specified in this report，When the cover and following pages are separated，The validity of this report no longer exists。

The calibration report shall not be reproduced except in full, without written approval of the laboratory.

報告簽署人:_____

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

新北市三重區光復路
二段 88 巷 38 號
電話：886-2-29953173
傳真：886-2-29956436
報告日期：

制宜電測股份有限公司
制宜電測校正實驗室

Calibration Laboratory
2361

No.:

校 正 報 告

Page of

一、 校正結果:

校正項目 (℃)	標準值 (℃)	器示值 (℃)	器差值 (℃)	涵蓋因子	擴充不確定度 (℃)

二、 說明:

1. 本校正之實施依據為(　　)標準操作程序(CTP-54XX 版本:A)。
2. 標準值為標準件之讀值。
3. 器示值為送校件附送電錶(廠牌為　　，型號為　　，序號為　　)於該溫度平均後之顯示讀值。
4. 器差值=器示值-標準值。
5. 擴充不確定度，係依據(　　)量測系統評估報告進行評估(CTM-54XX 版本:A)。
6. 擴充不確定度係組合標準不確定度與涵蓋因子之乘積，相對應約 95%之信賴水準。