制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

校正件收發管制程序

文件編號：CLP-7401
管制編號：01
制訂日期：2009/10/30
修訂日期：2023/01/06
版　　次：B2

標　　題	校正件收發管制程序			編　　號	CLP-7401
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2009/10/30	頁 版 次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2011/2/16	6.5 附件一 附件二	委託編號編碼原則 標籤內容 委託單內容，版次A1	林甲首	徐瑞延	林甲首
2013/11/13	6.5	修訂委託單內容填寫，6.5 修改成 6.5.1 – 6.5.3 版次A2	林甲首	徐瑞延	林甲首
2014/03/01		6.5.1 委託單附件二-1 6.5.2 委託單編碼 增列附件二-1，版次A3	林甲首	徐瑞延	林甲首
2017/11/14	封面頁	新增修訂頁及版次 版次為A4	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/05/21		為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為B。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2022/12/1	範圍 6.5.2 附件一	遊校服務增加 委託編號修改同合約編號 待校標籤、校正件標籤修改 版本B1	鄭程宏	林甲首	林甲首
2023/01/06	附件二	委託單格式改訂A4 注意事項增加7～10對應公正性及保密性 收發記錄表改版方便統計彙整資訊，減少重複登記資料工時。 版本B2	鄭程宏	林甲首	林甲首

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

1.目的：

為使實驗室待校件能有系統之管理，以便於追溯之應用，使實驗室品質達到一定水準與需求，特制定此程序。

2.範圍：

凡實驗室所有待校件及顧客端之儀器遊校服務均屬之。

3.名詞解釋

3.1 待校件：委託實驗室校正之量測儀器或設備。

4.權責

4.1 校正工程師：負責待校件之收發作業管理。

4.2 公司外之委託者或公司內使用單位負責待校件之委託及搬運。

5.流程圖

略。

6.作業內容

6.1 對於待校件，校正工程師需評估有無能力可完成顧客委託事項，若無則當面退回待校件並說明理由。

6.2 由顧客或公司內使用單位負責將待校件送至實驗室，由實驗室人員須對待校件之外觀、型別、序號、相關配件、數量核對及初步的功能檢查，檢查無誤後辦理收件作業。

6.3 收件檢查異常時，則由實驗室人員於“校正委託單”（附件二）上註明退件原因，經委託單位簽名確認無異議後，將待校正件退回由委託單位。

6.4 當接收校正件合適性有所懷疑或所提供的描述不符合時，若顧客知道偏離特定校正條件仍要執行，應於校正報告中加重免責聲明，並說明此偏離可能對結果造成的影響。

6.5 收件時，實驗室校正人員則依『實驗室合約審查管制程序』之規定執行合約審查或變更。

6.6 校正委託單之填寫：

6.5.1 經判定可進行校正之待校件，校正人員將顧客送校之儀器服務需求及相關資訊填寫於“校正委託單”內（附件二）。當送校件有附件時則填寫於委託單附件二-1。

6.5.2 委託編號原則為該委託案之合約編號

6.5.3 將校正委託單副本交由顧客留存或以郵寄、傳真給顧客留存，且登錄於“校正件收發記錄表”（附件三），對於公司內部單位送校之儀器，僅須填寫“校正件收發記錄表”（附件三）即可。

6.6 對於可在實驗室內校正之待校件，則掛上“待校標籤”（附件一），並置放於“待校區”等待校正。

6.7 儀器校正前，校正人員應閱讀校正件伴隨之操作說明書，遵守其操作要求及規定，若無，則依各量別『標準校正程序』規定。

6.8 儀器校正時，由校正人員填寫各量別“實驗室校正數據表”再行轉成“校正報告”，由技術主管進行審核，並將校正報告號碼填入“校正件收發記錄表”（附件三）。

6.9 在作業過程中若發現任何異常狀況涉及顧客，必須立即回饋顧客異常狀況，並記錄於“校正委託單”（附件二）上，實驗室將視顧客的決定在做後續作業，公司內部校正異常狀況則先釐清問題再行校正。

6.10 儀器校正完畢後貼上“校正件標籤”（附件一），並將待校標籤取下，置於“校畢區”等待處理。

6.11 公司內之待校件在出具“校正報告”後，通知送校單位取件，並在“校正件收發記錄表”（附件三）簽收者欄位上簽名後將校正件領回。

6.12 顧客委託送校之儀器依『校正報告管制程序』，出具“校正報告”，並附上校正件標籤，通知顧客前來取件。

6.13 校正件之搬運、儲存及保護：

6.13.1 顧客委託校正件收件前及校正後領回之搬運與運輸由委託單位負責。

6.13.2 校正件重量 5kg（含）以內時，以雙手搬運即可，5kg 以上時，可置於適當的容器內以台車搬運。

6.13.3 校正件之面板或外部，具有使用者可以控制或調整且會使校正失效時，於校正後，實驗室得以密封撕毀無效之貼紙予以密封固定以防止校正失效。

6.13.4 如以交付貨運送達者，則於“校正件收發記錄表”（附件三）簽收者欄位上由託送人簽字，並在備註欄註明“託送”，隨後將“校正報告”及發票一併寄給顧客。

6.14 顧客抱怨與異常處理：

6.14.1 顧客對實驗室之服務有異議時，校正人員應依循『矯正措施管制程序』之規定處理。

6.14.2 顧客委託之校正件，於實驗室執行作業期間發生損壞或遺失等情況時，校正人員應立即通報實驗室主管進行相關處理事宜，並依『矯正措施管制程序』之規定採取異常處理。

6.15 相關儀器設備之校正，公司內則依『實驗室量測儀器管制程序』辦理。

6.16 相關記錄之保存及管制，請參照『紀錄管制程序』。

7.附件

附件一 待校標籤及校正件標籤。

附件二 校正委託單(CLR-7101-01)。

附件三 校正件收發記錄表(CLR-7401-01)。

8.相關文件

8.1 實驗室量測儀器管制程序。

8.2 品質紀錄管制程序。

8.3 校正報告管制程序。

8.4 實驗室合約審查管制程序。

8.5 實驗室校正數據表。

8.6 校正報告。

8.7 矯正措施管制程序。

8.8 各量別標準校正程序請參閱文件管理總覽表(CTP-5401～CTP-5409-CT)

附件一

待校標籤

客戶名稱	
委託編號	
收件日期	
TAF LOGO	有　　無

校正件標籤

制宜電測校正實驗室
儀　器　序　號
報　告　編　號
校正日期：

附件二

制宜電測股份有限公司

制宜電測 校正實驗室

表單編號:CLR-7101-01 版本:A4

校正委託單

申請日期：　　委託編號：

客戶資訊	客戶名稱					
	發票地址					
	聯絡地址					
	委 託 人		統一編號		電　話	
	報告抬頭				傳　真	
	e-mail					

	NO	儀器名稱	廠牌/型號/序號	服務需求	校正編號
委託登記	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	說明欄				

共計：　　件

注意事項	1.請客戶先行處理校正件（含附屬件）之清潔工作，再送至本實驗室。 2.儀器取回若有異常，請於一週內向本公司反應，逾期不受理。 3.本申請書經客戶（委託）與收件人（委託人）簽章後，視同「委託契約」並具效力。 4.若客戶不另行指定服務件之校正點數，本實驗室將以基本點數進行校正。 5.校正儀器經通知取件後，本實驗室最長代管一個月。 6.實驗室應對報告中的所有資訊負責，當報告結果包含顧客提供的數據可能影響結果的有效性。 依據原則:根據不同量別的校正標準程序校正，校正結果僅提供校正數據不做符合性聲明。 7.本實驗室對校正活動的公正性負責，不允許商業、財務或其他壓力危害到公正性。 8.執行實驗室活動中所獲得或產生的所有資訊，視為專屬資訊，予以保密。 9.本實驗室依法律或合約授權的要求揭露機密資訊時，除非法律禁止，所提供資訊應通知顧客或個人。 10.本實驗室從顧客以外來源(如抱怨者、法規主管機關)所獲得關於顧客資訊，予以保密。 除非獲得來源同意，不透露給顧客得知。 11.預約電話：(02)29953173　/　客戶抱怨申訴電話：(02)29953173 轉實驗室品質主管或總經理

實驗室主管（技術主管）		客戶簽收	

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司

Chuyi System Co., Ltd.

校正件收發紀錄表

附件三表單編號:CLR-7401-01 版本：B

委託編號	客戶名稱	委託者	儀器名稱/案號	收件日期	電量	溫度	壓力	備註