制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

內部品質稽核管制程序

文件編號：CLP-8801
管制編號：01
制訂日期：2003/04/30
修訂日期：2026/01/30
版　　次：C2

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

標　　題	內部品質稽核管制程序			編　　號	CLP-8801
制訂部門	管理代表	制訂日期	2003/4/30	頁　版　次	C2

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
2003/4/30	全數	頁版次:全數A 概述:新制訂	林甲首	徐瑞延	林甲首
2010/5/31		新增訂校正實驗室管理系統內部稽核相關條文	林甲首	徐瑞延	林甲首
2013/11/12		修正附件X 修正6.6.1.6 修正6.8.1內部品質稽核行程表名稱	林甲首	徐瑞延	林甲首
2013/11/12		區隔ISO 9001品質系統與校正實驗室所共用表格	林甲首	徐瑞延	林甲首
2017/11/14	封面頁	新增版次欄 版次為B1	林甲首	徐瑞延	林甲首
2019/05/20		為配合ISO17025:2017轉版，進行部分內容修正，統一進一版本為C。	林甲首	徐瑞延	林甲首
2023/03/28	6.2.1.1	1.修改作業計畫利用三年完成以符合人力 2.修正附件三稽核查檢表 版次C1	鄭程宏	徐瑞延	鄭程宏
2026/01/30	6.2.1.2 4	6.2.1.2增加遊校稽核之要求。 調整權責 版次C2	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

1.目的

定期或不定期驗証公司管理系統是否持續且有效的運作，建立並有計劃性的不斷查核以維護品質合理與適切性、適時發掘問題，採取有效的矯正措施。使公司管理系統得以持續的維持、改善達到顧客滿意水準。

2.範圍

本實驗室與ISO/IEC 17025管理系統及其有關之活動，包括校正實驗室品質手冊所涵蓋之項目。

3.名詞解釋

3.1 品質稽核：係一項系統化及獨立性之查驗，決定各項活動與相關之成果是否與預先籌畫者一致。內部稽核屬第一者（實驗室內部）稽核，外部稽核屬第二者（顧客）稽核及第三者（驗證單位）稽核。

3.2 當使用查檢表時，在“判定”欄之判定方式如下:

3.2.1 A：完全符合

B：部份符合，但可以接受

C：不符合，需開立內部品質稽核不符合報告。

3.2.2 不適用（NA）：雖然 ISO/IEC 17025條文或查檢表有規定，但不適用於本實驗室。

3.3 不符合分類的判定方式

3.3.1 主要：整個系統失效或系統該存在而發現欠缺或不存在。

3.3.2 次要：單獨或偶發的缺失，並不致使整個系統運作失效。

3.3.3 觀察：不影響系統運作或產品、服務及顧客的管理品質要求或建立會使系統更適切之建議。

4.權責

4.1 品質主管:

對實驗室管理系統負全責並指定品質稽核計劃小組組長及執行品質稽核計劃。

4.2 實驗室主管:

負責量測系統之維護及改善及執行品質稽核計劃。

4.3 稽核小組組長：

由品質主管指定或自行擔任，負責召集小組成員及執行品質稽核計劃。

4.4 稽核小組成員:

必須受過外部或內部所舉辦之內部稽核訓練課程，經核定合格者，且對實驗室管理活動熟悉者。

5.流程圖：附件一

6.作業內容

6.1 程序計畫

6.1.1校正實驗室品質稽核於每年年底依校正實驗室活動相關品質目標，或當年度管理系統作業執行績效，每年排定“實驗室~~內部~~品質稽核行程表”（附件六），並上呈實驗室主管核准。

6.1.2 依 “(___)年度實驗室內部品質稽核計劃書”於每次稽核前二週通知稽核成員及實驗室相關人員。

6.1.3 稽核人員之選用必須了解校正實驗室本身實際作業情形，以及獨立客觀的人為原則。

6.2 稽核時機

6.2.1 定期稽核

6.2.1.1 每年至少實施一次ISO/IEC 17025管理系統內部稽核，原則於十月執行，若因業務量增加可調整執行月份，且三年內必須涵蓋範圍內所有項目。

6.2.1.2 每三年至少實施一次實驗室認可項目之遊校稽核(遊校項目擇一)，可與文件CLP-7202一併實施，亦可另訂時間獨立執行。

6.2.2 不定期稽核

6.2.2.1 當管理系統發生重大改變時，或有強烈顧客抱怨時，或其他特殊需求時，實驗室管理系統得由實驗室主管召集實驗室人員開會決定是否實施。

6.2.2.2 不定期校正實驗室品質稽核

6.2.2.2.1 接受第三認證單位或顧客稽核前之預先稽核（前次稽核時間未超過三個月，則可不須再行稽核）。

6.2.2.2.2 重大組織或系統變動時。

6.2.2.2.3 品質變異或顧客重大抱怨時之特定強化稽核。

6.2.2.2.4 參加認證機構舉辦之能力試驗，發現異常時。

6.2.2.2.5 高階主管之需求。

6.3 稽核人員資格條件

6.3.1 管理系統品質稽核

6.3.1.1 職位：工程師（含）以上人員。

6.3.1.2 年資：不限。

6.3.1.3 經歷：必須受過外部或內部所舉辦之內部稽核訓練課程，經核定合格者。

6.3.1.4 稽核人員不得與受稽單位互有關連，以保持獨立性。

6.3.1.5 稽核員須了解 ISO/IEC 17025 之要求項目。

6.3.1.6 稽核員之分派應考慮其對受稽核部門業務的了解程度。

6.4 稽核小組： 每次稽核前，由品質主管籌組稽核小組，並選出組長。

6.5 稽核前準備

6.5.1 稽核前準備；製作查檢表（附件三）

6.5.1.1 可參閱ISO/IEC 17025條文及系統相關文件、表單來製作查檢表。

6.5.1.2 準備稽核時所需文件表單等相關資料。

6.5.1.3 受稽核部門有責任於稽核員要求時，提供與管理系統有關之文件，以為製作查檢表之依據。

6.5.1.4 上次稽核缺失及實驗室內部現有品質問題，應列為稽核之重點項目。

6.5.1.5 查檢表為執行內部品質稽核之輔助工具，亦可用來訓練稽核員，列為稽核之必要項目、正式記錄。

6.6 開幕會議

6.6.1 由稽核組長召集稽核員與被稽核部門相關人員，舉行開幕會議(Opening Meeting)，以利了解並確認稽核的範圍與時程。

6.6.2 稽核人員及陪同受稽核之人員出席會議。

6.6.3 解說稽核計劃行程表。

6.6.4 檢討稽核之範圍及目標。

6.6.5 扼要說明稽核時擬使用之方法及步驟。

6.6.6 澄清稽核之範圍及目標。

6.7 執行稽核

6.7.1 依“實驗室品質稽核行程表”（附件七）會同受稽核人員執行稽核。

6.7.2 執行稽核時, 稽核員可依據品質手冊、查檢表稽核，或依據程序書及相關之一、二、三階及記錄文件逐項來稽核，並記錄於查檢表。

6.7.3 於執行稽核時，若發現問題或不符合事項，需將問題或不符合事項填寫於“內部品質稽核不符合報告”(附件四)，直到改善結案為止。

6.7.4 當稽核校正實驗室其校正結果之有效性或正確性有所質疑並影響顧客權益時，除執行稽核矯正外，並須立即以書面通知受影響顧客避免顧客遭致無謂的損失。

6.8 閉幕會議

6.8.1 稽核行動完成後，稽核組長必須召集稽核員與受稽核部門相關人員及最高主管，舉行閉幕會議：

A. 說明稽核結果與所有稽核發現之缺失事項，並確定受稽核部門人員，對稽核發現之缺失均已確切了解。

B. 稽核員依稽核結果對不符合事項開立“實驗室內部品質稽核不符合報告”(附件四)，並由稽核組長以流水號方式(1.2....)編號之。

C. 將內部品質稽核不符合報告請被稽核者簽名確認，寫下改善期限，改善期限原則上以稽核後七個工作天內完成改善。

6.9 改善追蹤

6.9.1 稽核組長應將所有“內部品質稽核不符合報告”(附件四)或缺失及改善期限登錄於“改正行動管制表”（附件五)，做為跟催、管制之依據。

6.9.2 受稽核單位應對不符合事項進行原因分析，提出改善措施，並督導所屬在改善期限前將改善措施執行完成。而後通知稽核組長派稽核員前來確認。

6.9.3 稽核小組得持續追蹤改善措施之執行情形。

6.9.3.1 若受稽核單位屆改善期限仍未能改善完成，則其可與稽核員再敲定新的期限。若仍無法完成，則報請實驗室主管裁決。

6.9.3.2 改善對策計劃超出管理系統提出時間，須經品質主管同意，並由稽核組長列入追蹤。

6.9.4 稽核組長針對改善對策之有效性評估，並決定是否覆查。

6.9.5 依照有效之對策，擬定或修正管理系統各項文件，參照『文件與資料管制程序』。

6.9.6 “內部品質稽核不符合報告”(附件四)經稽核員確認改正行動已完成後，交稽核組長彙整呈實驗室主管核准。

6.10 外部稽核（認證單位）之不符合事項矯正：

6.10.1 認證單位：依認證單位之要求形式辦理。若無特別要求，則由品質主管（或指定專人）將不符合事項記入改正行動管制表，並設定改善期限，而後將“改正行動管制表”(附件五)分發缺失發生單位執行改善，並確認其有效性。

6.11 另除週期性稽核，實驗室應實施作業檢查，確保提供顧客完整成果之品質，相關規定請依實驗室管理系統之各項管制方式及作業方法。

6.12 稽核紀錄之管理

6.12.1 稽核組長應將“內部品質稽核不符合報告”(附件四)並連同製妥之“改正行動管制表”（附件五），呈送品質主管審核，並轉呈實驗室主管裁示。

6.12.2 內部品質稽核、校正品質稽核（必要時，包含外部）之結果須於管理審查會議檢討，請參照『管理審查管制程序』規定。

6.12.3 認證單位所開出之異常單、“內部品質稽核不符合報告”(附件四)及“改正行動管制表”（附件五）等稽核紀錄至少保存六年。

7.附件

7.1 附件一：流程圖

7.2 附件二：年度實驗室內部品質稽核計劃CLR-8801-01

7.3 附件三：稽核查檢表 CLR-8801-02 & CLR-8801-03

7.4 附件四：實驗室內部品質稽核不符合報告 CLR-8801-04

7.5 附件五：改正行動管制表 CLR-8801-05

7.6 附件六：實驗室品質稽核行程表 CLR-8801-06

8.相關文件

8.1 管理審查程序（CLP-8901）

8.3 文件與資料管制程序(CLP-8301)

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

附件一

流程圖

權責單位	流程	所需表單及注意事項
品質主管	制定稽核計畫	年度實驗室內部品質稽核計畫 實驗室主管核准後頒佈
品質主管	籌組稽核小組	
稽核小組 受稽核單位	稽核通知	實驗室稽核行程表
稽核小組	文件審查或製作查檢表	受稽核單位之品質文件
稽核小組 受稽核單位	執行稽核	查檢表或一、二、三、 四階文件
稽核小組 受稽核單位	不符合事項報告	內部品質稽核不符合報告 改正行動管制表
受稽核單位	針對缺失提出矯正措施 並執行	內部品質稽核不符合報告
稽核小組 受稽核單位	矯正措施跟催 與有效性確認 NO YES	內部品質稽核不符合報告 改正行動管制表
受稽核單位	結案(標準化)	若需要，修改相關文件

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司

Chuyi System Co., Ltd.

附件二

（　）年度實驗室內部品質稽核計劃

表單編號：CLR-8801-01 (A)

受稽核部門	ISO/IEC 17025條文	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月

備註：　◯：表示「計劃稽核」

　　●：表示「稽核完成」

實驗室主管：＿＿＿＿＿＿＿＿　　品質主管：＿＿＿＿＿＿＿＿

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

附件四

實驗室內部品質稽核不符合報告

表單編號：CLR-8801-04 (B)

編號：

受稽核部門		受稽核部門主管	
稽核日期		稽核人員	
引用標準或文件			

（一）不符合事項說明

受稽核部門主管：　　稽核員：

日期：　　日期：

（二）不符合事項原因分析

受稽核部門主管：

日期：

（三）改正行動

受稽核部門主管：

改善期限：　　日期：

（四）改正行動執行情形

實驗室主管:　　稽核員：

日期:　　日期：

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.
改正行動管制表

附件五　　表單編號：CLR-8801-05 (B)

編號	不符合敘述	被稽核部門	稽核員	稽核日期	改善日期	結案日期

制 宜 電 測 股 份 有 限 公 司
Chuyi System Co., Ltd.

附件六

實驗室品質稽核行程表

表單編號：CLR-8801-06(B)

稽核日期/時間	受稽核部門	稽核內容	稽核人員

實驗室主管　　品質主管