

Raport sterylizacji

Data: 2025-12-05
Nr cyklu: 00368
<div>W tym miejscu podkleić raport</div>
<div>Dmytro Sirenko</div> <div>Podpis osoby odpowiedzialnej</div>

Parametry krytyczne procesu	
Temperatura: 134°C Czas: 4 min 0 s Ciśnienie: 211 - 214	
Podmioty dla których zostały wysterylizowane narzędzia w danym cyklu	
<div>K008-GG K082-MJ K087-MM K157-MK</div>	
góra	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
środek	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo
dół	
	Wskaźnik wybarwiony <input type="checkbox"/> prawidłowo <input type="checkbox"/> nieprawidłowo